



REGIONE BASILICATA



Dasa-Rägiſter

ISO/IEC 27001:2017  
IIS-0820-01  
ISO 9001:2015  
IQ-0721-05

2017

DIPARTIMENTO STAZIONE  
UNICA APPALTANTE (SUA-RB)  
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI  
E FORNITURE  
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza  
Tel. 0971 668307  
antonio.corona@regione.basilicata.it

Potenza,  
Protocollo

## Chiarimenti n. 3 al 09/03/2022

**GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITÀ DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER RIMOVIBILE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA SIMOG gara n. 8332467**

### 1. Domanda:

**Quesito n.17 pervenuto in data 08/03/2022.** Rif. Caratteristiche minime.

In riferimento alla fornitura dei radiofarmaci e in particolar modo al radiofarmaco più utilizzato FDG, di cui all'Allegato 2 "Caratteristiche minime", può accadere che per problemi tecnici la produzione del radiofarmaco possa interrompersi oppure che il sistema PET/TC abbia un malfunzionamento temporaneo. In tali circostanze è comunque essenziale garantire la continuità assistenziale dei pazienti. Si chiede pertanto di confermare che è essenziale disporre di un invio del radiofarmaco in backup in un tempo massimo di 90 minuti.

**Risposta:** L'inizio della seduta PET, in caso di imprevisti, può essere ritardato di 90-120 minuti circa. In tal caso la ditta deve assicurare che vengano eseguiti tutti gli esami PET programmati (*risposta a cura del referente tecnico ASM*).

### 2. Domanda:

**Quesito n. 18 pervenuto in data 08/03/2022.** Rif. Relazione Tecnico Illustrativa.

"fornitura del radiofarmaco con certificato AIC (laddove possibile) nelle seguenti quantità: Cu 64 nei tagli minimi di 20 mCi". QUESITO: Risulta che il farmaco citato non possenga il certificato AIC e pertanto non può essere oggetto di forniture in gare pubbliche come evidenziato dal D.Lgs 219/2006 Titolo III. Si chiede quindi di confermare che tutti i radiofarmaci richiesti devono possedere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) rilasciata da AIFA e che il suddetto radiofarmaco sia escluso dalla fornitura.

**Risposta:** Si conferma (*risposta a cura del referente tecnico ASM*).

F.to Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Enzo Paolo Petruzzì