

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHI DI LAVORO, CAPPE CHIMICHE, ARMADI PER REATTIVI E SOLVENTI E ARREDI PER LABORATORI OCCORRENTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB).
(SIMOG n. 7372088)**

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute dal 22/03/2019 al 10/04/2019.

Tranche I

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo n. 59513 del 04/04/2019 (Marca temporale: 270/T 2019-04-02 14:48:04)		
1	Gli arredi richiesti nell'allegato B1 lista forniture, non trovano corrispondenza nella planimetria allegato B3, le quantità riportate in planimetria sono superiori a quelle richieste. Chiediamo quindi di specificare quali siano gli arredi da quotare e quelli invece da considerarsi esclusi dall'appalto.	<p>Si allegano le planimetrie dove viene evidenziato il posizionamento degli arredi nei rispettivi locali.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- per ciò che attiene il C.R.R. di Matera la fornitura è prevista per il laboratorio di spettrometria di massa come evidenziato in giallo;- per ciò che attiene il C.R.M. di Metaponto i piani (10 metri lineari – in pratica sono: 6 tavoli da metri 1,5 + 1 tavolo da metri 1) sono colorati fuxia e sono tutti posizionati nel laboratorio sostanze odorigene e organiche complesse, mentre i banchi (3 metri lineari – in pratica 2 banchi ciascuno da metri 1,5) sono colorati turchese e sono entrambi posizionati presso il laboratorio acque e preparativa inorganica;- per ciò che attiene il Laboratorio chimico strumentale di Potenza si rimanda alla legenda della planimetria. <p>Maggiore contezza, in ogni caso, si potrà avere in sede di sopralluogo che è obbligatorio.</p> <p>Gli arredi da quotare e le giuste sedi di destinazione sono comunque correttamente riportati nell'Allegato A Relazione tecnico-illustrativa e Allegato B1 lista forniture - Lotto 1.</p>

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo n. 59512 del 04/04/2019 (Marca temporale: 271/T 2019-04-02 14:51:19)		
2	Le cappe richieste nell'allegato B2 lista forniture, non trovano corrispondenza nella planimetria allegato B3, le quantità riportate in planimetria sono superiori a quelle richieste. Chiediamo quindi di specificare in quali locali sono posizionate le cappe da quotare e quelle invece da considerarsi escluse dall'appalto.	<p>Si allegano le planimetrie dove viene evidenziato il posizionamento delle cappe nei rispettivi locali.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- per ciò che attiene il C.R.M. di Metaponto le 3 cappe chimiche (di cui una è una “walk in”) sono colorate in rosso e interessano il laboratorio di preparativa 1, il laboratorio di preparativa 2 e il laboratorio sostanze odorigene e organiche complesse;- per ciò che attiene il Laboratorio chimico strumentale di Potenza (n. 5 cappe chimiche) si rimanda alla legenda della planimetria. <p>Maggiore contezza, in ogni caso, si potrà avere in sede di sopralluogo che è obbligatorio.</p> <p>Le cappe da quotare e le giuste sedi di destinazione sono comunque correttamente riportati nell'Allegato A Relazione tecnico-illustrativa e Allegato B2 lista forniture - Lotto 2 così come corretto dalla SUA-RB.</p>

Il Responsabile del procedimento
d.ssa Venera LOCICERO