

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SISTEMA TRASFUSIONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – SIMOG: 9377632**

**Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute fino a tutto il 07/11/2023.**

N.	QUESITO	RISPOSTA
<b>Protocollo n. 219837 del 24/10/2023 15:03:32</b>		
1	<p>Lotto n. 8 - Congelatore a discesa programmata della temperatura Elaborato 2 – Capitolato tecnico – Par. 1.9.1 Oggetto dell’appalto Punto 12 interfaccia con RS232: Si richiede di chiarire la motivazione della dotazione di interfaccia RS232 o se trattasi di refuso</p>	<p>La previsione di cui al Punto 12 del paragrafo 1.9.1 dell’<i>Elaborato 2 – Capitolato tecnico</i> è da considerarsi un mero errore materiale. <b>Non è richiesta Interfaccia con RS232.</b></p>
2	<p>Lotto n. 8 - Congelatore a discesa programmata della temperatura Elaborato 2 – Capitolato tecnico – Par. 1.9.1 Oggetto dell’appalto Pag. 14 di 14 <i>Compreso nel prezzo offerto sono da intendersi:</i> <i>collegamento ad host bidirezionale con il Sistema Informatica in dotazione alle strutture trasfusionali regionali (ELIOT 3.0), tale collegamento dovrà essere garantito anche in caso di modifiche del Sistema Informatico in dotazione che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto:</i> Si richiede di chiarire cosa si intende per collegamento bidirezionale, se viene inteso l'interfacciamento con software Eliot 3.0 si richiede di confermare che eventuali modifiche sul sistema informatico (Eliot 3.0) saranno a carico della Stazione Appaltante.</p>	<p>Come esplicitamente previsto dalla documentazione di gara, nel prezzo è compreso anche l’interfacciamento al sistema informatico-gestionale ELIOT 3.0. Le eventuali modifiche del sistema informatico gestionale necessarie a garantire tale interfacciamento sono a carico della ditta aggiudicataria.</p>

N.	QUESITO	RISPOSTA
----	---------	----------

**Protocollo n. 220229 del 25/10/2023 08:34:00**

<b>3</b>	<p>Si lamentano profili di illegittimità nella parte relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione al bando, nella fattispecie laddove si impone che <i>"il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara prestazioni attinenti a quelle rientranti nei CPV indicati, per un importo complessivo minimo almeno pari al 40% della somma degli importi totali medi annui a base di gara dei lotti per i quali si intende presentare offerta."</i></p> <p>Si espone la richiesta di revisione del disciplinare di gara, al fine di tutelare la mission delle gare pubbliche che dovrebbe sempre e solo assicurare il servizio migliore nell'interesse dei cittadini che ne usufruiscono.</p>	<p>La richiesta non è pertinente.</p> <p>Si conferma quanto previsto in proposito dal disciplinare di gara, in quanto si ritiene che i requisiti di partecipazione richiesti siano conformi alla normativa vigente.</p>
----------	---	---

**Protocollo n. 220312 del 25/10/2023 09:28:59**

<b>4</b>	<p>Lotto n. 6</p> <p>È accettabile un rotore ad angolo fisso di 45° e con velocità pari a 15.000rpm (quindi specifiche superiori alle richieste) ma avente una capacità complessiva pari a 18 provette da 5ml a fondo conico invece delle 20 richieste?</p>	<p>Si premette che per il Lotto n. 6 non è richiesta la specifica segnalata. Nel caso in cui la richiesta di chiarimento sia da riferirsi al Lotto n. 1 (<b>punto 4</b> del paragrafo 1.2.5 - <i>Caratteristiche delle centrifughe</i> dell'Elaborato 2 – <i>Capitolato tecnico</i>) sono accettabili anche le specifiche segnalate dall'operatore economico.</p>
<b>5</b>	<p>Lotto n. 6</p> <p>È accettabile una velocità impostabile non da 200rpm ma da 300rpm (e fino alla velocità massima in incrementi di 1 rpm)?</p>	<p>Si premette che per il Lotto n. 6 non è richiesta la specifica segnalata. Nel caso in cui la richiesta di chiarimento sia da riferirsi al Lotto n. 1 (<b>punto 8</b> del paragrafo 1.2.5 - <i>Caratteristiche delle centrifughe</i> dell'Elaborato 2 – <i>Capitolato tecnico</i>) sono accettabili anche le specifiche segnalate dall'operatore economico.</p>
<b>6</b>	<p>Lotto n. 6</p> <p>È accettabile la possibilità di selezionare 9 profili di accelerazione e 10 di decelerazione (invece dei 10/10 richiesti)?</p>	<p>Si premette che per il Lotto n. 6 non è richiesta la specifica segnalata. Nel caso in cui la richiesta di chiarimento sia da riferirsi al Lotto n. 1 (<b>punto 9</b> del paragrafo 1.2.5 - <i>Caratteristiche delle centrifughe</i> dell'Elaborato 2 – <i>Capitolato tecnico</i>) sono accettabili anche le specifiche segnalate dall'operatore economico.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

N.	QUESITO	RISPOSTA
7	Lotto n. 6 È accettabile un sistema alternativo al drenaggio della condensa per l'eliminazione dell'eventuale accumulo di acqua?	Si premette che per il Lotto n. 6 non è richiesta la specifica segnalata. Nel caso in cui la richiesta di chiarimento sia da riferirsi al Lotto n. 1 ( <b>punto 23</b> del paragrafo 1.2.5 - <i>Caratteristiche delle centrifughe dell'Elaborato 2 – Capitolato tecnico</i> ) sono accettabili anche sistemi alternativi per l'eliminazione dell'eventuale accumulo di acqua e di prevenzione dei fenomeni di corrosione.
8	Lotto n. 6 È necessario che le centrifughe siano dotate, oltre che della certificazione CE, anche della più recente IVDR?	Si conferma.
9	Lotto n. 6 Confermate che l'unico rotore in dotazione debba essere il rotore ad angolo fisso e che non vada incluso alcun rotore oscillante, ancorché nella tabella di attribuzione dei punteggi (posizione 1.3) sia valutata la velocità di rotazione di un rotore oscillante?	Le centrifughe di cui al Lotto n. 6 devono prevedere un rotore basculante ad alta produttività ( <b>punto 5</b> del paragrafo 1.2.7 - <i>Caratteristiche dei sistemi offerti dell'Elaborato 2 – Capitolato tecnico</i> )
10	Lotto n. 6 Il numero di provette con diametro di 12mm processabili (di cui al punto 1.4 della tabella di attribuzione dei punteggi) è relativo al rotore ad angolo fisso?	Si veda risposta al quesito n. 9.
11	Lotto n. 6 Le 48 ore indicate come tempistica massima per la sostituzione della centrifuga in caso di fermo macchina, sono da considerarsi lavorative?	Si conferma.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

N.	QUESITO	RISPOSTA
<b>Protocollo n. 221153 del 25/10/2023 16:28:06</b>		
<b>12</b>	<p>In relazione al documento di gara denominato "Elaborato 2 Capitolato tecnico" e, specificatamente, al paragrafo 1.9 Lotto n. 8 - Congelatore a discesa programmata della temperatura contenuto in esso, si chiede di specificare nel dettaglio che cosa si intenda per collegamento ad host bidirezionale con il Sistema Informatico in dotazione alle strutture trasfusionali regionali (ELIOT 3.0), tale collegamento dovrà essere garantito anche in caso di modifiche del Sistema Informatico in dotazione che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.</p> <p>Pur potendo la centralina di controllo del congelatore richiesto collegarsi a network internet della Vs. struttura, con anche la possibilità di inviare dati ad indirizzi mail o ad altre destinazioni del network, con il termine bidirezionale si richiede di specificare se e cosa debba invece essere inviato al congelatore stesso.</p>	<p>In riferimento a tale quesito devono essere soddisfatti almeno i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tracciabilità dell'emocomponente;</li> <li>2. Programma di congelamento selezionato.</li> </ol> <p>Si veda anche risposta al quesito n. 2.</p>
<b>Protocollo n. 229997 del 07/11/2023 10:57:16</b>		
<b>13</b>	<p>Con riferimento alla richiesta di presentare tutta la documentazione tecnica in lingua italiana o con traduzione giurata (pag. 33 del DG), si chiede di confermare la possibilità di presentare le ISO, le dichiarazioni di conformità CE, dei reagenti e delle apparecchiature, redatte da Casa Madre in lingua inglese, nonché le dichiarazioni di conformità alle norme IEC (CB Test Certificate), corredate da un'unica dichiarazione resa dalla ditta concorrente, in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riportante che la strumentazione ed i reagenti offerti sono conformi alla normativa vigente.</p>	<p>Si conferma.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

*Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di attrezzature e materiali di consumo per il Sistema Trasfusionale delle Aziende del Servizio Sanitario regionale - SIMOG: 9377632*

N.	QUESITO	RISPOSTA
----	---------	----------

**Protocollo n. 230000 del 07/11/2023 10:57:52**

<b>14</b>	<p>In considerazione del progressivo venir meno dei limiti al subappalto e di quanto ad oggi prescritto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 77/2021 (cd. decreto "semplificazioni bis") per cui "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché ... all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare", si chiede di confermare che si debba indicare solo la parte di prestazione da affidare in subappalto e non anche la percentuale corrispondente al suo valore.</p>	<p>Si premette che la disciplina del subappalto è contenuta nell'articolo 119 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto il d.lgs. 50/2016 è stato abrogato dall'art. 226, comma 1 del medesimo d.lgs. 36/2023.</p> <p>Fermo restando il divieto di cessione del contratto, i concorrenti che intendono avvalersi del subappalto, che in ogni caso non può riguardare l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, devono compilare la sezione D della Parte II del Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E.); la percentuale ivi riportata è indicativa e si riferisce alla quota massima delle prestazioni da subappaltare rispetto al totale.</p>
-----------	--	--

**Protocollo n. 230006 del 07/11/2023 11:00:12**

<b>15</b>	<p>Relativamente alla compilazione dell'offerta economica risulta pubblicato sul Vs portale solo l'allegato word relativo al lotto 3. Si chiede cortesemente di voler pubblicare anche i modelli dei restanti lotti possibilmente in formato excel.</p>	<p>Come esplicitamente previsto dal capitolo 17 del disciplinare di gara l'offerta economica viene generata automaticamente dal portale di e-procurement della SUA-RB dopo che il concorrente ha inserito, sul medesimo portale, i prezzi unitari offerti. Successivamente il concorrente scarica il file .pdf generato, lo firma digitalmente lo ricarica sulla piattaforma, come dettagliatamente spiegato al paragrafo IV.4 – <i>Predisporre la busta economica della Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il portale SUA-RB.</i></p> <p>La Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare una tabella esplicativa dell'offerta economica sul portale di e-procurement (<a href="https://www.sua-rb.it/N/G00408">https://www.sua-rb.it/N/G00408</a>).</p>
-----------	---	--

Il R.U.P. della Centrale di committenza

*ing. Giuseppe BIANCHINI*

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI