

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UN GASCROMATOGRAFO CON SPETTROMETRO DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE A TECNOLOGIA IBRIDA CON ANALIZZATORE ORBITRAP E FILTRO QUADRUPOLE - MODELLO Q-EXACTIVE OCCORRENTE ALL'ARPA BASILICATA – SIMOG gara n. 7824342.

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti al 28/07/2020.

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 0147045 del 28/07/2020		
1	<p>Siamo a richiedere a codesta stazione appaltante conferma sul periodo di garanzia richiesto nella gara.</p> <p>Potete confermare che l'importo a base d'asta, pari a 414000 euro, deve comprendere 24 mesi di garanzia, con una sola manutenzione preventiva inclusa nell'offerta.</p>	<p>Si ribadisce quanto riportato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara che riporta un importo a base di gara pari ad €414.000,00.</p> <p>Si ribadisce altresì quanto riportato al paragrafo 3.3. - <i>Contratto di assistenza e garanzia "full risk" per primi 24 mesi</i> del Capitolato tecnico di gara (Allegato n. 1) in cui si specifica che:</p> <p><i>"Il contratto di assistenza dovrà esser full risk per almeno due anni. Il contratto deve prevedere tutti gli interventi di manutenzione che si renderanno necessari in tempi stretti (indicare i tempi entro cui si garantirà l'intervento) ed almeno n°1 visita di manutenzione preventiva" "Le condizioni di garanzia dovranno includere, per il periodo di validità della stessa, tutte le operazioni di manutenzione preventiva/programmata (secondo le specifiche del costruttore) e correttiva senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. La ditta aggiudicataria per i primi 24 mesi a partire dalla data di collaudo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura fornita. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo unitario di acquisto delle apparecchiature. Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo."</i></p>

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Teresa Andriani