

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INFUSIONE  
OCCORRENTI ALL’AOR “SAN CARLO” DI POTENZA E ALL’ASM.**

**SIMOG N. 8960693**

**Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute al 21/03/2023.**

N.	QUESITO	RISPOSTA
Prot. 65107/20BD del 21/03/2023		
7	<p><b>RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTO 5</b></p> <p>1. Nel lotto 5 viene richiesta infusione primaria e secondaria, si chiede conferma che trattandosi di una pompa a due canali indipendenti è da intendere canale primario e canale secondario.</p> <p>2. Per quanto riguarda i sublotto riportanti quantità 0 si chiede di confermare l’invio di schede tecniche ed eventuali campioni che dovranno essere conformi a quanto richiesto dalla Lex Specialis di capitolato.</p> <p>3. chiediamo conferma della caratteristica di minima riguardante la velocità massima che deve raggiungere rispettivamente il canale A e il canale B ovvero 999ml/h e non 9999ml/h</p> <p>4. Al fine di fornire maggiore sicurezza dei pazienti garantendo sempre la disponibilità di due canali separati su ogni singolo paziente (caratteristica importante in caso di emergenza) si chiede di confermare che la caratteristica dei due canali separati vada inserita in un’apparecchiatura a un unico corpo (indissolubile). Inoltre una pompa in un unico corpo riesce a fornire la somma dei farmaci infusi senza dover fare calcoli cosa importante per il bilancio idrico del paziente.</p> <p>5. Per la sicurezza del paziente si chiede di confermare che ogni singola apparecchiatura debba infondere farmaci compatibili tra di loro al fine di evitare errori di somministrazione che potrebbero portare a gravi conseguenze per il paziente. L’utilizzo di una pompa su diversi accessi e/o diversi pazienti è pratica contraria alla best practice ospedaliera e possibile fonte di gravi errori di somministrazione.</p>	<p>1. Si precisa che il requisito n. 6 (infusione primaria e secondaria su entrambi) del lotto 5 è da intendersi <b>come preferenziale</b> e non obbligatorio (minimo).</p> <p>2. Anche per i set da offrire in opzione si chiede di fornire schede tecniche e campione in fase di DEMO, per la corretta valutazione di quanto proposto.</p> <p>3. Trattasi di <b>refuso</b>. La velocità richiesta è di 999 ml/h per singolo canale.</p> <p>4. Si conferma che per il lotto 5 è richiesto un unico dispositivo dotato di due canali indipendenti.</p> <p>5. Si ribadisce quanto richiesto in capitolato, ossia un dispositivo con due canali indipendenti (requisito n. 1) con possibilità di somministrazione di farmaci diversi (requisito n. 2)</p>

N.	QUESITO	RISPOSTA
Prot. 65354/20BD del 21/03/2023		
8	<b>RICHIESTA CHIARIMENTI</b> 1. 1-2 Nelle pompe volumetriche è possibile rispondere solo un canale primario?	1. Il quesito non è chiaro. Si ribadisce che per lotti 1 e 2 le pompe volumetriche richieste sono ad un unico canale in grado effettuare sia l'infusione primaria che secondaria.
Prot. 67026/20BD del 23/03/2023		
9	<b>CHIARIMENTO DISCIPLINARE ART. 6.3 LETT. C-D</b> 1. In riferimento alla Vs risposta relativa al quesito 6. (Disciplinare art. 6.3 lett. c-d) siamo a segnalarVi che in piattaforma i due punti: lett c) forniture analoghe - lett. d) UNIEN ISO 9001:2015 sono campi obbligatori da caricare. Confermate comunque che non bisogna fornire tali documenti in fase di gara ma in un momento successivo? In caso affermativo inseriremo nei campi due dichiarazioni nelle quali si esplicita che tale documento verrà fornito in fase successiva, come da chiarimento dell'Ente?	1. Nella busta amministrativa è bastevole che l'operatore inserisca delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 6.3 del disciplinare di gara. Ciò non esclude la possibilità da parte dello stesso di potere inserire nella busta amministrativa anche la documentazione a comprova dei suddetti requisiti.

Il Responsabile del procedimento  
*d.ssa Venera LOCICERO*

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INFUSIONE OCCORRENTI ALL'AOR "SAN CARLO" DI POTENZA E ALL'ASM.