

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN DOTAZIONE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SIMOG n. 7133894)

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute dal 10/07/2018 al 12/09/2018.

Parte I

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 119400 del 10/07/2018 (Marca temporale: 380/T 2018-07-10 11:35:07)		
1	In relazione alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere gentilmente la possibilità di ricevere l'elenco delle apparecchiature in formato excel o access, in modo da poter effettuare le elaborazioni necessarie per la partecipazione alla gara.	La stazione appaltante ha provveduto a pubblicare quanto richiesto in data 13/07/2018, all'indirizzo https://www.sua-rb.it/N/G00168 . Si precisa che tale documentazione è da ritenersi a solo titolo illustrativo, gli unici documenti a fare fede sono gli Allegati 1a.A, 1a.B e 1a.C firmati digitalmente.
Protocollo 126504 del 20/07/2018 (Marca temporale: 395/T 2018-07-20 12:02:53)		
2	Buongiorno, in riferimento al al punto 7.3 lett. d) del disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale" si chiede il possesso dell'attestazione di certificazione del sistema di gestione alla 9001:2015 pertinente e proporzionata al seguente oggetto: "servizi di gestione, manutenzione e riparazione di attrezzature mediche". Il nostro certificato 9001:2015 ha per oggetto " <i>Taratura verifica e controlli di sicurezza di apparecchiature elettromedicali. EA 34</i> "; tale oggetto può essere considerato pertinente e proporzionato all'oggetto richiesto nel disciplinare? Inoltre nel nostro manuale di gestione della 9001:2015 è presente una procedura full-risk (riparazione e manutenzione attrezzature mediche di bassa tecnologia) e poiché, sempre al punto 7.3 lettera d), si specifica: "Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati." tale procedura potrebbe essere considerata, nel caso non fosse pertinente l'oggetto del nostro certificato, come possesso del requisito di cui al punto 7.3 lettera d) del disciplinare?	Si ritiene che l'oggetto della ISO 9001:2015 indicata NON SIA IDONEA, PERTINENTE E PROPORZIONATA all'oggetto indicato al paragrafo 7.3, lettera d) del disciplinare di gara. Riguardo le misure equivalenti, si conferma quanto previsto in merito dal disciplinare di gara. L'adeguatezza di eventuali misure equivalenti potrà essere valutata da questa Stazione Unica Appaltante solo al ricorrere delle fattispecie individuate dall'Art. 87 e con le modalità ivi previste. La dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal richiamato Art. 87 è rimessa all'operatore economico.

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 137562 del 08/08/2018 (Marca temporale: 417/T 2018-08-08 12:16:01)		
3	Si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale indicato alla lettera c) del punto 7.3 del Disciplinare di gara si riferisca agli ultimi tre anni solari (anni solari 2015-2016-2017).	Si conferma.
4	All'art.13. del disciplinare di gara viene riportato che l'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale. Si chiede conferma che la marca temporale andrà, pertanto, apposta esclusivamente al documento Offerta economica generato automaticamente dal Portale SUA-RB.	Ai sensi del capitolo 1 del disciplinare di gara le richieste di assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione dell'offerta telematica, sono evase attraverso la sezione "Assistenza tecnica" della piattaforma telematica. Si invitano pertanto gli operatori economici che avessero necessità di chiarimenti circa il funzionamento della piattaforma telematica, ad utilizzare il modulo web appositamente predisposto in quanto tali tematiche esulano dall'oggetto della gara. In alternativa è possibile inviare una e-mail all'indirizzo: sua_rb_procurement@regione.basilicata.it .
5	Facciamo riferimento all'art. 15.3.2 Documentazione a corredo, punto 15 del Disciplinare di gara nella parte in cui richiede il PASSOE per il subappaltatore per richiedere il seguente chiarimento. Premesso che - il punto 15 del Disciplinare di gara richiede "PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice ovvero al subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice; - la richiamata Delibera ANAC 157/2016 stabilisce che "In caso di ricorso all'avvalimento ex art. 49 del Codice oppure in caso di subappalto qualificante ex art. 42, comma 1, lett. i) del Codice, l'OE dovrà acquisire anche il PASSOE rispettivamente relativo all'impresa ausiliaria e subappaltatrice." Considerato che la Delibera 157/2016 richiede la presentazione del PASSOE per il subappalto qualificante e cioè per il subappaltatore che contribuisca con i suoi requisiti a completare la richiesta dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa di gara, voglia codesta Amministrazione confermare che il PASSOE non è invece richiesto nell'ipotesi di subappalto non qualificante e cioè nel caso in cui il concorrente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione indichi eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 D.lgs. 50/2016.	Come esplicitamente previsto dal disciplinare di gara la presentazione del PassOE del subappaltatore <u>È OBBLIGATORIA</u> in tutti i casi di ricorso al subappalto, <u>sia nei casi di subappalto qualificante che nei casi di subappalto non qualificante.</u> Per le modalità di acquisizione del PassOE nel caso di subappalto, si rimanda alle FAQ AVCPass pubblicate sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – PARTE I

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

SIMOG N. 7133894

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
6	Si chiede conferme che nel caso si necessitasse allegare ulteriore documentazione amministrativa/tecnico sul portale SUA-RB la stessa possa essere caricata in un unico file .zip (non firmato digitalmente) contenente al suo interno tutta l'ulteriore documentazione firmata digitalmente.	Si conferma che, ai fini della procedura di gara, è sufficiente che la firma digitale sia apposta sulla documentazione. Per eventuali questioni relative alle modalità telematiche di presentazione dell'istanza, ivi compresi i formati dei file accettati dal portale, si veda risposta al quesito n. 4.

Protocollo 137566 del 08/08/2018 (Marca temporale: 418/T 2018-08-08 12:19:05)

7	<p>Il disciplinare di gara art. 17 e il portale SUA-RB Procurement prevedono che per ciascuna apparecchiatura relativa al lotto a cui si partecipa si debba compilare l'importo quinquennale offerto, IVA e oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi.</p> <p>Il lotto C n.69 comprende 10.041 apparecchiature. Stimando un tempo di 3 sec per ciascuna apparecchiatura, tempo minimo per compilare e controllare l'importo inserito, risultano necessari ben 30.123 sec, pari a 502,05 min, ovvero 8,37 ore per la compilazione della pagina Prezzi Unitari della Busta Economica, richiedendo pertanto all'Offerente Economico un dispendio di tempo e risorse inadeguato ed ingiustificato.</p> <p>Si chiede pertanto di valutare con il portale la possibilità di presentare l'offerta economica per il lotto in questione in una modalità alternativa, secondo quanto previsto al par. IV.4 Predisporre la busta Economica della Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il portale SUA-RB PROCUREMENT, ovvero inserendo nella sezione Offerta della Busta Economica il solo valore complessivo offerto ed allegando i prezzi unitari su tabella xls/file pdf firmata/o digitalmente alla sezione Documenti della Busta Economica (vedansi figg. 26 e 29 della Guida).</p>	Si confermano le modalità di presentazione dell'offerta economica previste dal disciplinare di gara.
---	--	--

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – PARTE I

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

SIMOG N. 7133894

N.	QUESITO	RISPOSTA
----	---------	----------

Protocollo 140028 del 14/08/2018 (Marca temporale: 424/T 2018-08-14 16:00:33)

8	<p>Si rileva che nel Capitolato Tecnico sub Lotto B57 non sono presenti nel dettaglio del lotto n. 3 centrali di monitoraggio WinMedical con relative telemetrie WinPack che risultano installate presso i Presidi ospedalieri di Venosa, Lauria e Chiaromonte n. 3 centrali di monitoraggio WinMedical con relative telemetrie.</p> <p>Si chiede a codesto Spett.le Ente se le attività di manutenzione ed assistenza tecnica debbano intendersi esclusivamente riferite ai sistemi di monitoraggio indicati nel Capitolato Tecnico ovvero se le stesse saranno estese anche alle tre strutture ospedaliere sopra indicate.</p>	<p>Si ribadisce che i servizi oggetto di gara, ivi comprese le attività di manutenzione ed assistenza tecnica, sono RIFERITI ESCLUSIVAMENTE alle apparecchiature elencate nei documenti di gara con le caratteristiche ivi indicate.</p>
----------	--	---

Protocollo 141480 del 22/08/2018 (Marca temporale: 427/T 2018-08-22 12:26:20)

9	<p>Con la presente siamo a richiedere lo scorporo dal Lotto B30 di alcuni dispositivi. Infatti, i seguenti dispositivi Defibrillatori Manuali Lifepak15 e Lifepak12 dell'AOR di Melfi, identificati dall'ID n. B30.18 B30.19 B30.20, non sono più prodotti e commercializzati dalla ditta Medtronic ma dalla ditta Stryker che ha recentemente acquisito tutti i prodotti della linea Physio Control (ex Medtronic), e pertanto rappresentano un prodotto eterogeneo rispetto al resto del lotto.</p> <p>E dal momento che la suddivisione in lotti è prevista in base all'art.51 del Dlgs n.50/2016 per garantire la massima partecipazione possibile alle gare ed una più elevata possibilità che le imprese di piccole e medie dimensioni possano risultare aggiudicatari, Chiediamo la modifica del presente Lotto B30 presente in gara, poiché la sua attuale composizione, non consente la possibilità alla ns Azienda di presentare valida offerta, in contrasto con il principio di legge di gara secondo il quale: <i>l'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.</i></p> <p>Dispositivi uguali per tipologia e produttore sono altresì già presenti nel lotto B43, pertanto gli ID B30.18, B30.19 e B30.20 potrebbero essere aggiunti al lotto B43.</p> <p>Contestualmente chiediamo anche una proroga dei termini per la domanda di sopralluogo e per la presentazione della documentazione di gara.</p>	<p>Si conferma l'articolazione dei lotti prevista dalla documentazione di gara.</p> <p>Si ritiene, infatti, che la suddetta articolazione garantisca già l'effettiva concorrenza tra gli operatori economici nel pieno rispetto del principio di massima partecipazione, anche in considerazione della piena applicabilità di tutti gli istituti previsti dal Codice degli appalti e finalizzati ad aumentare la platea dei potenziali partecipanti.</p>
----------	--	--

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – PARTE I

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

SIMOG N. 7133894

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 141896 del 23/08/2018 (Marca temporale: 428/T 2018-08-23 14:58:12)		
10	<p>Si comunica che, su indicazione dell'ufficio tecnico dell'AOR di Villa D'Agri, il dispositivo defibrillatore manuale ID B43.1 risulta fuoriuso, si chiede pertanto un aggiornamento della calendarizzazione dei sopralluoghi alla luce di tale situazione.</p> <p>Restiamo in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro.</p>	<p>Dal quesito non risulta sufficientemente chiaro il nesso tra la dichiarata situazione di fuori uso di un apparecchio elettromedicale, peraltro in un lotto numericamente molto consistente, e l'aggiornamento della calendarizzazione dei sopralluoghi.</p> <p>In generale le situazioni di fuori uso, non impossibili dato il numero consistente di apparecchiature, saranno definite secondo quanto previsto dall'<i>Allegato 1 – Capitolato Tecnico</i>, con la sola eccezione dei casi di seguito riportati.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nel caso di fuori uso che dovessero intervenire durante il periodo definito per i sopralluoghi, anche per apparecchiature di altri lotti, <u>saranno stralciati</u> dalle offerte economiche i relativi prezzi proposti dai concorrenti, ricalcolando l'importo complessivo senza i suddetti prezzi. <u>Sarà cura di questa Stazione Appaltante pubblicare l'elenco delle apparecchiature fuori uso e le modalità operative con cui saranno stralciati i relativi prezzi.</u>2. Nel caso di momentanea indisponibilità di una apparecchiatura al momento del sopralluogo, si invitano gli operatori economici a contattare l'Azienda Sanitaria proprietaria per concordare l'eventualità di un nuovo sopralluogo.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – PARTE I

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

SIMOG N. 7133894

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 152053 del 12/09/2018 (Marca temporale: 461/T 2018-09-12 13:34:04)		
11	<p>In relazione alla procedura di gara, la XXXXXXXX ritiene opportuno evidenziare a Codesto Spettabile Ente come, dall'analisi della documentazione di gara, emergano alcuni dubbi, ritenuti a proprio parere suscettibili di chiarimento.</p> <p>In particolare, facendo seguito alla comunicazione dell'Ufficio Tecnico, inviata in data XXXXXX, relativa alle date per l'effettuazione dei sopralluoghi, si vuole far presente che la scrivente non è interessata a nessuno dei lotti ivi indicati (XXXXXXXX).</p> <p>Il lotto di interesse per la scrivente è il Lotto n. XXXX ed al riguardo si vuole altresì rilevare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nell'elenco non è riportato un XXXXX installato presso il Presidio di Villa d'Agri e un XXXXX installato presso il Presidio di Melfi• Al Rif. XXXXXX è indicata un'apparecchiatura non di pertinenza XXXXX• Al Rif. XXXXXX è indicata un'apparecchiatura non di pertinenza XXXXX• Al Rif. XXXXXX è indicata un'apparecchiatura ora di gestione della società XXXXX	<p>Per quanto riguarda il riferimento alla comunicazione del non meglio specificato Ufficio Tecnico si invita l'operatore economico a contattare direttamente l'Ufficio Tecnico di cui trattasi.</p> <p>Per quanto riguarda le apparecchiature indicate, si ribadisce che le apparecchiature oggetto del servizio sono ESCLUSIVAMENTE quelle indicate negli elenchi allegati alla documentazione di gara, con le caratteristiche ivi indicate (vedere anche risposta al quesito n. 8).</p>

Il R.U.P. della centrale di committenza
ing. Giuseppe BIANCHINI

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – PARTE I

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

SIMOG N. 7133894