

**FORNITURA DI APPARECCHI PER ANESTESIA OCCORRENTI AI PP.OO. DI MELFI, LAGONEGRO, VILLA D'AGRI E POTENZA DELLA AOR SAN CARLO - SIMOG  
GARA N. 8766758**

**CHIARIMENTI N. 3 AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 11/11/2022**

**QUESITO 3**

in riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria (6.2 del Disciplinare di gara) in cui alla lettera b) si richiede un fatturato specifico per forniture della stessa tipologia di cui è gara, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando, pari o superiore al 30% del valore a base d'asta, il tutto IVA esclusa,[] confermate che per forniture della stessa tipologia si possono intendere ed includere anche forniture di apparecchi per ventilazione polmonare, trattandosi di apparecchiature di identica tecnologia costruttiva funzionanti con le medesime modalità ventilatorie? Si conferma che si possono includere anche forniture di apparecchiature per monitoraggio, considerando che anch'esso è oggetto di gara ed incluso negli apparecchi per anestesia?

**Risposta**

Per forniture della stessa tipologia si intendono quelle ricadenti nel CPV 33172000-6 *“Apparecchi per anestesia e rianimazione”*.

**QUESITO 4**

In merito al punto n.21 dell'allegato n.1, specificatamente per le voci riguardanti i sistemi di monitoraggio neuromuscolare (TOF) e quelli per il monitoraggio del livello di ipnosi (BIS), si chiede se una soluzione che preveda l'integrazione diretta dei due moduli con metodologia Plug and Play verrà premiata in termini di qualità rispetto ad una soluzione che preveda i sistemi di monitoraggio BIS e NMT mediante device stand alone, seppur connessi all'apparecchio di anestesia.

**Risposta**

Si ribadisce che i criteri premianti sono quelli riportati nella griglia di valutazione.

**QUESITO 5**

In merito alla voce n.8 dell'allegato n.5, si chiede se il modulo da trasporto, non richiesto in capitolato ma presente nella tabella valutativa, è da intendersi come caratteristica di minima o come caratteristica migliorativa.

**Risposta**

Si conferma che il modulo da trasporto non è un requisito minimo, bensì una caratteristica migliorativa.