



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE S. CARLO

OSPEDALE "SAN CARLO" DI POTENZA
OSPEDALE "SAN FRANCESCO DI PAOLA" DI PESCOPIAGANO

Via Potito Petrone – 85100 Potenza | Codice fiscale e Partita IVA - 01186830764

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER SENOLOGIA OCCORRENTI ALL’AOR SAN CARLO DI POTENZA

SIMOG gara n. 8179544

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (Art. 95, comma 2, DLG 50/2016)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A) Offerta tecnica	70
B) Offerta economica	30
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati, per ciascun lotto, nelle tabelle seguenti con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale "D" è attribuito un coefficiente discrezionale (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio) variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara cui corrisponde un giudizio sintetico secondo il prospetto sottostante:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Scarso/assente/non valutabile	0

Terminata tale operazione, si procede, quindi, al calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione al criterio/requisito in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo sub-criterio;

Nel caso di offerta tecnica parziale, per la mancata presentazione d'informazioni in corrispondenza di uno o più dei requisiti di valutazione (scarso/assente/non valutabile), la commissione giudicatrice assegnerà un coefficiente pari a zero ai corrispondenti criteri.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi attribuiti secondo quanto indicato nella tabella di valutazione per lo specifico criterio di valutazione.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

All'esito del calcolo dei punteggi discrezionali "D" verranno sommati i punteggi quantitativi "Q" e tabellari "T", già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente al fine di determinare il punteggio complessivo dell'offerta tecnica.

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che avranno ottenuto un punteggio totale inferiore a 42/70 per ogni singolo lotto di partecipazione saranno escluse.

La soglia minima di sbarramento al punteggio tecnico sarà applicata tra la prima e la seconda riparametrazione.

LOTTO N 1 - ESPANSORI

Tablelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

TABELLA A – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Valvola di riempimento anteriore integrale dotata di ampia membrana autosigillante per la protezione antiperforazione	D	10
2. Espansione unidirezionale nel polo inferiore e conformabilità anatomica	D	15
3. Testurizzazione differenziata anteriormente e posteriormente dell'involucro esterno.	D	20
4. Linguetta posteriore rinforzata per un corretto posizionamento.	D	5
5. Doppio rinforzo in dacron o equivalente, autosigillante con prevenzione antideflazione	D	5
6. Assenza di limiti temporali di permanenza in sede	T (SI/NO)	5
TOTALE		60

TABELLA B – ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Tempestività nell'evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni <i>1gg=5pt; 2gg=4pt; 3-4gg=3pt; 5-6gg=2pt; 7gg=1pt</i>	Q	5
2. Gestione urgenze entro le 24 ore	T (SI/NO)	5
TOTALE		10

LOTTO N 2 - PROTESI ANATOMICHE – LOTTO N 3 PROTESI ROTONDE

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

TABELLA A – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Involucro triplice o pluristrato per evitare la trasudazione	D	15
2. Gel di silicone altamente coesivo (mantenimento della forma alle sollecitazioni)	D	15
3. Qualità della testurizzazione dell'involucro esterno prodotta con metodiche sicure e replicabili (tipo matrice a stampo). Si valuterà la presenza di studi clinici, la pertinenza dello specifico prodotto in relazione a: effetti, efficacia e sicurezza di medio (entro i primi 5 anni), e lungo termine (fino a 10 anni) dei dispositivi, nonché l'outcome clinico e i benefici sul paziente. Sarà valutato anche il livello di evidenza, l'impact factor delle riviste indicizzate su Scopus o web of science.	D	25
4. Assenza di limiti temporali di permanenza in sede	T (SI/NO)	5
TOTALE		60

TABELLA B – ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Tempestività nell'evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni <i>1gg=5pt; 2gg=4pt; 3-4gg=3pt; 5-6gg=2pt; 7gg=1pt</i>	Q	5
2. Gestione urgenze entro le 24 ore	T (SI/NO)	5
TOTALE		10

LOTTO N 4 - PROTESI IN POLIURETANO

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

TABELLA A Elementi di natura qualitativa

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Orientamento punti di reperi (Sarà attribuito maggior punteggio alla presenza di punti di reperi identificabili a vista e al tatto)	D	20
2. Varietà di altezze e proiezioni	D	25
3. Gel di silicone coesivo con aspetto naturale	D	5
4. Schiuma di poliuretano	D	5
5. Assenza di limiti temporali di permanenza in sede	T (SI/NO)	5
TOTALE		60

TABELLA B ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Tempestività nell'evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni <i>1gg=5pt; 2gg=4pt; 3-4gg=3pt; 5-6gg=2pt; 7gg=1pt</i>	Q	5
2. Gestione urgenze entro le 24 ore	T (SI/NO)	5
TOTALE		10

LOTTO N 5 - RETI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA

Tablelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

TABELLA A Elementi di natura qualitativa

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Matrice disidratata	D	15
2. Disponibilità varie forme	D	20
3. Confezionamento in doppia busta	T (SI/NO)	5
4. Latex free	T (SI/NO)	15
5. Sterilizzazione a raggi gamma	T (SI/NO)	5
TOTALE		60

TABELLA B ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Tempestività nell'evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni <i>1gg=5pt; 2gg=4pt; 3-4gg=3pt; 5-6gg=2pt; 7gg=1pt</i>	Q	5
2. Gestione urgenze entro le 24 ore	T (SI/NO)	5
TOTALE		10

LOTTO N 6 - RETI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA IN POLIPROPILENE

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

TABELLA A Elementi di natura qualitativa

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Rete in monofilamento	D	15
2. Rete titanizzata	D	15
3. Disponibilita di varie misure	D	15
4. Rete macroporosa	D	10
5. Nessuna influenza a raggi X, ultrasuoni e RMN	T (SI/NO)	5
TOTALE		60

TABELLA B ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Tempestività nell'evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni <i>1gg=5pt; 2gg=4pt; 3-4gg=3pt; 5-6gg=2pt; 7gg=1pt</i>	Q	5
2. Gestione urgenze entro le 24 ore	T (SI/NO)	5
TOTALE		10

LOTTO N 7 - ESPANSORI TISSUTALI TEMPORANEI

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

TABELLA A Elementi di natura qualitativa

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Disponibilit� di un connettore in caso di aggiustamenti alla lunghezza del tubo di riempimento dell'espansore	T (SI/NO)	15
2. Tubicino di riempimento saldato alla base dell'espansore	D	10
3. Ampia gamma di volumi	D	20
4. Indeformabilit� dell'espansore	D	15
TOTALE		60

TABELLA B ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Tempestivit� nell'evasione degli ordinativi entro massimo 7 giorni <i>1gg=5pt; 2gg=4pt; 3-4gg=3pt; 5-6gg=2pt; 7gg=1pt</i>	Q	5
2. Gestione urgenze entro le 24 ore	T (SI/NO)	5
TOTALE		10

LOTTO N 8 - SISTEMA DI ELASTOCOMPRESSIONE

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

TABELLA A Elementi di natura qualitativa

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
Requisito		Punteggio
1. Compressione sequenziale circonferenziale a moduli separati, utilizzabili separatamente o contemporaneamente	D	20
2. Possibilità di regolare la compressione con differente gradiente pressorio	D	20
3. Batteria integrata	T (SI/NO)	10
4. Indicatore di alimentatore	T (SI/NO)	10
5. Facilmente trasportabile	D	10
TOTALE		70