



**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI OCCORRENTI ALL'UOC DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AOR SAN CARLO DI POTENZA - SIMOG: gara n. 6826685.**

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute al 28/09/2017 – I Tranche.

I chiarimenti sono pubblicati sul seguente link <http://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wj>

\*\*\*\*\*

- a) Domanda (prot. n. 140293/20AB del 11/09/2017)
- 1) In base ai lotti qui sotto indicati, vorremmo avere indicazioni sui codici che state usando come ente in questo momento, ".....omissis...." e non riusciamo con questa indicazione a dare un codice esatto in rapporto a tutta la nostra produzione.

N° LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	QTA' ANNUA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO	COSTO TRIENNALE	EVENTUALE RINNOVO DI 24 MESI	BASE D'ASTA COMPLESSIVA	MONOUSO - PLURIMO (P)
134	BISTURI PER MICROCHIRURGIA CORONARICA BEAVER A TUTTO BORDO E LANCEOLATI	200	10,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	M
135	TERMOCAUTERIO CON FILA CONFEZIONE SINGOLA STERILI DI VARIA LUNGHEZZA	20	30,00	600,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00	M

Risposta

- 1) In riferimento al lotto n. 134 si specifica che la lama a tutto bordo deve essere premontata e deve avere una misura di circa 2 mm, con una tolleranza di  $\pm 1$  % con lame lanceolate aventi punta di circa 15°, con una tolleranza di  $\pm 1$  %. In riferimento al lotto n. 135 si specifica che i termocauteri devono essere adatti per definire il profilo delle protesi in Dacron ed aventi misure comunque comprese tra 15 cm e 20 cm, con una tolleranza di  $\pm 1$  %.

\*\*\*\*\*

- b) Domanda (prot. n. 144001/20AB del 15/06/2017)
- 1) Relativamente al lotto n. 130, siamo a richiedere le specifiche tecniche dell'ago, la lunghezza del filo e quanti pezzi ci sono nelle confezioni da voi richieste (20 cf).

Risposta

- 1) In riferimento al lotto n. 130, si specifica che l'ago deve avere un mezzo cerchio di 18 mm, con una tolleranza di  $\pm 5$ %, il filo deve essere lungo 90 mm, con una tolleranza di  $\pm 5$ %. Il fabbisogno, calcolato sul singolo pezzo, sarà rettificato mediante apposita pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante.

\*\*\*\*\*

- c) Domanda (prot. n. 147365/20AB del 21/09/2017)
- 1) Si richiedono i seguenti chiarimenti:
- a) Lotto 135 – elettrocauteri: si richiede la temperatura massima del dispositivo
  - b) Lotto 142 – cavi risterilizzabili: si richiede il modello di stimolatore al fine di stabilire l'esatta connessione da offrire.

Risposta

- a) Lotto 135 – Il termocauterio deve assolvere alla funzione di taglio. Non è richiesta una temperatura massima di esercizio.

b) Lotto 142 – I cavi devono consentire il collegamento con tutti i possibili modelli di stimolatori utilizzando eventualmente anche degli adattatori che dovranno essere compresi nella fornitura.

\*\*\*\*\*

d) Domanda (prot. n. 147854/20AB del 22/09/2017)

- 1) LOTTO 57 - In riferimento alla vostra richiesta di istituire un conto deposito per le cannule arteriose e venose con accesso femorale per ECMO, considerando l'elevata gamma di misure richieste e tenendo presente che la logistica delle aziende consente di gestire in maniera ottima le consegne urgenti, chiediamo la possibilità di eliminare la modalità di consegna in conto deposito.
- 2) LOTTO 60 – In riferimento alla vostra quotazione di prezzo a base d'asta della voce, si chiede la possibilità di rettifica vista l'evidente erronea indicazione.
- 3) LOTTO 61 - In riferimento alla vostra quotazione di prezzo a base d'asta della voce, si chiede la possibilità di rettifica vista l'evidente erronea indicazione.

Risposta

- 1) LOTTO 57 – Si può considerare eliminata la previsione del conto deposito.
- 2) LOTTO 60 – Trattasi di refuso di stampa che verrà corretto mediante apposita pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante.
- 3) LOTTO 61 - Trattasi di refuso di stampa che verrà corretto mediante apposita pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante.

\*\*\*\*\*

e) Domanda (prot. n. 149227/20AB del 25/09/2017)

- 1) In riferimento al lotto 144 del capitolato di gara "Sistema monouso per il prelievo della vena safena e arteria radiale con diffusione distale della CO2 A" circuito aperto" – kit completo di: **cannula per la dissezione del vaso con punta atraumatica e rivestimento in PTFE**; cannula operativa per il prelievo dotata di impugnatura ergonomica con comandi per i sistemi ad essa integrati: - **sistema look per la gestione del vaso**; - sistema di taglio e coagulo simultaneo bipolare; - **sistema di pulitura meccanica a tergicristallo sulla lente endoscopica. Le cannule devono accettare endoscopio da 0° e 5,5 mm** con trocar di accesso senza palloncino occludente. Gli accessori poliuso devono essere forniti in comodato d'uso" si fa presente che le posizioni evidenziate in rosso ad oggi sono commercializzate esclusivamente da una azienda, ciò rende il lotto vincolato ed impedisce la partecipazione di altre aziende al suddetto lotto. Si chiede pertanto di eliminare le parti specifiche che vincolano il lotto 144, al fine di consentire la partecipazione di più Aziende.

Risposta

- 1) LOTTO 144 – Per le caratteristiche riportate in rosso si può ritenere valido il principio di equivalenza a condizione di mantenere invariata la funzionalità richiesta.

\*\*\*\*\*

f) Domanda (prot.n. 151340/20AB del 28/09/2017)

- 1) Si richiede di specificare se la campionatura deve essere presentata tassativamente in forma sterile o se è sufficiente presentare anche campionatura non sterile.

Risposta

- 1) La campionatura deve necessariamente essere sterile e corrispondente in tutto e per tutto ai beni che verranno forniti in fase di esecuzione del contratto.

\*\*\*\*\*