



OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI OCCORRENTI ALL'UOC DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AOR SAN CARLO DI POTENZA - SIMOG: gara n. 6826685.

Parziale rettifica al chiarimento n. 1 - I tranches.

I chiarimenti sono pubblicati sul seguente link <http://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Si rettifica parzialmente la risposta alla domanda f), n. 1 del chiarimento pervenuto in data 28/9/2017, prot. n. 151340/20AB, pubblicato il 02/10/2017, come di seguito riportato:

- f) Domanda (prot.n. 151340/20AB del 28/09/2017)
- 1) Si richiede di specificare se la campionatura deve essere presentata tassativamente in forma sterile o se è sufficiente presentare anche campionatura non sterile.

Risposta

- 1) La campionatura deve preferibilmente essere sterile. Corrispondente in tutto e per tutto ai beni che verranno forniti in fase di esecuzione del contratto. Anche il confezionamento deve corrispondere esattamente a quello che verrà utilizzato in fase di esecuzione della fornitura.
