

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.3 DIAGNOSTICHE
RX TELECOMANDATE OCCORRENTI AI PP.OO. DI POTENZA, MELFI E VILLA D'AGRI -
SIMOG GARA N. 8631399**

CHIARIMENTI N. 2 AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 18/10/2022

QUESITO 2 – (prot. n. 141429 del 12/10/2022)

Domanda 2.1

Capitolato tecnico. Sistema digitale cadenza in scopia di tipo continua (almeno 25Imp/s) al fine di consentire una più ampia partecipazione di aziende leader nel settore, si richiede che vengano ammesse e considerate valide soluzioni in modalità pulsata con frequenza fino a 30 imp/s, di fatto in grado di garantire una visualizzazione continua del flusso contribuendo al tempo stesso ad un elevato contenimento della dose erogata.

Risposta

Si conferma quanto previsto dal capitolato tecnico e verranno considerate valide le soluzioni che in modalità pulsata siano in grado di garantire una visualizzazione continua, contribuendo al tempo stesso ad un elevato contenimento della dose erogata.

Domanda 2.2

Capitolato tecnico. Sistema digitale Sistema interfacciabile con qualsiasi sistema esterno di dose tracking, chiediamo se in presenza di camera DAP integrata tale richiesta possa essere considerata un refuso anche in considerazione del fatto che al capitolo Generatore ad alta tensione viene richiesto espressamente al punto C dispositivo di misura (Dose*area) integrato nel sistema.

Risposta

Si conferma quanto richiesto dal capitolato tecnico

Domanda 2.3

Capitolato tecnico - Tavolo multifunzione telecomandato detettore utilizzabile anche a contatto del paziente senza interposizione del piano d'esame, in considerazione del fatto che vengono richiesti due detettori di cui uno wi-fi siamo a richiedere se, per questa richiesta, possa essere considerato valido l'utilizzo del detettore statico wi-fi aggiuntivo in sostituzione di quello integrato nel tavolo.

Risposta

Saranno ritenute valide le soluzioni che permettano esami a contatto con il paziente senza interposizione del piano d'esame

Domanda 2.4

Capitolato tecnico - Tavolo multifunzione telecomandato in grado di eseguire proiezioni latero laterale su paziente supino posizionato sul piano d'esame, siamo a richiedere se per queste procedure possa essere ritenuto valido l'utilizzo del detettore statico wi-fi aggiuntivo, in abbinamento ad apposito supporto.

Risposta

Le soluzioni tecniche proposte devono essere valide ai sensi dell'art.68 del 50/2016

Domanda 2.5

Capitolato tecnico - Tavolo multifunzione telecomandato in grado di eseguire esami diretti a contatto con il detettore digitale anche nella posizione verticale del piano, siamo a richiedere se in presenza di un sistema che garantisca ridotti fattori di ingrandimento grazie alla vicinanza tra tavolo e detettore questa caratteristica possa essere considerata superflua. Ad avviso della scrivente infatti la richiesta diagnostica dell'esame a contatto può essere superata in presenza di un fattore d'ingrandimento particolarmente ridotto

Risposta

Le soluzioni tecniche proposte devono essere valide ai sensi dell'art.68 del 50/2016

QUESITO 3 – (prot. n. 145571 del 18/10/2022)

Domanda

Con riferimento alla procedura in oggetto, in considerazione della complessità delle prestazioni poste a base di gara, al fine di consentire l'elaborazione di un progetto offerta che soddisfi appieno le esigenze cliniche delle Vostre strutture Ospedaliere, siamo con la presente a chiedere a Codesta rispettabile Amministrazione di voler concedere una proroga del termine per la presentazione dell'offerta di almeno 15 giorni rispetto al termine originariamente previsto per il giorno 4 novembre p.v., soprattutto a riguardo del fatto che ad oggi ancora non ci sono state comunicate le date per poter effettuare i sopralluoghi indispensabili per poter presentare un'adeguata proposta come da Vostre necessità.

Risposta

Si confermano i termini di gara non sussistendo motivazioni per la concessione di proroghe.