

**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN 2 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI LETTI DI DEGENZA COMPLETI DI MATERASSO E ARREDI SANIARI DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19”  
SIMOG gara n. 7740193.**

**Risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti al 15/04/2020.**

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo n. 58234 del 15/04/2020 (TS: 415-Ingresso/MT/1 2020-04-15 18:48:14)		
1	In merito al lotto 1, si chiede se è possibile offrire un letto dotato di leva CPR che svolge le stesse caratteristiche "veloce con azzeramento dei piani" come richiesto dal capitolato	Si è possibile, purché la leva offra la possibilità di effettuare con facilità e tempestività la manovra di emergenza (CPR) con azzeramento del piano.

Il Responsabile del procedimento  
*dott.ssa Teresa Andriani*