

**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI BOX DI BIOCONTENIMENTO A PRESSIONE NEGATIVA DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19**

SIMOG gara n. 794263.

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti al 16/11/2020.

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo n. 216556 del 14/11/2020 (TS: 1264-Ingresso/MT/1 2020-11-14 18:46:35)		
1	<p>In riferimento alla documentazione allegata alla presente procedura (rif. CIG 8510886D4C), si rileva che numerose specifiche tecniche si riferiscono ad un prodotto già in commercio.</p> <p>Atteso che da un'attenta lettura della documentazione della procedura non è espressamente richiamata l'ammissibilità di prodotti c.d. equivalenti, la presente richiesta - sulla scorta dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) - è finalizzata ad avere preliminarmente conferma che codesto Ente terrà conto del richiamato vincolo normativo, in modo da non pregiudicare altre società concorrenti in grado di presentare prodotti dotati di caratteristiche tecniche equivalenti.</p>	<p>Non è necessario inserire negli atti di gara un richiamo specifico al principio di equivalenza in quanto espressamente previsto a norma di legge all'art. 68, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>Tuttavia è onere dell'operatore economico dimostrare <i>“con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”</i>.</p> <p>Ciò premesso, l'equivalenza della soluzione proposta non va enunciata in modo generico ma riferita ed illustrata con riferimento a ciascuna specifica tecnica che si caratterizzi quale requisito minimo della fornitura.</p>

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Teresa Andriani