

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 11/08/2021

QUESITO 4 - (pervenuto a mezzo pec il 03/08/2021 al n. 136031 prot.)

Domanda

La richiesta dei sopralluoghi ed il successivo svolgimento degli stessi presso tutti i presidi ospedalieri territoriali coinvolti, dislocati sull'intero territorio regionale, risulta di difficile attuazione entro il mese di agosto ove il personale è estremamente ridotto causa ferie estive.

Considerata, altresì, la consistente documentazione amministrativa e tecnica richiesta nel disciplinare di gara siamo cortesemente a chiedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte pari a 30 giorni.

Tale richiesta, nell'ottica di favorire la maggior partecipazione degli operatori economici, consentirebbe tempistiche opportune per effettuare la presa visione dei luoghi in periodo non festivo e, di conseguenza, una valutazione tecnica ed economica volta a presentare la migliore offerta possibile.

Risposta

Preliminarmente si precisa che questa Stazione Appaltante, relativamente al bando di gara di che trattasi, nel fissare i termini per la presa visione dei luoghi interessati e la conseguente ricezione delle offerte, ha stabilito dei termini estremamente congrui per l'espletamento di tutte le attività correlate alla partecipazione alla gara. Si chiarisce inoltre che, allo stato attuale, la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte non può essere accolta stante l'insussistenza dei casi all'uopo prefissati dall'art. 79, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

QUESITO 5 - (marca temporale: 1117/T del 05/08/2021 n. 137810 prot.)

Domanda

In riferimento alla procedura di che trattasi, a seguito di attenta lettura della documentazione di gara, al fine di poter predisporre un progetto offerta pienamente aderente alle Vostre necessità, si chiede una proroga dei termini per la presentazione delle offerte non inferiore a 60 giorni, alla luce delle seguenti considerazioni.

:La partecipazione ai 4 lotti di cui alla presente procedura richiede inevitabilmente l'esecuzione dei sopralluoghi presso 16 strutture sanitarie, le date di alcuni dei quali devono ad oggi ancora essere comunicate alla scrivente, a fronte della opportuna richiesta per l'effettuazione dei medesimi avanzata già da qualche giorno

Tali sopralluoghi, alla luce delle richieste del Capitolato tecnico, ed in particolare relativamente all'elaborazione:

di progetti preliminari sulle proposte migliorative funzionali e gli adeguamenti normativi dell'identificazione del perimetro di manutenzione con la descrizione delle singole apparecchiature dell'analisi dei rischi del piano di gestione delle emergenze dovranno essere particolarmente accurati, dal momento che sarà necessario raccogliere informazioni dettagliate anche relative ai singoli reparti delle strutture sanitarie.

Ciò implica un notevole dispendio di tempo.

La mole e la complessità della documentazione da produrre è estremamente considerevole. In particolare, la struttura delle relazioni tecniche richieste, con riferimento soprattutto agli argomenti citati al punto precedente, dovrà necessariamente essere fortemente personalizzata per ogni lotto cui si intende partecipare come se, di fatto, si stesse partecipando a procedure del tutto distinte, con l'incremento di mole di lavoro che tale situazione implica.

Procedura telematica aperta per l'affidamento della gestione e manutenzione delle reti di distribuzione dei gas medicinali e tecnici delle centrali di produzione aria compressa presso tutte le strutture sanitarie dell'ASM di Matera, dell'AOR San Carlo di Potenza, dell'ASP di Potenza e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 11/08/2021

A maggior chiarimento si riportano di seguito le principali richieste caratterizzate da tale necessità di personalizzazione, riportate nella documentazione di gara:

Art.22 Disciplinare di gara - punto 3: Nell'illustrazione del programma degli interventi, devono essere chiaramente identificati, a pena di esclusione, gli impianti oggetto del servizio con la descrizione delle singole apparecchiature, le tipologie delle azioni manutentive, previste per ogni impianto compreso nell'appalto, mediante schede manutentive, indicante i tipi di intervento, i tempi previsti per ciascun intervento, le frequenze manutentive delle singole azioni ed il tempo totale di manutenzione previsto.

Art.22 Disciplinare di gara - punto 8: Il concorrente può indicare eventuali proposte di esecuzione di opere connesse con il servizio, relative al miglioramento della funzionalità delle strutture sanitarie e/o ad adeguamenti normativi, da porre eventualmente anche a carico dell'Azienda sanitaria. Per tali proposte il concorrente dovrà presentare il progetto preliminare composto dallo studio di fattibilità tecnico-amministrativo e dal preventivo sommario. Il progetto proposto dovrà anche corredato di analisi economica costi-benefici.

Art. 5.2 Capitolato tecnico: Ciascuna Ditta candidata dovrà presentare il dettaglio delle operazioni di manutenzione, da elaborare, che intende compiere relativamente ad ognuno dei settori sopra indicati nonché reparto per reparto e le procedure per la gestione degli interventi in caso di emergenza.

Art. 6.1 Capitolato Tecnico: La Ditta Candidata dovrà presentare un'analisi dei rischi specifica relativa ai gas medicinali, tecnici ed ai servizi connessi, ed il conseguente piano di interventi programmati per tutti i reparti e servizi dell'Azienda committente.

Il mese di agosto è inevitabilmente caratterizzato da un rallentamento delle attività lavorative dal momento che l'organico a disposizione delle aziende è fortemente ridotto in conseguenza del periodo di ferie estive.

Certi comprendiate che la nostra richiesta viene avanzata nell'esclusivo intendimento di poter presentare un'offerta, per l'ulteriore tempo che vorrete concederci, con elevato pregio dal punto di vista tecnico-progettuale, restiamo in attesa di Vostre comunicazioni in merito.

Risposta

Si rinvia alla risposta riportata al quesito 4.

QUESITO 6 - (marca temporale: 1126/T del 10/08/2021 n. 139524 prot.)

Domanda

Si riportano i seguenti quesiti:

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 11 Requisiti e condizioni di partecipazione - punto 1 - lettera D

Il disciplinare di gara riporta:

D. Requisiti di capacità tecnico professionale ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice [...]

possesso della certificazione UNI EN ISO 13485:2016, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione delle offerte, per la "progettazione, fabbricazione, installazione, assistenza e manutenzione di impianti e centrali di distribuzione dei gas medicinali.

Si chiede di confermare che sarà ritenuta valida la presentazione della certificazione UNI EN ISO 13485:2016 che riporti Progettazione, fabbricazione, installazione, assistenza e manutenzione di impianti di distribuzione gas medicali dal momento che le centrali sono inevitabilmente ricomprese nel perimetro definito dalla dicitura impianti di distribuzione e, pertanto, tale denominazione è del tutto equivalente a quella richiesta dalla documentazione di gara

Art. 22 Contenuto della BUSTA B Offerta tecnica

Procedura telematica aperta per l'affidamento della gestione e manutenzione delle reti di distribuzione dei gas medicinali e tecnici delle centrali di produzione aria compressa presso tutte le strutture sanitarie dell'ASM di Matera, dell'AOR San Carlo di Potenza, dell'ASP di Potenza e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 11/08/2021

Il disciplinare di gara riporta

La predetta relazione tecnica deve essere costituita, pena l'esclusione, da non più di complessive 100 (cento) pagine,[...], dattiloscritta su una sola facciata di ogni pagina

Dal momento che la documentazione tecnica verrà elaborata e presentata per via telematica in formato pdf. o doc. e che qualora dovesse essere successivamente stampata per la valutazione da parte della commissione, si avrà comunque la possibilità di stamparla solo fronte, si chiede di stralciare l'indicazione relativa al fatto che la relazione tecnica debba essere dattiloscritta su una sola facciata di ogni pagina e confermare il limite di 100 facciate complessive

Art. 24 Criteri di aggiudicazione

Nella tabella relativa ai criteri di aggiudicazione al punto 4 lettera a è riportato Sistema informatico offerto. Si chiede di confermare che il relativo punteggio sarà assegnato sulla base delle caratteristiche del sistema informatico che comprendono sia il telemonitoraggio degli impianti che la gestione dell'anagrafica tecnica e delle manutenzioni

Art. 24 Criteri di aggiudicazione

Nella tabella relativa ai criteri di aggiudicazione al punto 5 lettera b è riportato Mappa dei rischi e schede di sicurezza dei gas medicinali

Dal momento che il presente appalto non comprende attività di fornitura dei gas medicinali si chiede di confermare che quanto richiesto in merito alle schede di sicurezza sia un refuso, in quanto l'onere della fornitura di tali schede dovrebbe essere in capo all'azienda fornitrice dei gas

Si chiede pertanto di confermare che le aziende candidate in tale sezione dovranno presentare la metodologia con cui eseguiranno l'analisi dei rischi

CAPITOLATO TECNICO

ART 4. SERVIZI DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ED ALLARMI e 6.5 SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELL'APPALTO

Il Capitolato Tecnico all'Art. 4 riporta:

L'OE dovrà presentare una relazione tecnica del Sistema Informatico che intende adottare c/o la Azienda committente per monitorare in tempo reale gli stati di funzionamento ed allarme di tutte le apparecchiature coinvolte nell'erogazione dei gas medicinali:

Centrale per la produzione di Aria medicinale da compressione e successiva depurazione

Il Capitolato Tecnico all'Art. 6 riporta invece:

Monitoraggio in tempo reale degli stati di funzionamento ed allarme di tutte le apparecchiature coinvolte nell'erogazione dei gas medicinali;

Si chiede pertanto di chiarire se il telemonitoraggio debba essere garantito esclusivamente sulle centrali di aria medicinale da compressione o anche su altre centrali (si chiede di specificare quali).

Si chiede inoltre conferma che non debba essere previsto il telemonitoraggio delle centrali con serbatoi criogenici fissi e dei miscelatori, essendo queste di proprietà e in gestione dell'attuale fornitore dei gas.

ART 4. SERVIZI DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ED ALLARMI

Il Capitolato Tecnico riporta:

Il sistema di alimentazione elettrico della centralina deve essere compatibile con quello in funzione presso la Azienda committente e comunque la centralina deve essere dotata di propri accumulatori che le consentano un funzionamento autonomo effettivo di almeno 8 ore.

Si segnala che gli accumulatori (o UPS o Gruppi di continuità) sono dei dispositivi progettati per garantire la continuità dell'alimentazione elettrica e la protezione da sbalzi di tensione, per brevi periodi di tempo. Per ottenere l'autonomia richiesta, risulta più adeguato oltre che economico il collegamento delle centralina alla linea elettrica preferenziale dell'ospedale (sotto gruppo elettrogeno).

Inoltre dal momento che, come richiesto dall'Art. 5.7 del Capitolato Tecnico, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il pronto intervento entro 1 ora dalla segnalazione di anomalia, l'autonomia richiesta appare essere sproporzionata.

Si chiede pertanto di confermare che gli accumulatori da fornire e collegare alle centraline debbano avere un'autonomia minima di 1 ora.

ART 5.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO E PROCEDURE

Il Capitolato Tecnico riporta:

Di seguito viene dato un elenco esemplificativo della tipologia degli interventi richiesti per: [...]

sostituzione delle bombole sulle rampe e assistenza alle operazioni di scarico e riempimento dei contenitori fissi di gas criogenici.

Si chiede di stralciare tale richiesta alla luce del fatto che tali attività non possono che rientrare nel perimetro della fornitura dei gas medicinali e devono quindi essere inevitabilmente in capo all'azienda fornitrice degli stessi.

Quanto detto è ancor più evidente in relazione ai contenitori fissi di gas criogenici dal momento che il presente appalto non ne prevede né la fornitura, né la manutenzione.

Risposta

- 1) Si conferma che, tra i requisiti richiesti dall'art. 11 del Disciplinare di gara, dovrà essere esibita anche la certificazione UNI EN ISO 13485:2016.
- 2) Si conferma il limite complessivo di 100 facciate per la relazione tecnica prevista dall'art. 22 del Disciplinare di gara.
- 3) Si conferma che il punteggio di cui all'art. 24, punto 4, lettera a), del Disciplinare di gara sarà assegnato sulla base delle caratteristiche del sistema informatico offerto.
- 4) Si conferma che, per "Mappa dei rischi e schede di sicurezza dei gas medicinali", deve intendersi che l'offerta tecnica dovrà comprendere nel dettaglio la valutazione dei rischi alla luce delle caratteristiche dei gas distribuiti nell'ambito degli impianti e delle reti oggetto del servizio in affidamento.
- 5) Si conferma che il monitoraggio in tempo reale deve essere garantito per le centrali di produzione di aria da compressione. Il telemonitoraggio delle centrali in comodato con serbatoi criogenici sono, invece, a carico del fornitore del gas/serbatoio.
- 6) In considerazione delle tempistiche di intervento stabilite e dei possibili imprevisti che potrebbero verificarsi, il sistema di monitoraggio dovrà essere dotato di propri accumulatori che le consentano un funzionamento autonomo effettivo di almeno 2 ore.
- 7) Le prestazioni richieste sono necessarie e, pertanto, si confermano integralmente.