

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INFUSIONE  
OCCORRENTI ALL’AOR “SAN CARLO” DI POTENZA E ALL’ASM.**

**SIMOG N. 8960693**

**Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute al 16/03/2023.**

N.	QUESITO	RISPOSTA
<b>Prot. 52612/20BD del 06/03/2023</b>		
<b>1</b>	<p><b>RICHIESTA CHIARIMENTI</b></p> <p><b>In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto segue:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. In riferimento alla gara in oggetto, in particolare al lotto 1 - Pompe di infusione a siringa e volumetriche per il comparto operatorio dell’ASM e dell’AOR e la cardioanestesia e Rianimazione dell’AOR si chiede di confermare che l’indicazione siringa da 2,5 mL trattasi di refuso in quanto tale calibro di siringa risulta non clinicamente e funzionalmente utilizzabile ai fini di una somministrazione di una terapia tramite pompa siringa.</b></li><li><b>2. In riferimento alla gara in oggetto, in particolare al lotto 2 - Pompe di infusione a siringa e volumetriche per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione, U.T.I.C., Pronto Soccorso e U.T.I.N. si chiede di confermare che l’indicazione siringa da 2,5 mL trattasi di refuso in quanto tale calibro di siringa risulta non clinicamente e funzionalmente utilizzabile ai fini di una somministrazione di una terapia tramite pompa siringa.</b></li><li><b>3. In riferimento alla gara in oggetto, in particolare al lotto 2 - Pompe di infusione a siringa e volumetriche peer le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione, U.T.I.C., Pronto Soccorso e U.T.I.N. si chiede di precisare il numero di prolunghe standard e il numero di prolunghe a tre vie da fornire nei 5 anni.</b></li><li><b>4. In riferimento alla gara in oggetto, in particolare al lotto 2 - Pompe di infusione a siringa e volumetriche per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione, U.T.I.C., Pronto Soccorso e U.T.I.N. si chiede di chiarire se i costi di interfacciamento al software di cartella clinica per l’ASM, è a carico delle ditte, in caso positivo di fornire una valutazione economica</b></li><li><b>5. In riferimento alla gara in oggetto, in particolare al lotto 2 - Pompe di infusione a siringa e volumetriche per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione, U.T.I.C., Pronto Soccorso e U.T.I.N. si chiede di chiarire se dobbiamo prevedere l’interfacciamento anche per la cartella clinica degli Ospedali dell’AOR San Carlo</b></li><li><b>6. In riferimento alla gara in oggetto, in particolare ai lotti 3 e 4, se è possibile offrire pompe rigenerate perfettamente funzionanti.</b></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Si ribadisce, come da relativa tabella, che per il lotto n. 1 non sono state richieste siringhe di tale calibro (quantità 0). Le suddette sono da indicare (e quotare) in offerta come materiale di consumo opzionale. A tal proposito si precisa che i calibri di riferimento per il presente lotto sono 5 e 10 ml (2,5 ml è un refuso).</b></li><li><b>2. Si precisa che i calibri di riferimento sono 5 - 10 ml (2,5 ml è un refuso).</b></li><li><b>3. Si precisa che per le pompe a siringa del lotto 2 i set richiesti devono essere di tipo mono-via (attualmente consumati). I set a tre vie devono essere offerti (e quotati) opzionalmente.</b></li><li><b>4. Si precisa che è richiesta la capacità tecnica da parte dei dispositivi offerti di interfacciarsi (es. inviare dati secondo HL7) e la disponibilità a fornire tutto il supporto</b></li></ol>

REGIONE BASILICATA  
**Stazione Unica Appaltante**  
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
	<p>7. In riferimento alla gara in oggetto, in particolare al lotto 1 - Pompe d'infusione a siringa e volumetriche per il comparto operatorio dell'ASM e dell'AOR e la cardioanestesia e Rianimazione dell'AOR, nei quantitativi annuale dei set estensione / prolunghe standard sono previsti N.14.500 set, che non corrisponde ai 61000 set per 5 anni, ci chiede di chiarire la quantità esatta</p>	<p>tecnico/ informatico necessario all'interfacciamento. Non sono previsti altri costi a carico delle ditte offerenti.</p> <p>5. Anche per l'AOR è richiesta la capacità da parte dei dispositivi offerti di interfacciarsi e la disponibilità a fornire tutto il supporto tecnico/informatico necessario all'interfacciamento, nel caso di attivazione di cartella clinica. Non sono previsti altri costi a carico delle ditte offerenti.</p> <p>6. Si ribadisce che i dispositivi forniti dovranno essere, all'atto della prima consegna e collaudo, nuovi di fabbrica.</p> <p>7. Si precisa che si tratta di refuso. Il totale complessivo è 72.500 in 5 anni (17.500 ASM – 55.000 AOR)</p>

**Prot. 53621/20BD del 07/03/2023**

2	<p>CHIARIMENTI</p> <p>1. <b>LOTTO 6:</b> si chiede conferma che i valori a base d'asta relativi al "Noleggio ed assistenza tecnica Pompe e stazioni di impilaggio" indicati nella tabella 7 del disciplinare di gara (€ 42000 e € 14000) siano riferiti a 5 anni.</p> <p>2. <b>Lotto 6:</b> si chiede di verificare gli importi totali a base d'asta indicati nella tabella 7 del disciplinare di gara in quanto i valori € 323.025,00 e € 561.200,00 non risultano essere la somma dei singoli importi riferiti a ASM e AOR.</p> <p>3. <b>Lotto 6:</b> Tra il materiale di consumo vengono richiesti nel capitolato descrittivo e prestazionale anche "deflussori con sacca per soluzione di lavaggio / con doppia sacca (lavaggio)". Si chiede la possibilità di offrire per questo prodotto un sistema composto da un deflussore e sacche separate e che quindi sia possibile offrire due codici prodotto differenti da assemblare.</p>	<p>1. Si conferma che gli importi sono riferiti ai 5 anni, rispettivamente per ASM (42.000,00) e AOR (14.000,00)</p> <p>2. Si precisa che si tratta di refuso. L'importo totale è € <b>56.000,00</b> anziché € 323.025,00 ed € <b>687.500,00</b> anziché € 561.200,00</p> <p>3. Ravvisando equivalenza funzionale, è possibile fornire il set come proposto.</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INFUSIONE OCCORRENTI ALL'AOR "SAN CARLO" DI POTENZA E ALL'ASM.

N.	QUESITO	RISPOSTA
<b>Prot. 58098/20BD del 13/03/2023</b>		
<b>3</b>	<p>RICHIESTA CHIARIMENTI</p> <p><b>1. Si fa presente che al lotto n°6 - Pompe per nutrizione enterale, nelle descrizioni dei deflussori dove sono indicati i quantitativi, c'è un deflussore denominato deflussori con sacca per soluzioni di lavaggio/con doppia sacca che ci risulta essere molto limitante e favorirebbe, in base alle nostre conoscenze, una sola azienda. Pertanto, si chiede di rivedere la descrizione o l'annullamento del deflussore stesso, ciò per consentire una maggiore partecipazione di aziende alla gara.</b></p> <p><b>2. Si chiede di specificare se i lotti sono unici ed indivisibili o se è possibile presentare offerta solo per alcune voci dello stesso lotto.</b></p>	<p><b>1.</b> Si ribadisce quanto riportato nel capitolato descrittivo e prestazionale: possono essere proposti dispositivi con caratteristiche differenti, purché quanto proposto sia equivalente (a livello funzionale) a quanto richiesto. Inoltre (anche a titolo di esempio) vedasi quesito n. 2 dove si chiedeva la “possibilità di offrire per questo prodotto un sistema composto da un deflussore e sacche separate e che quindi sia possibile offrire due codici prodotto differenti da assemblare” ed è stato risposto in modo favorevole.</p> <p><b>2.</b> Si specifica che i lotti sono unici e indivisibili</p>
<b>Prot. 60833/20BD del 15/03/2023</b>		
<b>4</b>	<p>RICHIESTA CHIARIMENTI DOC AMMINISTRATIVA</p> <p><b>1. In riferimento alla richiesta di Assolvimento Imposta di Bollo, chiediamo se il seguente procedimento sia corretto:</b></p> <p><b>- indicare all'interno della domanda di partecipazione il n. identificativo e data della marca da bollo da E. 16,00; (non applicare il bollo in alto a destra nel campo denominato "marca da bollo" ma allegare A PARTE UN pdf con la scansione della marca da bollo).</b></p>	<p><b>1.</b> Si conferma, a condizione che la marca da bollo venga annullata con i riferimenti alla gara.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INFUSIONE OCCORRENTI ALL’AOR “SAN CARLO” DI POTENZA E ALL’ASM.

REGIONE BASILICATA  
**Stazione Unica Appaltante**  
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
<b>Prot. 61027/20BD del 15/03/2023</b>		
5	RICHIESTA CHIARIMENTI <b>1. All'art. 16. OFFERTA ECONOMICA del disciplinare è scritto: "Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.", con la presente si richiede se l'importo che non si può superare è solo quello del totale lotto</b>	<b>1. Si conferma</b>
<b>Prot. 61843/20BD del 16/03/2023</b>		
6	RICHIESTA CHIARIMENTI <b>1. Disciplinare di gara, art. 6.3, lettere c) e d) - Requisiti di capacità tecnica e professionale: si chiede si confermare che le prove dei requisiti non debbano essere fornite in questa fase di partecipazione alla gara ma in un momento successivo.</b>  <b>2. Confermate se il patto di integrità debba essere sottoscritto dall'operatore economico già in questa fase di gara?</b>	<b>1. Si conferma</b> <b>2. Si conferma</b>

Il Responsabile del procedimento  
*d.ssa Venera LOCICERO*

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI INFUSIONE OCCORRENTI ALL'AOR "SAN CARLO" DI POTENZA E ALL'ASM.