

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA D' URGENZA IN 3 LOTTI PER L' AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI, LETTI PER TERAPIA INTENSIVA, VENTILATORI POLMONARI E RELATIVI SERVIZI E ACCESSORI CONNESSI, DESTINATI ALL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SIMOG: gara n. 7721007. Risposte alle richieste di chiarimento pervenute al 24/03/2020**

**1) Domanda (prot. n. 49014 del 24.03.2020 ore 13:18)**

In riferimento al capitolato tecnico allegato 1A punto 3.2 LOTTO 2 LETTI PER LA TERAPIA INTENSIVA siamo a richiedere se la richiesta di asta sollevamento paziente sia un refuso di stampa in quanto non rappresentativa delle necessità specifiche di un paziente allettato in rianimazione. La richiesta è inoltre motivata dal fatto che la presenza dell'asta solleva malato in zona testa letto potrebbe esser d'intralcio al rianimatore nelle procedure di rianimazione cardio polmonare in emergenza. Si richiede quindi la possibilità di rimuovere tale richiesta sempre nel rispetto del requisito minimo "ciascun dispositivo deve essere fornito completo di tutti gli accessori necessari a garantire il corretto, sicuro ed immediato funzionamento".

**Risposta**

Si conferma che trattasi di refuso.