



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764

PEC: aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVICE DEGLI
INIETTORI PER TAC E RISONANZA MAGNETICA OCCORRENTI
ALLE U.O.C. RADIOLOGIE DELL’A.O.R. “SAN CARLO” DI POTENZA**

ALLEGATO N. 1.C

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

La procedura d'appalto in oggetto disciplina la fornitura quinquennale del Service degli Iniettori per TAC e Risonanza Magnetica, unitamente al materiale di consumo (Kit paziente), occorrenti alle U.O.C. Radiologie dell'A.O.R. "San Carlo" di Potenza.

Le Apparecchiature, in Service, così come i Kit paziente oggetto della presente gara, distinti in **n. 2 Lotti** (**Lotto n. 1:** Iniettori per TAC – **Lotto n. 2:** Iniettori per Risonanza Magnetica), devono essere conformi alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CE (D. Lgs. n. 46/1997 e ss.mm.ii.) e alle disposizioni normative vigenti inerenti l'oggetto della presente capitolato.

L'oggetto dell'appalto non riguarda le categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018.

L'importo complessivo quinquennale a base di gara, comprensivo di ogni onere, è di € 1.067.500,00, come di seguito specificato:

- **Lotto n. 1:** *Iniettori per TAC: € 840.000,00 oltre IVA (corrispondente ad un importo a base di gara annuale di € 168.000,00 oltre IVA), di cui € 500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;*
- **Lotto n. 2:** *Iniettori per Risonanza Magnetica: € 227.500,00 oltre IVA (corrispondente ad un importo a base di gara annuale di € 45.500,00 oltre IVA), di cui € 500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;*

Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d'asta. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all'importo di cui sopra, a carico delle Aziende, in base all'aliquota vigente al momento del pagamento.

Gli importi a base di gara sono stati valutati mediante ricerca di mercato. Non è richiesto il sopralluogo.

La durata dell'appalto è stabilita in mesi n. 60 solari e consecutivi, decorrenti dal termine di cui all'articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso la DA al termine della scadenza contrattuale è tenuta, qualora richiesto dall'Azienda Ospedaliera, a garantire l'esecuzione della fornitura alle medesime condizioni fino alla individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 6 mesi. Si è dunque previsto di prevedere in opzione il seguente costo per l'espletamento del servizio per ulteriori 6 mesi:

➤ **Lotto n. 1:** € 84.000,00 oltre IVA.

➤ **Lotto n. 2:** € 22.750,00 oltre IVA.

Per quanto concerne il Lotto 2, in ragione dell'installazione presunta nei prossimi 5 anni di Sistemi RMN, è prevista l'opzione di estensione delle procedure di che trattasi e della fornitura in service di ulteriore n. 1 iniettore per n. 3 annualità, precisando che il numero di procedure annue è stimato in 1.300. Si è dunque previsto di prevedere in opzione il seguente costo per l'espletamento del servizio comprensivo di n. 1 ulteriore iniettore per n. 3 annualità e n. 1.300 procedure annue:

➤ **Lotto n. 2:** 45.500,00 € oltre IVA (corrispondente ad un valore annuale di 15.166,67 € oltre IVA);

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore stimato dell'appalto, comprensivo di ogni onere e spesa, e dei costi relativi alla sicurezza, è pari a Euro 1.219.750,00, oltre I.V.A., composto come di seguito indicato:

➤ **Lotto n. 1:** Euro 924.000,00, oltre I.V.A., di cui € 500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso (importo a base di gara + estensione di ulteriori n. 6 mesi);

➤ **Lotto n. 2:** 295.750,00 Euro, di cui € 500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso (importo a base di gara + estensione di ulteriori n. 6 mesi + eventuale opzione di estensione triennale di n. 1 iniettore);

ed è stato determinato dalla somma dei valori di ogni singolo Lotto oggetto dell'appalto. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e,

pertanto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all'importo di cui sopra, a carico delle Aziende, in base all'aliquota vigente al momento del pagamento.

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio dell'Azienda Ospedaliera interessata.

L'offerta economica deve includere, per il Lotto oggetto di offerta, l'indicazione di:

- *prezzo quinquennale offerto, che non potrà essere superiore all'importo a base di gara del Lotto oggetto di offerta;*
- *prezzo unitario offerto del singolo Kit, ottenuto dividendo il suddetto prezzo quinquennale offerto per il numero quinquennale delle procedure richieste per il Lotto oggetto di offerta (n. 70.000 procedure quinquennali per il Lotto n. 1, n. 19.500 procedure quinquennali per il Lotto n. 2).*

Le eventuali opzioni saranno pertanto quantificate considerando il fabbisogno espresso negli atti di gara e il prezzo unitario offerto del singolo kit.

A mero titolo esemplificativo, si fa presente che il fabbisogno di gara è ripartito tra i vari Presidi Ospedalieri secondo la stima di seguito riportato:

LOTTO 1	
Presidio Ospedaliero	Percentuale fabbisogno
n. 3 TAC – P.O. Potenza	55%
n. 1 TAC – P.O. Melfi	15%
n. 1 TAC – P.O. Villa D'Agri	15%
n. 1 TAC – P.O. Lagonegro	15%

LOTTO 2	
Presidio Ospedaliero	Percentuale fabbisogno
n. 2 Risonanza Magnetica – P.O. Potenza	75%
n. 1 Risonanza Magnetica – P.O. Villa D’Agri	25%

In particolare, la gara verrà espletata dalla SUA-RB (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata), per conto della seguente Azienda Sanitaria Regionale:

➤ A.O.R. “San Carlo” di Potenza.

Al fine di poter saggiare *de visu* le caratteristiche e le funzionalità dei prodotti offerti, ogni Operatore Economico partecipante è tenuto a presentare una attività dimostrativa delle potenzialità del sistema offerto (DEMO), per consentire al meglio la valutazione delle offerte tecniche presentate. Si riassumono di seguito gli aspetti salienti relativi a detta fase procedurale:

- 1) *La fase dimostrativa è obbligatoria, pena l'esclusione;*
- 2) *La fase dimostrativa degli iniettori sarà svolta presso l'A.O.R. “San Carlo”;*
- 3) *Sarà individuato un Responsabile della logistica per le attività dimostrative;*
- 4) *La comunicazione relativa allo svolgimento della fase dimostrativa sarà data mediante posta elettronica certificata alle ditte partecipanti con almeno 7 giorni di preavviso. La stessa dovrà indicare la data, l'ora e la sede in cui effettuare la fase dimostrativa;*
- 5) *Nel giorno fissato per lo svolgimento della DEMO, tutti gli operatori che hanno presentato offerta saranno messi a confronto. Nell'esposizione sarà seguito l'ordine di arrivo delle Ditte. Verrà chiesto loro di illustrare, le funzionalità dei sistemi offerti, in modo da poter verificare quanto di seguito indicato:*
 - a) *Rispondenza ai requisiti minimi richiesti;*
 - b) *Performance dei sistemi offerti, correlandole, in particolare, ai criteri di attribuzione dei punteggi individuati, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice una valutazione*

esaustiva ed oggettiva rispetto alle caratteristiche esemplificate nella griglia di valutazione.

Si specifica che durante la fase dimostrativa non saranno effettuate valutazioni di carattere tecnico e che la Commissione Giudicatrice procederà ad effettuare la valutazione e ad attribuire i punteggi, in seduta riservata. Sarà onere della Commissione Giudicatrice garantire il mantenimento della riservatezza di informazioni, con particolare riferimento a quelle coperte da brevetto e/o da segreto industriale.

Le quantità dell'appalto, riportate nell'Allegato 1.A al Disciplinare di gara, tengono conto del normale fabbisogno presunto dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili.

L'Azienda Ospedaliera, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la presentazione dell'offerta, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i relativi consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

Le forniture effettuate dalla Ditta aggiudicataria devono rispondere qualitativamente e quantitativamente a quelle aggiudicate. L'Azienda Ospedaliera eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l'erogazione delle forniture medesime.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente consegnare Kit/prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del Prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta si impegna alla sostituzione del Prodotto aggiudicato, fornendo i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Ospedaliera. A tal proposito, ne dà apposita comunicazione alla Azienda Ospedaliera, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il Prodotto offerto in sostituzione deve essere fabbricato dalla stessa Ditta produttrice. La Ditta aggiudicataria, inoltre, deve presentare per il nuovo Prodotto tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara.

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Per tutta la durata del service delle Apparecchiature in oggetto, nonché della fornitura del relativo materiale di consumo, la Ditta Aggiudicataria si impegna a garantire assistenza tecnica qualificata per poter rispondere alle esigenze anche urgenti.

Per tale periodo nessun onere economico potrà essere richiesto per l'esecuzione di interventi di manutenzione sia ordinari che straordinari.

La Ditta si impegna, altresì, a fornire un'Apparecchiatura sostitutiva, accompagnata da dichiarazione di perfetta funzionalità ai sensi delle norme CEI applicabili, nel caso in cui il tempo di riparazione del guasto superi le 24 ore.