

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL’ AOR
SAN CARLO DI POTENZA E ALL’ AZIENDA SANITARIA DI MATERA -
Edizione II - ID: G00421 -

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 2 DEL 02-12-2024

2^a SEDUTA RISERVATA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **02** del mese di **dicembre (02-12-2024)**, alle ore **14:55** circa, presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, **in seduta riservata** si è riunita, per la procedura di affidamento in questione, la Commissione giudicatrice ex art. 93 del codice dei contratti pubblici.

La Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale n. **20BA.2024/D.00130** del **24-07-2024**, è così composta:

- *dott.ssa* **Angela BAIANO** – Dirigente medico dell’A.O.R. San Carlo di Potenza – **Presidente**;
- *dott.* **Danilo MENNA** – Dirigente medico dell’A.O.R. San Carlo di Potenza – **Componente**;
- *dott.ssa* **Ripalta PAGLIONE** – Dirigente medico del P.O. Madonna delle Grazie di Matera – **Componente**;

svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, il sig. **Pietro Rota** - dipendente regionale in servizio c/o la SUA-RB - individuato con la medesima Determinazione Dirigenziale n. **20BA.2024/D.00130** del **24-07-2024**.


Il Presidente, dato atto della presenza di tutti i componenti della Commissione nonché del Segretario, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, dato atto della presenza di tutti i componenti della Commissione nonché del Segretario, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente da lettura del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice, in seduta riservata, svoltasi il 19 novembre 2024.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all’A.O.R. San Carlo di Potenza e all’Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.



I Commissari procedono quindi alla lettura delle offerte tecniche e all'esame, ove presente, della campionatura pervenuta, come previsto nel prospetto "Allegato 2A" rettificato per il solo LOTTO 21 dalla COMUNICAZIONE a sistema del 02-05-2024.

CATETERI

LOTTO n. 17: Cateteri per Trombo-embolctomia a lume singolo

Concorrono per il lotto n. 17 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
1	LeMaitre Vascular Srl
4	<u>SEDA SPA</u>
8	<u>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</u>

Per quanto concerne il prodotto del lotto 17 il capitolato tecnico richiede un "Catetere per embolctomia arteriosa ad una via con marcature ogni 10 cm su tutta la lunghezza. Corpo in pebax copolimero, radiopaco in tutte le misure. **Palloncino in mescola di silicone** a gonfiaggio progressivo e simmetrico, connettore luer-lock, mandrino in acciaio inox. Codice colore associato alle diverse misure." Gli operatori economici SEDA SPA e EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA, hanno offerto prodotti con **Palloncino in mescola diversa** da quella richiesta da capitolato che è "Silicone". La Commissione NON procede alla valutazione dei suddetti operatori per mancanza del requisito.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 01 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI

LOTTO n. 18: Cateteri per Trombo-embolctomia a doppio lume

Concorre per il lotto n. 18 il seguente operatore economico:

Plico	Operatore Economico
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 02 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI

LOTTO n. 19: Cateteri per trombectomia protesica

Concorrono per il lotto n. 19 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA

Valutata la documentazione prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 03 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI

LOTTO n. 20: Cateteri per radiofrequenza

Concorrono per il lotto n. 20 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
22	SANIT SUD SRL
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 04 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI

LOTTO n. 21: Valvulotomo per la devalvulazione della vena safena

Concorrono per il lotto n. 21 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
1	LeMaitre Vascular Srl
14	AB MEDICA SPA

Per quanto concerne il prodotto del lotto 21 il capitolato tecnico richiede un "Valvulotomo monouso sterile auto espandibile autocentrante, auto calibrante e auto dimensionante per la rimozione delle valvole della vena safena negli interventi di by-pass con vena safena in situ. **Costituito da 4 archetti di metallo elastico** ciascuno dei quali provvisto di una lama di taglio alla sommità." L'operatore economico AB MEDICA SPA, L'operatore economico AB MEDICA S.p.A. ha offerto un prodotto che non rispetta il requisito n. di archetti. Richiesti da capitolato n. 4 offerti n. 3, inoltre manca il diametro minimo da 1,5mm., viene offerto diametro minimo 2mm. La Commissione NON PROCEDE alla valutazione dell'offerta del suddetto concorrente AB MEDICA S.p.A. per mancanza di requisiti.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 5 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

VARIE

LOTTO n. 24: - Inserti atraumatici per clamp vascolari

Concorrono per il lotto n. 24 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
5	MEDIPOINT SRL
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 6 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

VARIE

LOTTO n. 25: Sistema di embolizzazione venosa con ciaoacrilato per il trattamento della patologia

Concorrono per il lotto n. 25 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
22	SANIT SUD SRL
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 07 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

INTRODUTTORI

LOTTO n. 26 - Introduuttori standard

Concorrono per il lotto n. 26 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	TERUMO ITALIA S.r.l.
19	AB MEDICA SPA

Per quanto concerne il prodotto del lotto 26 il capitolato tecnico richiede un "Kit introduttore in ETFE, con

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

valvola quadricuspide in silicone monoparete varie lunghezze (10 cm, 25 cm, e 7 cm).... L'operatore economico AB MEDICA S.p.A. ha offerto prodotti che non rispettano i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico, gamma delle lunghezze. Manca la lunghezza minima 7 cm., inoltre mancano le lunghezze sia da 10 cm., che da 25 cm. (offerti 11 cm e 23 cm.) non si procede alla valutazione dell'offerta del suddetto concorrente AB MEDICA S.p.A. per mancanza di requisiti.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 5 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

INTRODUTTORI

LOTTO n. 27 - Introduuttori armati per interventi su arterie periferiche

Concorrono per il lotto n. 27 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
3	BIOTRONIK ITALIA SPA
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
11	Sintec srl
13	TERUMO ITALIA S.r.l.
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 27 il capitolato tecnico richiede un *"Introduttore armato per interventi su arterie periferiche con camicia in nylon, spirale metallica in acciaio e strato interno in PTFE. Marker radiopaco all'estremità distale costituito da anello in oro. Valvola emostatica quadricuspide in silicone. Dilatatore in nylon compatibile con guida da 0,038". Punta atraumatica nelle seguenti configurazioni ..."*. L'operatore economico **New Medical Solutions Srl** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *"..... manca Valvola emostatica quadricuspide in silicone....."*. L'operatore economico **Sintec Srl** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *".... manca Marker radiopaco..."*. L'operatore economico **Boston Scientific SpA** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *"..... manca Valvola emostatica quadricuspide"*. L'operatore economico **BIOTRONIK ITALIA SPA** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *".... manca della varietà di configurazione della curvatura di punta"*.

Per gli Operatori Economici **New Medical Solutions Srl, Sintec Srl, Boston Scientific SpA e BIOTRONIK ITALIA SPA** non si procede alla valutazione per carenza dei minimi richiesti dal capitolato tecnico.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 9 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II

INTRODUTTORI

LOTTO n. 28 - Introduttori armati ad alta flessibilità

Concorrono per il lotto n. 28 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
24	COOK ITALIA SRL
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 28 il capitolato tecnico richiede un *"Introduttori vascolari armati con dilatatore ad alta flessibilità, valvola emostatica anti-reflusso con via laterale di lavaggio, marker distale radiopaco, rivestimento lume interno in PTFE, rivestimento esterno idrofilico della porzione distale dell'introduttore e del dilatatore, punta distale rastremata disponibile in configurazione retta o curva. Compatibili con guida da 0.035", diametri disponibili da 4 a 12 Fr, lunghezze da 45 a 110 cm."*. L'operatore economico **Boston Scientific SpA** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: **"..... manca del calibro 10 e 12 Fr e della lunghezza da 110 cm."** L'operatore economico **New Medical Solutions Srl** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: **"..... manca dei calibri 10 e 12 Fr....."**.

Per gli operatori economici **New Medical Solutions Srl** e **Boston Scientific SpA** non si procede alla valutazione.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 10 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

INTRODUTTORI

LOTTO n. 29 - Introduttori armati precurvati per interventi su arterie periferiche

Concorrono per il lotto n. 29 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
24	COOK ITALIA SRL
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 29 il capitolato tecnico richiede un *"Introduttori vascolari armati con dilatatore da 0.038" (doppio dilatatore da 0.018" /0.035" per diametri da 4 e 5F), valvola emostatica Check Flow anti-reflusso con via laterale di lavaggio, marker distale radiopaco, rivestimento lume interno in PTFE, rivestimento esterno idrofilico della porzione distale dell'introduttore e del dilatatore, disponibili in configurazione retta o curva Ansel 1, Ansel 2. Diametri disponibili da 4 a 9 Fr, lunghezze da 45 a 110 cm."*

L'operatore economico **BIOTRONIK ITALIA SPA** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: **"..... manca del calibro 9 Fr e lunghezza 110 cm."**.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

valvola quadricuspide in silicone monoparete varie lunghezze (10 cm, 25 cm, e 7 cm).... L'operatore economico AB MEDICA S.p.A. ha offerto prodotti che non rispettano i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico, gamma delle lunghezze. Manca la lunghezza minima 7 cm., inoltre mancano le lunghezze sia da 10 cm., che da 25 cm. (offerti 11 cm e 23 cm.) non si procede alla valutazione dell'offerta del suddetto concorrente AB MEDICA S.p.A. per mancanza di requisiti.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 5 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

INTRODUTTORI

LOTTO n. 27 - Introduuttori armati per interventi su arterie periferiche

Concorrono per il lotto n. 27 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
3	BIOTRONIK ITALIA SPA
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
11	Sintec srl
13	TERUMO ITALIA S.r.l.
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 27 il capitolato tecnico richiede un *"Introduttore armato per interventi su arterie periferiche con camicia in nylon, spirale metallica in acciaio e strato interno in PTFE. Marker radiopaco all'estremità distale costituito da anello in oro. Valvola emostatica quadricuspide in silicone. Dilatatore in nylon compatibile con guida da 0,038". Punta atraumatica nelle seguenti configurazioni ..."*. L'operatore economico **New Medical Solutions Srl** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *"..... manca Valvola emostatica quadricuspide in silicone....."*. L'operatore economico **Sintec Srl** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *".... manca Marker radiopaco..."*. L'operatore economico **Boston Scientific SpA** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *"..... manca Valvola emostatica quadricuspide"*. L'operatore economico **BIOTRONIK ITALIA SPA** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *".... manca della varietà di configurazione della curvatura di punta"*.

Per gli Operatori Economici **New Medical Solutions Srl, Sintec Srl, Boston Scientific SpA e BIOTRONIK ITALIA SPA** non si procede alla valutazione per carenza dei minimi richiesti dal capitolato tecnico.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 9 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

INTRODUTTORI

LOTTO n. 28 - Introduttori armati ad alta flessibilità

Concorrono per il lotto n. 28 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
24	COOK ITALIA SRL
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 28 il capitolato tecnico richiede un *“Introduttori vascolari armati con dilatatore ad alta flessibilità, valvola emostatica anti-reflusso con via laterale di lavaggio, marker distale radiopaco, rivestimento lume interno in PTFE, rivestimento esterno idrofilico della porzione distale dell’introduttore e del dilatatore, punta distale rastremata disponibile in configurazione retta o curva. Compatibili con guida da 0.035”, diametri disponibili da 4 a 12 Fr, lunghezze da 45 a 110 cm.”*. L’operatore economico **Boston Scientific SpA** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *“..... manca del calibro 10 e 12 Fr e della lunghezza da 110 cm.”* L’operatore economico **New Medical Solutions Srl** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *“..... manca dei calibri 10 e 12 Fr..... ”*.

Per gli operatori economici **New Medical Solutions Srl** e **Boston Scientific SpA** non si procede alla valutazione.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall’Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell’Allegato 3 “Griglia di valutazione”.

L’esito dell’attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell’Allegato 10 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

INTRODUTTORI

LOTTO n. 29 - Introduttori armati precurvati per interventi su arterie periferiche

Concorrono per il lotto n. 29 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
10	BIOTRONIK ITALIA SPA
24	COOK ITALIA SRL
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 29 il capitolato tecnico richiede un *“Introduttori vascolari armati con dilatatore da 0.038” (doppio dilatatore da 0.018” /0.035” per diametri da 4 e 5F), valvola emostatica Check Flow anti-reflusso con via laterale di lavaggio, marker distale radiopaco, rivestimento lume interno in PTFE, rivestimento esterno idrofilico della porzione distale dell’introduttore e del dilatatore, disponibili in configurazione retta o curva Ansel 1, Ansel 2. Diametri disponibili da 4 a 9 Fr, lunghezze da 45 a 110 cm.”*

L’operatore economico **BIOTRONIK ITALIA SPA** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *“..... manca del calibro 9 Fr e lunghezza 110 cm. ”*.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all’A.O.R. San Carlo di Potenza e all’Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

L'operatore economico **New Medical Solutions Srl** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: "..... **manca del calibro 9 Fr.....** ".

Per gli operatori economici **BIOTRONIK ITALIA SPA** e **New Medical Solutions Srl** non si procede alla valutazione.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 11 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

INTRODUTTORI

LOTTO n. 30 - Introduttori armati precurvati per interventi su arterie periferiche

Concorrono per il lotto n. 30 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
24	COOK ITALIA SRL

Valutata documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 12 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

INTRODUTTORI

LOTTO n. 31 - Introduttore con punta orientabile fino a 180°

Concorrono per il lotto n. 31 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
18	CARDIO VASCULAR SRL
19	AB MEDICA SPA

Per quanto concerne il prodotto del lotto 31 il capitolato tecnico richiede un *"Introduttore orientabile bidirezionale dotato di valvola emostatica. Diametri da 8 a 12Fr e lunghezze fino a 70 cm circa. Punta orientabile fino a 180°."*


L'operatore economico **CARDIO VASCULAR SRL** ha un offerto prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: "..... **manca il diametro 12 Fr.....** ". Per l'operatore economico **CARDIO VASCULAR SRL** non si procede alla valutazione.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 13 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.



INTRODUTTORI

LOTTO n. 32 - Introduttore armato per procedure a carico dei tronchi sovraaortici

Concorrono per il lotto n. 32 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
2	CROSSMED
14	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 32 il capitolato tecnico richiede un *“Introduttore armato con corpo realizzato in NYLON, con armatura in acciaio inox e rivestimento interno in PTFE per tutta la lunghezza; disponibili versioni dritto e multipurpose, lume interno da 6F, lunghezze da 80 a 100 cm. Zona flessibile distale di 4 cm, con rivestimento idrofilo negli ultimi 12 cm per facilitarne il posizionamento; possibilità di essere usato in coassiale con catetere selettivo di lunghezza superiore a 105 cm, disponibile in tre differenti configurazioni (H1, SIM e BERN).”*

L'operatore economico **New Medical Solutions srl** ha offerto un prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico: *“..... Non specifica la possibilità di essere usato in coassiale con catetere selettivo di lunghezza superiore a 105 cm disponibile in 3 differenti configurazioni”*.

Per l'operatore economico **New Medical Solutions srl** non si procede alla valutazione.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 “Griglia di valutazione”.

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 14 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

INTRODUTTORI

LOTTO n. 33 - Introduttori valvolati per endoprotesi

Concorrono per il lotto n. 33 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.

Valutata documentazione prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 “Griglia di valutazione”.

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 15 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

INTRODUTTORI

LOTTO n. 34 - Introduttori di grosso calibro per procedure aortiche

Concorrono per il lotto n. 34 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata documentazione prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 16 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 35 - Introduuttori di grosso calibro per procedure aortiche

Concorrono per il lotto n. 35 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
7	Cordis Italy S.r.l.
15	VIOLATECH SRL
19	AB MEDICA SPA
21	<u>CARDIO.TEK s.r.l.</u>
24	COOK ITALIA SRL

Per quanto concerne il prodotto del lotto 35 il capitolato tecnico richiede un *"Guide metalliche teflonate per angiografie diagnostiche di routine, anima fissa e punta preformata J da circa 1.5 – 3 mm. . Misure: diametro da circa 0.018 a 0.035 inches, tutte le lunghezze disponibili da un minimo di 50 a massimo 260 cm."*

L'operatore economico **Cordis Italy S.r.l.** ha offerto un prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico relativo a "... **Lunghezze minima 50 cm** ...".

L'operatore economico VIOLATECH SRL ha offerto un prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico relativo a: " **...anima fissa e punta preformata J da circa 1.5 mm** ...".

Per gli operatori economici **Cordis Italy S.r.l.** e VIOLATECH SRL non si procede alla valutazione.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 17 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 36 - Guide idrofile con punta angolata

Concorrono per il lotto n. 36 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
7	Cordis Italy S.r.l.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

11	Sintec srl
15	VIOLATECH SRL
19	AB MEDICA SPA
21	<u>CARDIO.TEK s.r.l.</u>
24	COOK ITALIA SRL

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 18 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 37 - Guide idrofile lunghezza fino a 180 cm

Concorrono per il lotto n. 37 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	TERUMO ITALIA S.r.l.
21	CARDIO.TEK s.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 19 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 38 - Guide idrofile lunghezza fino a 180 cm

Concorrono per il lotto n. 38 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	TERUMO ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 20 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 39 - Guide idrofile stiff lunghezza fino a 180 cm

Concorrono per il lotto n. 39 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
-------	---------------------

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

13	TERUMO ITALIA S.r.l.
19	AB MEDICA SPA

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 21 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 41 - Guide ibride

Concorrono per il lotto n. 41 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	TERUMO ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 22 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 42 - Guide ibride per navigazione nei piccoli vasi

Concorrono per il lotto n. 42 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	TERUMO ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 23 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 43 - Guide super rigide da scambio

Concorrono per il lotto n. 43 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	Cordis Italy S.r.l.
21	CARDIO.TEK s.r.l.
23	Aetos Medical Srl

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

Per quanto concerne il prodotto del lotto 43 il capitolato tecnico richiede un *“Guida diagnostica per cateterismo rigida o super rigida tipo Amplatz. Calibro 0.035”/0.038” e lunghezze da 150 a 260cm. Anima in acciaio e rivestimento in PTFE. Disponibile con punta dritta o J (1.5mm/3mm)”*

L’operatore economico **Aetos Medical Srl** ha offerto un prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico relativo a **“... Anima in acciaio ...”**.

Per l’operatore economico **Aetos Medical Srl** non si procede alla valutazione.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall’Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell’Allegato 3 *“Griglia di valutazione”*.

L’esito dell’attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell’Allegato 24 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 44 - Guide in acciaio a punta rastremata

Concorrono per il lotto n. 44 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall’Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell’Allegato 3 *“Griglia di valutazione”*.

L’esito dell’attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell’Allegato 25 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 45 - Guide idrofile per navigazione nei piccoli vasi da 0.014” e 0,018”

Concorrono per il lotto n. 45 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 45 il capitolato tecnico richiede un *“Filo guida per PTA da 0.014” a 018” da routine e per navigazione di vasi stretti e tortuosi. Anima in acciaio, stelo ad elemento unico dal tratto prossimale fino alla connessione col Tip e coil esterno con passaggio acciaio-platino senza soluzione di continuità, disponibili anche con doppio coil intrecciato. Presenza di cover polimerica e rivestimento idrofilo per la navigazione in anatomie tortuose e strette. Grammatura della punta da 1 a 4 g.”*

L’operatore economico **CARDIO.TEK s.r.l.** ha offerto un prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico relativo a **“...Grammatura ...”**. Offre grammatura 3g e 6g, grammatura richiesta 1g e 4g. La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all’A.O.R. San Carlo di Potenza e all’Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

Per l'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l. non si procede alla valutazione.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 26 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 46 - Guide in acciaio per ricanalizzazione delle occlusioni croniche

Concorrono per il lotto n. 46 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 27 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 47 - Guide per ricanalizzazione delle occlusioni croniche da 0.014"

Concorrono per il lotto n. 47 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 28 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 48 - Guide per ricanalizzazione delle occlusioni croniche da 0.018"

Concorrono per il lotto n. 48 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 29 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 49 - Guide extra-rigide di supporto"

Concorrono per il lotto n. 49 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.
24	COOK ITALIA SRL

Per quanto concerne il prodotto del lotto 49 il capitolato tecnico richiede un "Guida di supporto extra-rigida Amplatz in acciaio con rivestimento esterno in PTFE, disponibile con punta floppy da 1 cm (AES-ST) e da 3 cm, retta o angolata, con raggio di curvatura di 3 mm. Lunghezza della porzione rastremata da 7 a 9,5 cm. Disponibile in diametri da 0.025", 0.032" e 0.035", lunghezze da 80 a 300 cm."

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l. ha offerto un prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico relativo a "...Lunghezza..." . Offre lunghezza massima 300 cm, Lunghezze richieste da 80 a 300 cm. La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Per l'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l. non si procede alla valutazione.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 30 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 50 - Guide rosen per arterie renali

Concorrono per il lotto n. 50 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.
24	COOK ITALIA SRL

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 31 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

FILI GUIDA

LOTTO n. 51 - Guide extra-stiff tipo lunderquist

Concorrono per il lotto n. 51 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 32 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

FILI GUIDA

LOTTO n. 52 - Guide extra-stiff tipo lunderquist

Concorrono per il lotto n. 52 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 33 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI DIAGNOSTICI

LOTTO n. 53 - Cateteri angiografici"

Concorrono per il lotto n. 53 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
7	Cordis Italy S.r.l.
21	CARDIO.TEK s.r.l.
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 53 il capitolato tecnico richiede un "Catetere diagnostico in Nylon con punta di transizione a 3 strati in Nylon e punta distale atraumatica in Poliuretano radiopaca. Maglia metallica a 16 fili. Diametro 4 e 5Fr, offerto in varie curve e lunghezze da 65cm a 125cm."

Gli operatori economici **CARDIO.TEK s.r.l.** e **New Medical solutions S.r.l.** hanno offerto un prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico relativo a "...Maglia metallica a 16 fili, offrono rispettivamente 42/52 e 32 fili...". La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 34 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI DIAGNOSTICI

LOTTO n. 54 - Cateteri angiografici idrofilici"

Concorrono per il lotto n. 54 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
7	Cordis Italy S.r.l.
21	CARDIO.TEK s.r.l.
26	New Medical Solutions srl
15	Violatech srl

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 35 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI DIAGNOSTICI

LOTTO n. 55 - Cateteri diagnostici con doppia armatura"

Concorrono per il lotto n. 55 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
7	Cordis Italy S.r.l.
13	TERUMO ITALIA S.r.l.

Per quanto concerne il prodotto del lotto 55 il capitolato tecnico richiede un "Cateteri angiografici in Poliuretano e Poliammide, con doppia armatura a doppia rete metallica interna, compatibili con guide da 0,038", con punta atraumatica in poliuretano. Diametri 4 e 5Fr. Tutte le configurazioni disponibili."

L'operatore economico **Cordis Italy S.r.l.** ha offerto un prodotto che non rispetta il requisito minimo richiesti dal capitolato tecnico relativo a "...i diametri 4 e 5 Fr non sono compatibili con guide 0,038...". La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 36 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

CATETERI DIAGNOSTICI

LOTTO n. 56 - Cateteri angiografici centimetrati"

Concorrono per il lotto n. 56 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
7	Cordis Italy S.r.l.
21	CARDIO.TEK s.r.l.
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 37 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI DIAGNOSTICI

LOTTO n. 57 - Cateteri angiografici idrofilici per pressioni fino a 1000 PSI"

Concorrono per il lotto n. 57 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	TERUMO ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 38 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI DI SUPPORTO

LOTTO n. 58 - Catetere di supporto .035""

Concorrono per il lotto n. 58 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	TERUMO ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 39 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI DI SUPPORTO

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 02/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

LOTTO n. 59 - Catetere di supporto .018'''

Concorrono per il lotto n. 59 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	TERUMO ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 40 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI DI SUPPORTO

LOTTO n. 60 - Catetere di supporto .018'''

Concorrono per il lotto n. 60 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.
23	Aetos Medical Srl
24	COOK ITALIA SRL
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 41 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

Alle ore 17:55 il Presidente della Commissione giudicatrice, ultimate le operazioni odierne, dichiara conclusa la seduta riservata.


Della riunione viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE dott.ssa Angela BAIANO

I COMPONENTI dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

IL SEGRETARIO sig. Pietro ROTA





REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 001 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L0017

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**CATETERI****Lotto 17 - CATETERI PER TROMBO-EMBOLECTOMIA A LUME SINGOLO - CIG : B14C2E817E**

Descrizione: Catetere per embolectomia arteriosa ad una via con marcature ogni 10 cm su tutta la lunghezza. Corpo in pebax copolimero, radiopaco in tutte le misure. Palloncino in miscela di silicone a gonfiaggio progressivo e simmetrico, connettore luer-lock, mandrino in acciaio inox. Codice colore associato alle diverse misure. Diametri da 2 a 7 Fr. Lunghezze da 40 a 80 cm.

01-	Parametro: SIMMETRIA DEL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
1	LeMaitre Vascular Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
4	SEDA SPA	-	-	-	-		-	-
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: FLESSIBILITÀ		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
1	LeMaitre Vascular Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
4	SEDA SPA	-	-	-	-		-	-
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: MANEGGEVOLEZZA		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociate ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
1	LeMaitre Vascular Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
4	SEDA SPA	-	-	-	-		-	-
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro:MANDRINO INTERNO IN ACCIAIO		Criterio: SI/No			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA				COEFF.	PUNTEGGIO
1	LeMaitre Vascular Srl	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione				1,00	10,00
4	SEDA SPA	-				-	-
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	-				-	-

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
1	LeMaitre Vascular Srl	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				
4	SEDA SPA	-		-				
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	-		-				

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE			
1	LeMaitre Vascular Srl	70,00	70,00	1,00	70,00			
4	SEDA SPA	-		-	-			
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	-		-	-			

NOTE

Gli operatori economici SEDA SPA e EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA, hanno offerto prodotti con Palloncini in miscela diversa da quella richiesta da capitolato che è "Silicone". la Commissione NON procede alla valutazione dei suddetti operatori per mancanza del requisito.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 002 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L0018

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**CATETERI****Lotto 18 - CATETERI PER TROMBO-EMBOLECTOMIA A DOPPIO LUME - CIG : B14C29904D**

Descrizione: Catetere per embolectomia arteriosa a due vie con possibilità di inserimento su guida angiografica. Marcature ogni 10 cm su tutta la lunghezza. Corpo in pebax copolimero. Radiopaco in tutte le misure.

Palloncini in lattice naturale a gonfiaggio progressivo e simmetrico dotati di 2 rubinetti. Connettore luer-lock. Codice colore per misure. Diametri da 3 a 7 Fr. Lunghezze da 40 a 80 cm Corredato da una siringa per il gonfiaggio del palloncino.

01-	Parametro: SIMMETRIA DEL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: FLESSIBILITÀ		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: PUNTA DEL CATETERE RINFORZATA		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: DURATA DEL PERIODO DI STERILITÀ		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	durata periodo sterilità		VALORE	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	DURATA DEL PERIODO DI STERILITÀ		0,00	0,00	0,00	0,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	60,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	60,00	60,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 003 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L0019

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**CATETERI****Lotto 19 - CATETERI PER TROMBOCTOMIA PROTESICA - CIG : B14C27201E**

Descrizione: Cateteri provvisti di una spirale flessibile metallica all'estremità distale, espandibile, che forma un anello a doppia elica quando viene retratta. L'anello che si viene a formare funge da estrattore, consentendo la rimozione efficace del trombo. Concepiti per la rimozione di trombi organizzati dalle protesi sintetiche. Diametri da circa 4 ad 6 F – lunghezza 50 ed 80 cm.

01-	Parametro: CAPACITÀ DI SPINTA		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: CAPACITÀ DI PROGRESSIONE		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: FLESSIBILITÀ		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: RIGIDITÀ DELLA SPIRALE		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 004 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L0020

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**CATETERI****Lotto 20 - CATETERI PER RADIOFREQUENZA - CIG : B14C270E73**

Descrizione: Elettrocateretere per l'esecuzione del trattamento mini-invasivo in anestesia locale delle varici degli arti inferiori con radiofrequenza in soggetti obesi e/o ad alto rischio infettivo inguinale. Misure da circa 60 e 100 cm. Generatore in comodato d'uso.

01-	Parametro: CAPACITÀ DI PENETRAZIONE		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80	16,00
22	SANIT SUD SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,60	0,70	0,63		0,63	12,67

02-	Parametro: ECOGENICITÀ DEL TERMINALE		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,70	0,80	0,85	0,78	1,00	0,78	15,67
22	SANIT SUD SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00
26	New Medical Solutions srl	0,50	0,60	0,70	0,60		0,60	12,00

03-	Parametro: IDROFILIA DEL DEVICE		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,90	0,80	0,80	0,83	1,00	0,83	16,67
22	SANIT SUD SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00
26	New Medical Solutions srl	0,80	0,70	0,80	0,77		0,77	15,33

04-	Parametro: FLESSIBILITÀ		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80	8,00
22	SANIT SUD SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,80	0,70	0,70		0,70	7,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	56,33	42,00	Soglia sbarramento superata				
22	SANIT SUD SRL	70,00		Soglia sbarramento superata				
26	New Medical Solutions srl	47,00		Soglia sbarramento superata				

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	56,33	70,00	0,80	56,33
22	SANIT SUD SRL	70,00		1,00	70,00
26	New Medical Solutions srl	47,00		0,67	47,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 005 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L0021

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**SHUNT PER CHIRURGIA CAROTIDEA****Lotto 21 - VALVULOTOMO PER LA DEVALVULAZIONE DELLA VENA SAFENA - CIG : B14C284EF4**

Descrizione: Valvulotomo monouso sterile auto espandibile autocentrante, auto calibrante e auto dimensionante per la rimozione delle valvole della vena safena negli interventi di by-pass con vena safena in situ.

Costituito da 4 archetti di metallo elastico ciascuno dei quali provvisto di una lama di taglio alla sommità. Possibilità di trattare vasi di diametri compresi tra 1,5 e 6mm con un dispositivo di un'unica misura e senza necessità di regolare l'apertura delle lame. Corredato da una guaina e un port per l'irrigazione del vaso. Lunghezza operativa circa 100cm.

01-	Parametro: AUTO-CALIBRANTE DA 1,5 A 6 MM		Criterio: QL			punteggio: 30		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
1	LeMaitre Vascular Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: AUTOESPANDIBILITÀ		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
1	LeMaitre Vascular Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
14	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: FACILITÀ DI UTILIZZO (dalla campionatura verrà rilevata l'agevole progressione e reinserimento delle lame nella camicia)		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
1	LeMaitre Vascular Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
14	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: CATETERE IDROFILICO		Criterio: SI/No			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA				COEFF.	PUNTEGGIO
1	LeMaitre Vascular Srl	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione				1,00	10,00
14	AB MEDICA SPA	-				-	-

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
1	LeMaitre Vascular Srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
14	AB MEDICA SPA	-			-			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE			
1	LeMaitre Vascular Srl	70,00	70,00	1,00	70,00			
14	AB MEDICA SPA	-		-	-			

NOTE

L'operatore economico AB MEDICA S.p.A. ha offerto un prodotto che non rispetta il requisito n. di archetti. Richiesti da capitolato n. 4 offerti n. 3, inoltre manca il diametro minimo da 1,5mm., viene offerto diametro minimo 2mm. Quindi la Commissione NON PROCEDE alla valutazione del l'offerta del suddetto concorrente AB MEDICA S.p.A..

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 006 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L0024

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura: G00421**VARIE****Lotto 24 - INSERTI ATRAUMATICI PER CLAMP VASCOLARI - CIG : B14C2687DB**

Descrizione: Inserti monouso atraumatici supersoft da 33mm da utilizzare con clamp vascolari da fornire in comodato d'uso. Configurazione clamp da fornire: clamp Leland Jones angolato 55°, Clamp multiuso angolato 55°, clamp retto per carotide, clamp angolato 55° per arteria femorale.

01-	Parametro: ATRAUMATICITÀ		Criterio: QL				punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
5	MEDIPOINT SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	0,90	0,80	0,85	0,85		0,85	17,00

02-	Parametro: AMPIEZZA DI GAMMA		Criterio: QL			punteggio: 30		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
5	MEDIPOINT SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	30,00

03-	Parametro: FLESSIBILITÀ		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociate ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
5	MEDIPOINT SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	0,60	0,60	0,65	0,62		0,62	12,33

04-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
5	MEDIPOINT SRL	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	59,33			Soglia sbarramento superata			

05-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
5	MEDIPOINT SRL	70,00	70,00	1,00	70,00
8	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	59,33		0,85	59,33

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 007 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L0025

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura: G00421**VARIE****Lotto 25 - SISTEMA DI EMBOLIZZAZIONE VENOSA CON CIAOACRILATO PER IL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA - CIG : B14C2E9251****Descrizione:** Sistema per chiusura della grande e piccola safena non termico con n-butil-2 ciano acrilato ad alta viscosità. Possibilità di infusione con pistola dispensatrice.

01-	Parametro: MANEGGEVOLEZZA DEL DEVICE			Criterio: QL			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
22	SANIT SUD SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
26	New Medical Solutions srl	0,80	0,80	0,85	0,85		0,85	17,00

02-	Parametro: CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL LIQUIDO EMBOLIZZANTE, IN PARTICOLARE VISCOSITÀ TALE DA EVITARE UNA MIGRAZIONE INCONTROLLATA DELLO STESSO DURANTE LA PROCEDURA			Criterio: QL			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
22	SANIT SUD SRL	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00	20,00
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,60	0,70	0,63		0,66	13,10

03-	Parametro: POSSIBILITÀ DI INTERROMPERE E RIPRENDERE IL RILASCIO DEL LIQUIDO EMBOLIZZANTE DURANTE LA PROCEDURA			Criterio: QL			punteggio: 30	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
22	SANIT SUD SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
26	New Medical Solutions srl	0,87	0,87	0,83	0,86		0,86	25,70

04-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
22	SANIT SUD SRL	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				
26	New Medical Solutions srl	55,80		Soglia sbarramento superata				

05-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
22	SANIT SUD SRL	70,00	70,00	1,00	70,00
26	New Medical Solutions srl	55,80		0,80	55,80

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
INTRODUTTORI**

Lotto 26 - INTRODUTTORI STANDARD - CIG: B14C2C656E

Descrizione: Kit introduttore introduttore lungo 10 cm in ETFE, con valvola quadricuspide in silicone monoparete, dilatatore, con miniguia in nitinol e poliuretano lunga 45 cm..

01-	Parametro: TENUTA DELLA VALVOLA EMOSTATICA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	-	-	-

02-	Parametro: CAPACITÀ DI PROGRESSIONE IN ARTERIA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	-	-	-

03-	Parametro: RESISTENZA AL KINKING		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	-	-	-

04-	Parametro: RASTREMATURA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	-	-	-

05-	Parametro: GAMMA DELLE LUNGHEZZE		Criterio: QT1		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	3 LUNGHEZZE			3,00	3,00	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	-			-	-	-	-

06-	Parametro: GAMMA DEI CALIBRI		Criterio: QT1		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma dei calibri			Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	8 DIAMETRI			8,00	8,00	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	-			-	-	-	-

07-	Parametro: RADIOPACITÀ		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	-	-	-

08-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
19	AB MEDICA SPA	-			-			

09-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE		
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00		1,00	70,00		
19	AB MEDICA SPA	-			-	-		

NOTE

il prodotto offerto da AB MEDICA SPA, non rispetta i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico gamma delle lunghezze. Manca la lunghezza minima 7 cm., INOLTRE MANCANO LE ALUNGHEZZA SIA DA 10 CM. - CGHDA 25 CM. (OFFERTI 11 CM E 23CM.) non si procede alla valutazione

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

INTRODUTTORI

Lotto 27 - INTRODUTTORI ARMATI PER INTERVENTI SU ARTERIE PERIFERICHE - CIG : B14C2E4E2D

Descrizione: Introduttore armato per interventi su arterie periferiche con camicia in nylon, spirale metallica in acciaio e strato interno in PTFE. Marker radiopaco all'estremità distale costituito da anello in oro. Valvola emostatica quadricuspide in silicone. Dilatatore in nylon compatibile con guida da 0,038".

01-	Parametro: TENUTA DELLA VALVOLA EMOSTATICA		Criterio: QL			punteggio:	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	0,87	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
11	Sintec srl	-	-	-	-		-	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	0,80	0,80	0,87		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: CAPACITÀ DI PROGRESSIONE IN ARTERIA		Criterio: QL			punteggio:	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	0,87	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
11	Sintec srl	-	-	-	-		-	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	0,80	0,80	0,87		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: RESISTENZA AL KINKING		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	0,87	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
11	Sintec srl	-	-	-	-		-	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	0,80	0,80	0,87		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: RASTREMATURA			Criterio: QL		punteggio:	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	0,87	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
11	Sintec srl	-	-	-	-		-	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	0,80	0,80	0,87		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: GAMMA DELLE LUNGHEZZE		Criterio: QT1		punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle lunghezze	Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	3,00	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-		-	-
11	Sintec srl	-	-		-	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	3 LUNGHEZZE	3,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-		-	-

06-	Parametro: GAMMA DEI CALIBRI		Criterio: QT1		punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma del calibri	Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	4,00	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-		-	-
11	Sintec srl	-	-		-	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	4 calibri	4,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-		-	-

07-	Parametro: RADIOPACITÀ		Criterio: QL				punteggio: 10	punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	0,87	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
11	Sintec srl	-	-	-	-		-	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	0,80	0,80	0,87		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

08-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	42,00	-				
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-		-				
11	Sintec srl	-		-				
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00		Soglia sbarramento superata				
26	New Medical Solutions srl	-		-				

09-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	70,00	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-		-	-
11	Sintec srl	-		-	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00		1,00	70,00
26	New Medical Solutions srl	-		-	-

NOTE

Il prodotto offerto dall'operatore economico **New Medical Solutions Srl** non rispetta i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico "..... manca Valvola emostatica quadricuspide in silicone.....", il prodotto offerto dall'operatore **Sintec Srl** non rispetta i requisiti minimi di capitolato tecnico "... manca Marker radiopaco...". Il prodotto offerto da **Boston Scientific SpA** non rispetta i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico "..... manca Valvola emostatica quadricuspide.....". Il prodotto offerto dall'Operatore Economico **BIOTRONIK ITALIA SPA** non rispetta i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico ".... manca della varietà di configurazione della curvatura di punta.....". Per gli Operatori Economici **New Medical Solutions Srl**, **Sintec Srl**, **Boston Scientific SpA** e **BIOTRONIK ITALIA SPA** non si procede alla valutazione.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****INTRODUTTORI****Lotto 28 - INTRODUTTORI ARMATI AD ALTA FLESSIBILITA' - CIG : B14C287172**

Descrizione: Introduuttori vascolari armati con dilatatore ad alta flessibilità, valvola emostatica anti-reflusso con via laterale di lavaggio, marker distale radiopaco, rivestimento lume interno in PTFE, rivestimento esterno idrofilico della porzione distale dell'introduttore e del dilatatore, punta distale rastremata disponibile in configurazione retta o curva. Compatibili con guida da 0.035", diametri disponibili da 4 a 12 Fr, lunghezze da 45 a 110 cm.

01-	Parametro: TENUTA DELLA VALVOLA EMOSTATICA		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-

02-	Parametro: CAPACITÀ DI PROGRESSIONE IN ARTERIA		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-

03-	Parametro: RESISTENZA AL KINKING		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-

04-	Parametro: RASTREMATURA		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-

05-	Parametro: GAMMA DELLE LUNGHEZZE		Criterio: QT1		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-	4,00	-
24	COOK ITALIA SRL	4 LUNGHEZZE			4,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-			-		-

06-	Parametro: GAMMA DEI CALIBRI		Criterio: QT1		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma dei calibri			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-	7,00	-
24	COOK ITALIA SRL	7 calibri			7,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-			-		-

07-	Parametro: RADIOPACITÀ		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-

08-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
2	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	42,00		-		
14	COOK ITALIA SRL	70,00			Soglia sbarramento superata		
16	New Medical Solutions srl	-			-		

09-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
2	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	70,00	-	-
14	COOK ITALIA SRL	70,00		1,00	70,00
16	New Medical Solutions srl	-		-	-

NOTE

Il prodotto offerto dall'operatore economico **Boston Scientific SpA** non rispetta i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico "..... manca del calibro 10 e 12 Fr e della lunghezza da 110 cm. ". Il prodotto offerto dall'operatore economico **New Medical Solutions Srl** non rispetta i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico "..... manca dei calibri 10 e 12 Fr..... ". Per gli Operatori Economici **New Medical Solutions Srl** e **Boston Scientific SpA** non si procede alla valutazione.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****INTRODUTTORI****Lotto 29 - INTRODUTTORI ARMATI PRECURVATI PER INTERVENTI SU ARTERIE PERIFERICHE - CIG : B14C2E5F00**

Descrizione: Introduuttori vascolari armati con dilatatore da 0.038" (doppio dilatatore da 0.018" /0.035" per diametri da 4 e 5F), valvola emostatica Check Flow anti-reflusso con via laterale di lavaggio, marker distale radiopaco, rivestimento lume interno in PTFE, rivestimento esterno idrofobico della porzione distale dell'introduttore e del dilatatore, disponibili in configurazione retta o curva Ansel 1, Ansel 2. Diametri disponibili da 4 a 9 Fr, lunghezze da 45 a 110 cm.

01-	Parametro: TENUTA DELLA VALVOLA EMOSTATICA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: CAPACITÀ DI PROGRESSIONE IN ARTERIA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: RESISTENZA AL KINKING		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: RASTREMATURA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: GAMMA DELLE LUNGHEZZE		Criterio: QT1		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-			-	3,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	3LUNGHEZZE			3,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-			-		-	-

06-	Parametro: GAMMA DEI CALIBRI		Criterio: QT1		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma dei calibri			Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-			-	6,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	6 calibri			6,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-			-		-	-

07-	Parametro: RADIOCAPITÀ		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

08-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	42,00		-			
24	COOK ITALIA SRL	70,00			Soglia sbarramento superata			
26	New Medical Solutions srl	-			-			

09-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	70,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	70,00		1,00	70,00
26	New Medical Solutions srl	-		-	-

NOTE

Il prodotto offerto dall'operatore economico **BIOTRONIK ITALIA SPA** non rispetta i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico "..... manca del calibro 9 Fr e lunghezza 110 cm.....". Il prodotto offerto dall'Il prodotto offerto dagli operatori economici **New Medical Solutions Srl** non rispetta i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico "..... manca del calibro 9 Fr.....". Per gli Operatori Economici **New Medical Solutions Srl** e **BIOTRONIK ITALIA SPA** non si procede alla valutazione.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****INTRODUTTORI****Lotto 30 - INTRODUTTORI ARMATI CON PUNTA DISTALE MODIFICABILE - CIG : B14C288245**

Descrizione: Introduuttori vascolari armati con modifica RAABE, dilatatore con punta distale rastremata preformabile a freddo, compatibile con guida da 0,038" (0,035" per 4 Fr), valvola emostatica anti-reflusso con via laterale di lavaggio, marker distale radiopaco, rivestimento lume interno in PTFE, diametri disponibili da 4 a 9 Fr, lunghezze da 55 a 90 cm.

01-	Parametro: TENUTA DELLA VALVOLA EMOSTATICA		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

02-	Parametro: CAPACITÀ DI PROGRESSIONE IN ARTERIA		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

03-	Parametro: RESISTENZA AL KINKING		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

04-	Parametro: RASTREMATURA		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

05-	Parametro: GAMMA DELLE LUNGHEZZE		Criterio: QT1		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
24	COOK ITALIA SRL	3 LUNGHEZZE			3,00	3,00	1,00 10,00

06-	Parametro: GAMMA DEI CALIBRI		Criterio: QT1		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma dei calibri			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
24	COOK ITALIA SRL	6 DIAMETRI			6,00	6,00	1,00 10,00

07-	Parametro: RADIOCAPITÀ		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

08-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
24	COOK ITALIA SRL	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata		

09-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
24	COOK ITALIA SRL	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
INTRODUTTORI**

Lotto 31 - INTRODUTTORE CON PUNTA ORIENTABILE FINO A 180° - CIG : B14C2908DD

Descrizione: Introduttore orientabile bidirezionale dotato di valvola emostatica. Diametri da 8 a 12Fr e lunghezze fino a 70 cm circa. Punta orientabile fino a 180°.

01-	Parametro: TENUTA DELLA VALVOLA EMOSTATICA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	-	-	-	-	1,00	-	-
19	AB MEDICA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

02-	Parametro: CAPACITÀ DI PROGRESSIONE IN ARTERIA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	-	-	-	-	1,00	-	-
19	AB MEDICA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

03-	Parametro: RESISTENZA AL KINKING		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	-	-	-	-	1,00	-	-
19	AB MEDICA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

04-	Parametro: RASTREMATURA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	-	-	-	-	1,00	-	-
19	AB MEDICA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

05-	Parametro: GAMMA DELLE LUNGHEZZE		Criterio: QT1		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	-			-	3,00	-	-
19	AB MEDICA SPA	3 LUNGHEZZE			3,00		1,00	10,00

06-	Parametro: GAMMA DEI CALIBRI		Criterio: QT1		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma dei calibri			Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	-			-	3,00	-	-
19	AB MEDICA SPA	3 DIAMETRI			3,00		1,00	10,00


07-	Parametro: RASTERMURATURA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	-	-	-	-	1,00	-	-
19	AB MEDICA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00


08-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
18	CARDIO VASCULAR SRL	-	42,00		-			
19	AB MEDICA SPA	70,00			Soglia sbarramento superata			


09-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
18	CARDIO VASCULAR SRL	-	70,00	-	-
19	AB MEDICA SPA	70,00		1,00	70,00

NOTE

Il prodotto offerto dall'operatore economico **CARDIO VASCULAR SRL** non rispetta i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico "..... manca il diametro 12 Fr..... ". Per l'Operatore Economico **CARDIO VASCULAR SRL** non si procede alla valutazione.

dott.ssa Angela BAIANO 

dott. Danilo MENNA 

dott.ssa Ripalta PAGLIONE 

geom. Pietro ROTA 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

INTRODUTTORI

Lotto 32 - INTRODUTTORE ARMATO PER PROCEDURE A CARICO DEI TRNCHI SOVRAAORTICI - CIG : B14C28609F

Descrizione: Introduttore armato con corpo realizzato in NYLON, con armatura in acciaio inox e rivestimento interno in PTFE per tutta la lunghezza; disponibili versioni dritto e multipurpose, lume interno da 6F, lunghezze da 80 a 100 cm. Zona flessibile distale di 4 cm, con rivestimento idrofilo negli ultimi 12 cm per facilitarne il posizionamento; possibilità di essere usato in coassiale con catetere selettivo di lunghezza superiore a 105cm, disponibile in tre differenti configurazioni (H1, SIM e BERN).

01-	Parametro: TENUTA DELLA VALVOLA EMOSTATICA		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
14	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: CAPACITÀ DI PROGRESSIONE IN ARTERIA		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
14	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: RESISTENZA AL KINKING		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
14	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: RASTREMATURA		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
14	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: GAMMA DELLE LUNGHEZZE		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle lunghezze		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	CROSSMED	3 LUNGHEZZE		3,00	3,00	1,00	10,00
14	New Medical Solutions srl	-		-		-	-

06-	Parametro: GAMMA DEI DIAMETRI		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma dei calibri		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	CROSSMED	1 DIAMETRI		1,00	1,00	1,00	10,00
14	New Medical Solutions srl	-		-		-	-

07-	Parametro: RASTREMATURA		Criterio: QL		punteggio:	punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
14	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

08-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
2	CROSSMED	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
14	New Medical Solutions srl	-			-			

09-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE		
2	CROSSMED	70,00	70,00		1,00	70,00		
14	New Medical Solutions srl	-			-	-		

NOTE

Il prodotto offerto dall'operatore economico **New Medical Solutions srl** non rispetta i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico "..... **Non specifica la possibilità di essere usato in coassiale con catetere selettivo di lunghezza superiore a 105 cm disponibile in 3 differenti configurazioni**..... ". Per l'Operatore Economico **New Medical Solutions srl** non si procede alla

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
INTRODUTTORI
Lotto 33 - INTRODUTTORI VALVOLATI PER ENDOPROTESI - CIG : B14C2622E9**

Descrizione: Introduuttori valvolati idrofilici per endoprotesi addominali e toraciche con valvola emostatica pressurizzata ad acqua, completi di dilatatore e siringa da 2,5 ml per il gonfiaggio della valvola, marker radiopaco prossimale, lunghezze da circa 30 a 65cm, diametri da 10 a 26 fr.

01-	Parametro: TENUTA DELLA VALVOLA EMOSTATICA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: CAPACITÀ DI PROGRESSIONE IN ARTERIA		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

03-	Parametro: RESISTENZA AL KINKING		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: RASTREMATURA		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

05-	Parametro: GAMMA DELLE LUNGHEZZE		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle lunghezze		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	3 LUNGHEZZE		3,00	3,00	1,00	10,00

06-	Parametro: GAMMA DEI CALIBRI		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma dei calibri		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	17 DIAMETRI		17,00	17,00	1,00	10,00

07-	Parametro: RADIOPACITÀ		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

08-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
		0,00						
		0,00						

09-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 016 AL VERBALE 02 DEL 02.12.2024 - L034

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
INTRODUTTORI****Lotto 34 - INTRODUTTORI DI GROSSO CALIBRO PER PROCEDURE AORTICHE - CIG : B14C293B56****Descrizione:** Introduuttori di lunghezza non inferiore ai 25 cm per garantire una sufficiente progressione in arteria iliaca, di calibro compreso tra circa 12F e 26F, dotati di valvola emostatica.

01-	Parametro: TENUTA DELLA VALVOLA EMOSTATICA		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

02-	Parametro: CAPACITÀ DI PROGRESSIONE IN ARTERIA		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

03-	Parametro: RESISTENZA AL KINKING		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

04-	Parametro: RASTREMATURA		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

05-	Parametro: GAMMA DELLE LUNGHEZZE		Criterio: QT1		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	2 LUNGHEZZE			2,00	2,00	1,00 10,00
		-			-		

06-	Parametro: GAMMA DEI CALIBRI		Criterio: QT1		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma dei calibri			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	8 DIAMETRI			8,00	8,00	1,00 10,00
		-			-		

07-	Parametro: RADIOCAPITÀ		Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

08-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata		

09-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 35 -GUIDE TEFLONATE - CIG : B14C3026F1****Descrizione:** Guide metalliche teflonate per angiografie diagnostiche di routine, anima fissa e punta preformata J da circa 1.5 – 3 mm.

Misure: diametro da circa 0.018 a 0.035 inches, tutte le lunghezze disponibili da un minimo di 50 a massimo 260 cm.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-	1,00	-	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,50	0,65	0,58		0,58	11,67
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,75	0,70	0,70	0,72		0,72	14,33
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-	1,00	-	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	0,50	0,60	0,60	0,57		0,57	11,33
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,65	0,62		0,62	12,33
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-	1,00	-	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	0,80	0,80	0,70	0,77		0,77	7,67
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,80	0,80	0,80	0,80		0,80	8,00
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-	1,00	-	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	0,40	0,70	0,80	0,63		0,63	6,33
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,70	0,80	0,70		0,70	7,00
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL			punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-	1,00	-	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	0,50	0,50	0,60	0,53		0,53	5,33
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,70	0,60	0,63		0,63	6,33
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
7	Cordis Italy S.r.l.	-	42,00	-				
15	VIOLATECH SRL	-		-				
19	AB MEDICA SPA	42,33		Soglia sbarramento superata				
21	CARDIO.TEK s.r.l.	48,00		Soglia sbarramento superata				
24	COOK ITALIA SRL	70,00		Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
7	Cordis Italy S.r.l.	-	70,00	-	-
15	VIOLATECH SRL	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	42,33		0,60	42,33
21	CARDIO.TEK s.r.l.	48,00		0,69	48,00
24	COOK ITALIA SRL	70,00		1,00	70,00

NOTE

L'operatore economico **Cordis Italy S.r.l.** NON offre un prodotto che rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "...Lunghezze minima 50 cm ...". L'operatore economico **VIOLATECH SRL** NON offre un prodotto rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "...anima fissa e punta preformata J da circa 1.5 mm ...". La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 36 - GUIDE IDROFILE CON PUNTA ANGOLATA - CIG : B14C27A6B6**

Descrizione: Filo guida in nitinol diametro 0.035" ricoperto da materiale polimerica e copertura idrofilico. Punta angolata a 45° lunghezza parte angolata 3cm. Lunghezza guida 150,180, 260 cm. Indicate per uso coronarico e periferico.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	0,90	1,00	0,97	1,00	0,97	19,33
11	Sintec srl	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	12,00
15	VIOLATECH SRL	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	12,00
19	AB MEDICA SPA	0,55	0,50	0,60	0,55		0,55	11,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,55	0,60	0,58		0,58	11,67
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL				punteggio:	punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	0,95	1,00	0,98	0,98	1,00	20,00
11	Sintec srl	0,70	0,60	0,60	0,63		0,64	12,88
15	VIOLATECH SRL	0,50	0,60	0,60	0,57		0,58	11,53
19	AB MEDICA SPA	0,50	0,50	0,60	0,53		0,54	10,85
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,55	0,60	0,58		0,59	11,86
24	COOK ITALIA SRL	0,90	1,00	1,00	0,97		0,98	19,66

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL				punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO	
7	Cordis Italy S.r.l.	0,80	1,00	1,00	0,93	1,00	0,93	9,33	
11	Sintec srl	0,60	0,80	0,60	0,67		0,67	6,67	
15	VIOLATECH SRL	0,70	0,80	0,70	0,73		0,73	7,33	
19	AB MEDICA SPA	0,70	0,80	0,70	0,73		0,73	7,33	
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,80	0,60	0,63		0,63	6,33	
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00	

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO	
7	Cordis Italy S.r.l.	0,90	0,90	1,00	0,93	1,00	0,93	9,33	
11	Sintec srl	0,40	0,50	0,60	0,50		0,50	5,00	
15	VIOLATECH SRL	0,50	0,50	0,60	0,53		0,53	5,33	
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,50	0,60	0,57		0,57	5,67	
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,50	0,60	0,57		0,57	5,67	
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00	

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL			punteggio:	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
11	Sintec srl	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	6,00
15	VIOLATECH SRL	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	6,00
19	AB MEDICA SPA	0,80	0,60	0,80	0,73		0,73	7,33
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,80	0,60	0,70	0,70		0,70	7,00
24	COOK ITALIA SRL	0,90	1,00	1,00	0,97		0,97	9,67

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
7	Cordis Italy S.r.l.	68,00	42,00	Soglia sbarramento superata				
11	Sintec srl	42,55		Soglia sbarramento superata				
15	VIOLATECH SRL	42,19		Soglia sbarramento superata				
19	AB MEDICA SPA	42,18		Soglia sbarramento superata				
21	CARDIO.TEK s.r.l.	42,53		Soglia sbarramento superata				
24	COOK ITALIA SRL	69,33		Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
7	Cordis Italy S.r.l.	68,00	69,33	0,98	68,66
11	Sintec srl	42,55		0,61	42,96
15	VIOLATECH SRL	42,19		0,61	42,60
19	AB MEDICA SPA	42,18		0,61	42,59
21	CARDIO.TEK s.r.l.	42,53		0,61	42,94
24	COOK ITALIA SRL	69,33		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 37 - GUIDE IDROFILE LUNGHEZZA FINO A 180 CM - CIG : B14C28A3EB**

Descrizione: Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo "M". Lunghezza fino a 180 cm. Punta flessibile 1 - 3 - 5 - 8 cm - dritta, angolata a 45° e J da 1,5 e 3 mm. Diametro: 0,18" - 0,25" - 0,032" - 0,035" - 0,038"

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 20,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,75	0,60	0,62		0,62 12,33

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00 20,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,65	0,60	0,62		0,64 12,76

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,40	0,60	0,60	0,53		0,53 5,33

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,80	1,00	1,00	0,93	0,93	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,40	0,40	0,60	0,47		0,50 5,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,80	0,60	0,67		0,67 6,67

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	42,09		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	42,09		0,60	42,09

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento**

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

FILI GUIDA

Lotto 38 - GUIDE IDROFILE LUNGHEZZA OLTRE A 180 CM - CIG : B14C30161E

Descrizione: Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo "M". Lunghezza da 260 a 300cm. Diametro 0,018" – 0,025" – 0,032" – 0,035" – 0,038" con punta dritta e angolata.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 021 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L039

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 39 - GUIDE IDROFILE STIFF LUNGHEZZA FINO A 180 CM - CIG : B14C2B35C0**

Descrizione: Guide angiografiche Stiff in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo "M", in struttura monopezzo. Diametro 0,025" 0,035" 0,038". Lunghezza da 80 cm a 180 con punta angolata, dritta e J

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio: 20	punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 20,00
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,50	0,65	0,58		0,58 11,67

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio: 20	punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00 20,00
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,50	0,60	0,57		0,59 11,72

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio: 10	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,80	0,60	0,67		0,67 6,67

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio: 10	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00 10,00
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,50	0,60	0,57		0,59 5,86

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio: 10	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00 10,00
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,60	0,60	0,60		0,62 6,21

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			
19	AB MEDICA SPA	42,13		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00
19	AB MEDICA SPA	42,13		0,60	42,13

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 41 - GUIDE IBRIDE - CIG : B14C266635**

Descrizione: Guida angiografica ibrida in lega di nitinol, con rivestimento esterno prossimale spiralato in PTFE e punta distale (25 cm) standard idrofila con polimero M. Punta dritta e angolata con marker. Diametro 0,035", 0.018" e 0.014", lunghezze da 180 a 300 cm.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00	20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 42 - GUIDE IBRIDE PER NAVIGAZIONE NEI PICCOLI VASI - CIG : B14C2BDDFE**

Descrizione: Guida angiografica ibrida in acciaio e lega di nitinol, con rivestimento esterno prossimale spiralato in PTFE con core in acciaio e punta distale in nitinol (25 cm) standard idrofila con polimero M. Punta dritta e angolata con marker. Diametro 0.018" e 0.014", lunghezze da 180 a 300 cm.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00 20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00 10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00 10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura :**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
FILI GUIDA
Lotto 43 - GUIDE SUPER RIGIDE DA SCAMBIO - CIG : B14C2C007C**

Descrizione: Guida diagnostica per cateterismo rigida o super rigida tipo Amplatz. Calibro 0.035"/0.038" e lunghezze da 150 a 260cm. Anima in acciaio e rivestimento in PTFE. Disponibile con punta dritta o J (1.5mm/3mm)

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	Cordis Italy S.r.l.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00 20,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60		0,75 15,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		- -

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	Cordis Italy S.r.l.	0,80	0,60	0,60	0,67	0,67	1,00 20,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60		0,90 18,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		- -

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	Cordis Italy S.r.l.	0,80	0,60	0,60	0,67	0,67	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60		0,90 9,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		- -

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	Cordis Italy S.r.l.	0,80	0,60	0,60	0,67	0,67	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60		0,90 9,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		- -

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	Cordis Italy S.r.l.	0,80	0,90	0,90	0,87	0,87	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60		0,69 6,92
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		- -

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLIE DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
13	Cordis Italy S.r.l.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	57,92		Soglia sbarramento superata			
23	Aetos Medical Srl	-		-			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
13	Cordis Italy S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	57,92		0,83	57,92
23	Aetos Medical Srl	-		-	-

NOTE

L'operatore economico **Aetos Medical Srl** **NON** offre un prodotto che rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "...Anima in acciaio ...". La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

FILI GUIDA

Lotto 44 - GUIDE IN ACCIAIO A PUNTA RASTREMATA - CIG : B14C28F80A

Descrizione: Guida in acciaio da .035" -.018" a supporto differenziato. Punta rastremata negli ultimi 17 cm a .025" con estremità ultrasoffice. Rivestimento con lubrificante nella parte distale operativa. Lunghezza disponibile 145 cm, 190 cm e 300 cm.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00 20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00 10,00


04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata		

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO 
dott. Danilo MENNA 

dott.ssa Ripalta PAGLIONE 
geom. Pietro ROTA 

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 45 - GUIDE IDROFILE PER NAVIGAZIONE NEI PICCOLI VASI DA 0.014" E 0,018" - CIG : B14C2C114F****Descrizione:** Filo guida per PTA da 0.014" a 018" da routine e per navigazione di vasi stretti e tortuosi.

Anima in acciaio, stelo ad elemento unico dal tratto prossimale fino alla connessione col Tip e coil esterno con passaggio acciaio-platino senza soluzione di continuità, disponibili anche con doppio coil intrecciato. Presenza di cover polimerica e rivestimento idrofilo per la navigazione in anatomie tortuose e strette.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	0,90	-
26	New Medical Solutions srl	0,90	0,80	1,00	0,90		1,00 20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	0,97	-
26	New Medical Solutions srl	0,90	1,00	1,00	0,97		1,00 10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	0,97	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	0,90	1,00	0,97		1,00 10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	0,97	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	0,90	1,00	0,97		1,00 10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	42,00	Soglia sbarramento superata			
26	New Medical Solutions srl	70,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	70,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	70,00		1,00	70,00

NOTEL'operatore economico **CARDIO.TEK s.r.l. NON** offre un prodotto che rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "...Grammatura 3g e 6g anziché 1g e 4g...".La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 46 - GUIDE IN ACCIAIO PER RICANALIZZAZIONE DELLE OCCLUSIONI CRONICHE - CIG : B14C2C2222**

Stelo ad elemento unico dal tratto prossimale fino alla connessione col Tip e coil esterno con passaggio acciaio-platino senza soluzione di continuità, disponibili anche con doppio coil intrecciato. Presenza di tip microconico e/o punta rastremata a seconda del modello, a partire da 0.08" con differenti gradi di potere di penetrazione e di pesantezza della punta da 7.5 a 40 g

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio: 20			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,90	0,70	0,70	0,93	0,75	15,00
26	New Medical Solutions srl	0,90	1,00	0,90	0,93		1,00	20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio: 20			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,85	0,70	0,72	0,97	0,74	14,83
26	New Medical Solutions srl	1,00	0,90	1,00	0,97		1,00	20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,40	0,70	0,60	0,57	0,97	0,59	5,86
26	New Medical Solutions srl	1,00	0,90	1,00	0,97		1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,70	0,70	0,67	0,93	0,71	7,14
26	New Medical Solutions srl	0,90	0,90	1,00	0,93		1,00	10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QT1		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,40	0,70	0,60	0,57	0,93	0,61	6,07
26	New Medical Solutions srl	0,90	0,90	1,00	0,93		1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
21	CARDIO.TEK s.r.l.	48,90	42,00	Soglia sbarramento superata				
26	New Medical Solutions srl	70,00		Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
21	CARDIO.TEK s.r.l.	48,90	70,00	0,70	48,90
26	New Medical Solutions srl	70,00		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
FILI GUIDA**

Lotto 47 - GUIDE PER RICANALIZZAZIONE DELLE OCCLUSIONI CRONICHE DA 0.014" - CIG : B14C2C43C8

Descrizione: Filo guida da 0.014" con punta distale dritta e preformabile ed estremità prossimale collegabile all'estensione del filo guida. Provvisto di marker prossimali. Estremità distale a spirale con copertura polimerica fino a 5 mm dalla punta. Rastrematura della punta da 0.012" a 0.009". Anima interna in acciaio con unico filamento dal tratto prossimale a quello distale. Il tratto distale del filo guida è provvisto di una combinazione di rastremature standard e di rastrematura parabolica. Disegno della punta core-to-tip. Disponibili con diverse grammature della punta (da 4.8 a 13.3 grammi). La punta è ricoperta da 3 cm di spirale.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio: 20			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,60	0,80	0,75	0,72	1,00	0,72	14,33
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio: 20			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,60	0,80	0,75	0,72	0,97	0,74	14,83
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97		1,00	20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,40	0,60	0,60	0,53	1,00	0,53	5,33
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,50	0,50	0,60	0,53	1,00	0,53	5,33
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,50	0,50	0,60	0,53	0,93	0,57	5,71
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	0,80	1,00	1,00	0,93		1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	45,54	42,00		Soglia sbarramento superata			
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00			Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	45,54	70,00	0,65	45,54
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura :**

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

FILI GUIDA

Lotto 48 - GUIDE PER RICANALIZZAZIONE DELLE OCCLUSIONI CRONICHE DA 0.018" - CIG : B14C2C32F5

Descrizione: Filo guida angiografico di diametro 0,018" con anima interna in acciaio e disegno core-to-tip. Rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale. Disponibile nelle lunghezze da 145 a 300 cm. Punta radiopaca in platino non ricoperta con profilo rastremato disponibile da 0.018" a 0.0125"; grammatura della punta disponibile da 4 a 30 grammi.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio: 20	punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,60	0,80	0,55	0,65	1,00	0,65	13,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio: 20	punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,60	0,80	0,75	0,72	0,97	0,74	14,83
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97		1,00	20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio: 10	punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,40	0,60	0,60	0,53	1,00	0,53	5,33
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio: 10	punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,50	0,50	0,60	0,53	1,00	0,53	5,33
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio: 10	punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,50	0,50	0,60	0,53	0,93	0,57	5,71
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	0,80	1,00	1,00	0,93		1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	44,21	42,00	Soglia sbarramento superata				
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00		Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	44,21	70,00	0,63	44,21
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 030 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L049

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

FILI GUIDA

Lotto 49 - GUIDE EXTRA-RIGIDE DI SUPPORTO - CIG : B14C2730F1

Descrizione: Guida di supporto extra-rigida Amplatz in acciaio con rivestimento esterno in PTFE, disponibile con punta floppy da 1 cm (AES-ST) e da 3 cm, retta o angolata, con raggio di curvatura di 3 mm. Lunghezza della porzione rastremata da 7 a 9,5 cm. Disponibile in diametri da 0.025", 0.032" e 0.035", lunghezze da 80 a 300 cm.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	0,95	-	-
24	COOK ITALIA SRL	0,90	0,95	1,00	0,95		1,00	20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	0,97	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	0,90	1,00	0,97		1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	0,97	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	0,90	1,00	0,97		1,00	10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	0,97	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	0,90	1,00	0,97		1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	42,00	-				
24	COOK ITALIA SRL	70,00		Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	70,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	70,00		1,00	70,00

NOTE

L'operatore economico CARDIO.TEK srl NON offre un prodotto che rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "...lunghezza massima 300 cm ...". La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura :**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
FILI GUIDA
Lotto 50 - GUIDE ROSEN PER ARTERIE RENALI - CIG : B14C26DBFA**

Descrizione: Guida ad alto supporto Rosen in acciaio con rivestimento esterno in PTFE, priva di punti di saldatura a rischio rottura, punta floppy da 1,5 cm, angolata con raggio di curvatura di 1,5 mm. Lunghezza della porzione rastremata 4,5 cm. Disponibile in diametro da 0.035" e lunghezze 145, 180 e 260 cm.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,80	0,75	0,72	0,98	0,73	14,58
24	COOK ITALIA SRL	1,00	0,95	1,00	0,98		1,00	20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,70	0,80	0,70	0,73	0,95	0,77	15,44
24	COOK ITALIA SRL	0,90	0,95	1,00	0,95		1,00	20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,60	0,60	0,57	0,97	0,59	5,86
24	COOK ITALIA SRL	1,00	0,90	1,00	0,97		1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,60	0,60	0,57	1,00	0,57	5,67
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,80	0,75	0,72	0,98	0,73	7,29
24	COOK ITALIA SRL	1,00	0,95	1,00	0,98		1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	48,83	42,00		Soglia sbarramento superata			
24	COOK ITALIA SRL	70,00			Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
21	CARDIO.TEK s.r.l.	48,83	70,00	0,70	48,83
24	COOK ITALIA SRL	70,00		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 032 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L051

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura :**

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

FILI GUIDA

Lotto 51 - GUIDE EXTRA-STIFF TIPO LUNDERQUIST - CIG : B14C2C549B

Descrizione: Guida extra-rigida Lunderquist da 0.035" in acciaio con rivestimento in PTFE, dotata di anima di sicurezza, disponibile in 4 configurazioni: retta (TSMG), curva (TSCMG), a doppia curva (-LESDC) o a curva estesa (-E). Una spirale interna radiopaca in oro consente la precisa visualizzazione della punta e della sua posizione durante le operazioni di manipolazione della guida.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 033 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L052

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 52 - GUIDE EXTRA-STIFF TIPO BACKUP - CIG : B14C281C7B**

da 4cm in oro e tungsteno. Rivestita in PTFE esternamente per l'intera lunghezza con esclusione della punta floppy. Dotata di eccellente supporto nell'interventistica dei grossi vasi e per il posizionamento di endoprotesi aortiche, sia addominali che toraciche. Lunghezze da 185 a 300cm. Disponibilità di punta in varie lunghezza e conformazione.

01-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio: 20			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio: 20			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: Grado di supporto		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

05-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
21	CARDIO.TEK s.r.l.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
21	CARDIO.TEK s.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
FILI GUIDA**

Lotto 53 - CATETERI ANGIOGRAFICI - CIG : B14C2741C4

Descrizione: Catetere diagnostico in Nylon con punta di transizione a 3 strati in Nylon e punta distale atraumatica in Poliuretano radiopaca. Maglia metallica a 16 fili. Diametro 4 e 5Fr, offerto in varie curve e lunghezze da 65cm a 125cm.

01-	Parametro: Pushability		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pt	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,93	0,93	1,00	0,96	0,96	1,00	15,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	0,90	1,00	0,97	0,97	1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: Ampiezza della gamma delle curve		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle curve		valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	10 curve		10,00	10,00	1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-		-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-		-		-	-

06-	Parametro: Atraumaticità della punta		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,80	0,60	0,60	0,67	0,67	1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
7	Cordis Italy S.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-			-			
26	New Medical Solutions srl	-			-			

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
7	Cordis Italy S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-		-	-

NOTE

L'operatore economico Cordio.Tek Srl e New Mediocal solutions S.r.l. NON offrono un prodotto che rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "...Maglia metallica a 16 fili, offrono rispettivamente 42/52 e 32 fili...". La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 035 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L054

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
FILI GUIDA
Lotto 54 - CATETERI ANGIOGRAFICI IDROFILICI - CIG : B14C27C85C****Descrizione:** Descrizione: catetere diagnostico in nylon armato idrofilici. Punta distale in poliuretano. Varie curve e lunghezze.

01-	Parametro: Pushability		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,40	0,30	0,50	0,40		0,40	6,00
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,50	0,60	0,57		0,57	8,50
15	Violatech srl	0,70	0,70	0,60	0,67		0,67	10

02-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,40	0,40	0,43		0,43	4,33
26	New Medical Solutions srl	0,40	0,60	0,50	0,50		0,50	5,00
15	Violatech srl	0,50	0,70	0,50	0,57		0,57	5,67

03-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,93	0,93	1,00	0,96	0,96	1,00	15,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,40	0,47	0,50	0,46		0,48	7,15
26	New Medical Solutions srl	0,47	0,40	0,40	0,42		0,44	6,63
15	Violatech srl	0,40	0,50	0,50	0,47		0,49	7,33

04-	Parametro: Supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	0,90	1,00	0,97	0,97	1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,40	0,70	0,50	0,53		0,55	5,52
26	New Medical Solutions srl	0,50	0,60	0,60	0,57		0,59	5,86
15	Violatech srl	0,60	0,60	0,70	0,63		0,66	6,55

05-	Parametro: Ampiezza della gamma delle curve		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle curve		valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	14 curve		14,00	64,00	0,22	2,19
21	CARDIO.TEK s.r.l.	53,00		53,00		0,83	8,28
26	New Medical Solutions srl	64,00		64,00		1,00	10,00
15	Violatech srl	42,00		42,00		0,66	6,56

06-	Parametro: Atraumaticità della punta		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	0,90	1,00	0,97	0,97	1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,70	0,60	0,60		0,62	6,21
26	New Medical Solutions srl	0,50	0,60	0,80	0,63		0,66	6,55
15	Violatech srl	0,60	0,60	0,70	0,63		0,66	6,55

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
7	Cordis Italy S.r.l.	62,19	42,00		Soglia sbarramento superata			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	43,70			Soglia sbarramento superata			
26	New Medical Solutions srl	42,54			Soglia sbarramento superata			
15	Violatech srl	42,66			Soglia sbarramento superata			

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
7	Cordis Italy S.r.l.	62,19	62,19	1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	43,70		0,70	49,19
26	New Medical Solutions srl	42,54		0,68	47,89
15	Violatech srl	42,66		0,69	48,02

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 55 - CATETERI DIAGNOSTICI CON DOPPIA ARMATURA - CIG : B14C27743D**

Descrizione: Cateteri angiografici in Poliuretano e Poliammide, con doppia armatura a doppia rete metallica interna, compatibili con guide da 0,038", con punta atraumatica in poliuretano. Diametri 4 e 5Fr. Tutte le configurazioni disponibili.

01-	Parametro: Pushability		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-	1,00	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		15,00

02-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-	1,00	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		10,00

03-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-	1,00	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		15,00

04-	Parametro: Supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-	0,97	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	0,90	1,00	0,97		10,00

05-	Parametro: Ampiezza della gamma delle curve		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle curve			valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-			-	22,00	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	22 curve			22,00		10,00

06-	Parametro: Atraumaticità della punta		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-	0,97	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	0,90	1,00	0,97		10,00

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLIE DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
7	Cordis Italy S.r.l.	-	42,00		-		
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00			Soglia sbarramento superata		

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
7	Cordis Italy S.r.l.	-	70,00	-	-
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00		1,00	70,00

NOTE

L'operatore economico Cordis Srl NON offre un prodotto che rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "...i diametri 4 e 5 Fr non sono compatibili con guide 0,038...". La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 56 - CATETERI ANGIOGRAFICI CENTIMETRATI - CIG : B14C26A981**

Descrizione: Descrizione: catetere diagnostico centimetrato armato. Corpo in poliuretano. Armatura a maglia metallica costituita da 16 fili di acciaio inox intrecciati. 10 e 20 marker distanziati da 1cm.

01-	Parametro: Pushability		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	0,93	1,00	0,98	0,98	1,00 15,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,67	0,80	0,73	0,73		0,75 11,26
26	New Medical Solutions srl	0,67	0,87	0,73	0,76		0,77 11,62

02-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	0,90	1,00	0,97	0,97	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,40	0,70	0,70	0,60		0,62 6,21
26	New Medical Solutions srl	0,50	0,80	0,80	0,70		0,72 7,24

03-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,93	0,93	1,00	0,95	0,95	1,00 15,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,47	0,47	0,67	0,54		0,56 8,44
26	New Medical Solutions srl	0,53	0,67	0,67	0,62		0,65 9,81

04-	Parametro: Supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,70	0,60	0,60		0,60 6,00
26	New Medical Solutions srl	0,50	0,80	0,60	0,63		0,63 6,33

05-	Parametro: Ampiezza della gamma delle curve		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle curve			valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1 curva			1,00	3,00	0,33 3,33
21	CARDIO.TEK s.r.l.	3 curve			3,00		1,00 10,00
26	New Medical Solutions srl	3 curve			3,00		1,00 10,00

06-	Parametro: Atraumaticità della punta		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	0,93	1,00	0,98	0,98	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,67	0,80	0,73	0,73		0,75 7,51
26	New Medical Solutions srl	0,67	0,87	0,73	0,76		0,77 7,75

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
7	Cordis Italy S.r.l.	63,33	42,00		Soglia sbarramento superata		
21	CARDIO.TEK s.r.l.	49,42			Soglia sbarramento superata		
26	New Medical Solutions srl	52,75			Soglia sbarramento superata		

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
7	Cordis Italy S.r.l.	63,33	63,33	1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	49,42		0,78	54,62
26	New Medical Solutions srl	52,75		0,83	58,30

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****FILI GUIDA****Lotto 57 - CATETERI ANGIOGRAFICI IDROFILICI PER PRESSIONI FINO A 1000 PSI - CIG : B14C2BFFA4**

Descrizione: Descrizione: Cateteri in poliuretano e poliammide con armatura interna al corpo catetere ad esclusione della punta, 32 fili per il 4 Fr e 16 fili per il 5Fr. Rivestimento con polimero idrofilo "M" nella parte distale. Marcatura interna in tungsteno per il 5 Fr e in solfato di bario per il 4 Fr. Compatibile con guida da 0,038". Fino a 1000 psi di pressione. Varie curve. Lunghezza da 65 a 150 cm.

01-	Parametro: Pushability		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

02-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	0,90	1,00	0,97	0,97	1,00 10,00

03-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,93	0,93	1,00	0,95	0,95	1,00 15,00

04-	Parametro: Supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	0,90	1,00	0,97	0,97	1,00 10,00

05-	Parametro: Ampiezza della gamma delle curve		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle curve			MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	22 curve			22,00	22,00	1,00 10,00

06-	Parametro: Atraumaticità della punta		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00 10,00

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata		

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE	
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00		1,00	70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura :**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI DI SUPPORTO
Lotto 58 - CATETERE DI SUPPORTO .035" - CIG : B14C2F9F81**

Descrizione: Catetere 4 Fr in elastomero di poliestere con doppia armatura interna in sottile rete metallica (acciaio inox). Rivestimento idrofilo "M II" nella parte distale. Minimo profilo di crossing e punta rastremata (angolata e dritta). Tre marker radiopachi per effettuare misure intraluminari accurate. Compatibili con guide 0,035". Lunghezze da 65 a 150 cm.

01-	Parametro: Pushability		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
02-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
03-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,93	1,00	1,00	0,98	0,98	1,00	15,00
04-	Parametro: Supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
05-	Parametro: Ampiezza della gamma delle curve		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle curve			valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	2 curve			2,00	2,00	1,00	10,00
06-	Parametro: Atraumaticità della punta		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 040 AL VERBALE N. 02 DEL 02.12.2024 - L059

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI DI SUPPORTO
Lotto 59 - CATETERE DI SUPPORTO .018" - CIG : B14C2CCA60**

Descrizione: Microcateteri in elastomero di poliestere con doppia armatura interna in sottile rete metallica (acciaio inox). Rivestimento idrofilo "M II" nella parte distale. Minimo profilo di crossing e punta rastremata (angolata e dritta). Tre marker radiopachi per effettuare misure intraluminali accurate. Compatibili con guide 0,018". Lunghezze da 65 a 150 cm.

01-	Parametro: Pushability		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
20	EVASCULAR SRL	0,60	0,80	0,70	0,70		0,70	10,50

02-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
20	EVASCULAR SRL	0,50	0,60	0,60	0,57		0,57	5,67

03-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,93	1,00	1,00	0,98	0,98	1,00	15,00
20	EVASCULAR SRL	0,50	0,67	0,67	0,61		0,63	9,42

04-	Parametro: Supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,93	1,00	1,00	0,98	0,98	1,00	10,00
20	EVASCULAR SRL	0,50	0,67	0,67	0,61		0,63	6,28

05-	Parametro: Ampiezza della gamma delle curve		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle curve		valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	2 curve		2,00	2,00	1,00	10,00
20	EVASCULAR SRL	1 curva		1,00		0,50	5,00

06-	Parametro: Atraumaticità della punta			Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	0,93	1,00	1,00	0,98	0,98	1,00	10,00
20	EVASCULAR SRL	0,50	0,67	0,67	0,61		0,63	6,28

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLIE DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
20	EVASCULAR SRL	43,15			Soglia sbarramento superata			

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00
20	EVASCULAR SRL	43,15		0,62	43,15

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI DI SUPPORTO
Lotto 60 - CATETERE DI SUPPORTO DA .014 A.035" - CIG : B14C2CDB33**

Descrizione: Catetere di supporto a lume singolo over-the-wire dotato di punta conica angolata o dritta rastremata. Compatibile con fili guida da 0,014" a 0,035". Lunghezza operativa da 65 cm a 150 cm. Compatibili con un introduttore da 4 e 5 Fr. Dotato di rivestimento idrofilico e shaft armato con una struttura in acciaio inossidabile.

01-	Parametro: Pushability		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,67	0,53	0,60	1,00	0,60	9,00
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00
24	COOK ITALIA SRL	0,47	0,87	0,80	0,71		0,71	10,70
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,80	0,53	0,64		0,64	9,65

02-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,50	0,50	0,53	1,00	0,53	5,33
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
24	COOK ITALIA SRL	0,50	0,60	0,60	0,57		0,57	5,67
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	6,00

03-	Parametro: Capacità di risposta alla torsione		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,98	0,61	9,20
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,93	1,00	0,98		1,00	15,00
24	COOK ITALIA SRL	0,40	0,40	0,40	0,40		0,41	6,14
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,40	0,40	0,47		0,48	7,16

04-	Parametro: Supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,80	0,70	0,80	0,77	1,00	0,77	7,67
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
24	COOK ITALIA SRL	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	6,00
26	New Medical Solutions srl	0,40	0,60	0,60	0,53		0,53	5,33

05-	Parametro: Ampiezza della gamma delle curve		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma delle curve		valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	DIAMETRI + LUNGHEZZE		9,00	30,00	0,30	3,00
23	Aetos Medical Srl	DIAMETRI + LUNGHEZZE		19,00		0,63	6,33
24	COOK ITALIA SRL	DIAMETRI + LUNGHEZZE		30,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	DIAMETRI + LUNGHEZZE		24,00		0,80	8,00

06-	Parametro: Atraumaticità della punta		Criterio: QL		punteggio:	punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,97	0,83	8,28
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,90	1,00	0,97		1,00	10,00
24	COOK ITALIA SRL	0,40	0,60	0,60	0,53		0,55	5,52
26	New Medical Solutions srl	0,70	0,80	0,70	0,73		0,76	7,59

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	42,48	42,00		Soglia sbarramento superata			
23	Aetos Medical Srl	66,33			Soglia sbarramento superata			
24	COOK ITALIA SRL	44,02			Soglia sbarramento superata			
26	New Medical Solutions srl	43,73			Soglia sbarramento superata			

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE		
21	CARDIO.TEK s.r.l.	42,48	66,33		0,64	44,83		
23	Aetos Medical Srl	66,33			1,00	70,00		
24	COOK ITALIA SRL	44,02			0,66	46,45		
26	New Medical Solutions srl	43,73			0,66	46,15		

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA