

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL’ AOR
SAN CARLO DI POTENZA E ALL’ AZIENDA SANITARIA DI MATERA -
Edizione II - ID: G00421 -

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 4 DEL 25-03-2025

4^a SEDUTA RISERVATA

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **25** del mese di **marzo (25-03-2025)**, alle ore **15:05** circa, presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, **in seduta riservata** si è riunita, per la procedura di affidamento in questione, la Commissione giudicatrice ex art. 93 del codice dei contratti pubblici.

La Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale n. **20BA.2024/D.00130** del **24-07-2024**, è così composta:

- **dott.ssa Angela BAIANO** – Dirigente medico dell’A.O.R. San Carlo di Potenza – **Presidente**;
- **dott. Danilo MENNA** – Dirigente medico dell’A.O.R. San Carlo di Potenza – **Componente**;
- **dott.ssa Ripalta PAGLIONE** – Dirigente medico del P.O. Madonna delle Grazie di Matera – **Componente**;

svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, il sig. **Pietro Rota** - dipendente regionale in servizio c/o la SUA-RB - individuato con la medesima Determinazione Dirigenziale n. **20BA.2024/D.00130** del **24-07-2024**.

Il Presidente, dato atto della presenza di tutti i componenti della Commissione nonché del Segretario, dichiara aperta la seduta.


Il Presidente, dato atto della presenza di tutti i componenti della Commissione nonché del Segretario, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente da lettura del verbale:

- n. 1 della Commissione giudicatrice, in seduta riservata, svoltasi il 19 novembre 2024;

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 4 DEL 25/03/2025

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all’A.O.R. San Carlo di Potenza e all’Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.



le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 13 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACO-ADDOMINALI

LOTTO N. 142: Endoprotesi aortica toracica in PTFE fenestrabile in situ.

Concorrono per il lotto n. 142 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
2	Serom Medical Technology SRL

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 14 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACO-ADDOMINALI

LOTTO N. 143: Endoprotesi custom-made per aneurismi pararenali completamente riposizionabile.

Concorrono per il lotto n. 143 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
2	Serom Medical Technology SRL

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 15 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACO-ADDOMINALI

LOTTO N. 144: Endoprotesi custom-made per aneurismi pararenali e toraco-addominali.

Concorrono per il lotto n. 144 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo



le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 16 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACO-ADDOMINALI

LOTTO N. 145: Endoprotesi custom-made per aneurismi pararenali e toraco-addominali.

Concorrono per il lotto n. 145 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 17 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACO-ADDOMINALI

LOTTO N. 146: Endoprotesi off-the-shelf in poliestere per aneurismi toraco-addominali.

Concorrono per il lotto n. 146 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 18 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACO-ADDOMINALI

LOTTO N. 147: Endoprotesi con inner branch precannulati per aneurismi toraco-addominali.

Concorrono per il lotto n. 147 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 4 DEL 25/03/2025

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 19 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI

LOTTO N. 148: Liquido per grandi embolizzazioni periferiche.

Concorrono per il lotto n. 148 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
19	AB MEDICA SPA
23	Aetos Medical Srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 20 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI

LOTTO N. 149: Liquido per grandi embolizzazioni periferiche.

Concorrono per il lotto n. 149 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
19	AB MEDICA SPA
23	Aetos Medical Srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 21 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI

LOTTO N. 150: Spirali a rilascio controllato ad alto riempimento.

Concorrono per il lotto n. 150 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
12	CROSSMED
19	AB MEDICA SPA

Per quanto concerne il prodotto del lotto 150 il capitolato tecnico richiede un "Spirali ad alto riempimento a distacco controllato in lega di platino con diametro primario 0.020". Dotate di sistema stretch resistant lungo tutta la lunghezza della spirale. Disponibili in diverse configurazioni e diversi gradi di morbidezza. Diametri da 2 a 40 mm, lunghezze da 1 a 60 cm. Sistema di distacco meccanico controllato immediato con manipolo di distacco. Compatibile con

microcatetere da 0.025" o 0.027". "

L'operatore economico AB MEDICA SPA offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " diametro massimo mm", richiesto 40 mm offre 24 mm.

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 22 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI

LOTTO N. 152: Spirali a riempimento 3D.

Concorrono per il lotto n. 152 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
23	Aetos Medical Srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 23 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI

LOTTO N. 153: Dispositivo di occlusione vascolare a rilascio controllato.

Concorrono per il lotto n. 153 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
23	Aetos Medical Srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 24 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI

LOTTO N. 154: Spirali a rilascio controllato ad alto riempimento.

Concorrono per il lotto n. 154 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
-------	---------------------

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 4 DEL 25/03/2025

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

12	CROSSMED
19	AB MEDICA SPA

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 25 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI

LOTTO N. 155: Sistema per embolizzazione tipo plug.

Concorrono per il lotto n. 155 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
12	CROSSMED
19	AB MEDICA SPA

Per quanto concerne il prodotto del lotto 155 il capitolato tecnico richiede un *"Plug autoespandibile e ricatturabile in Nitinol con markers radiopachi alle due estremità , provvisto di sistema per il fissaggio al filo spingitore, indicati per procedure di embolizzazione periferiche arteriose e venose. Precaricato su un catetere provvisto di manipolo per il rilascio controllato. Compatibile con catetere guida da 5 a 8 Fr o introduttore da 4 a 6 Fr. Diametro da 2.8 a 22 mm; lunghezza da 4 a 18 mm. "*

L'operatore economico New Medical Solutions srl offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " manca diametro minimo.....", richiesto 2,8 mm offerto 4,00 mm. .

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 26 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI DI PROTEZIONE CEREBRALE

LOTTO N. 156: Sistema di protezione antiembolica distale.

Concorrono per il lotto n. 156 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.
23	Aetos Medical Srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 156 il capitolato tecnico richiede un *"Filtro di protezione contro l'embolizzazione distale. Indicato per uso periferico, coronarico e carotideo. Permette l'attraversamento della lesione con una guida da 0.014" o 0.018". Costituito da un cestello in Nitinolo eparinato, dotato di markers radiopachi alle due estremità*

oltre che di un anello altamente radiopaco applicato all'imboccatura del filtro per ottimizzare la visualizzazione in fluoroscopia. Il filtro ha una sua guida in acciaio di lunghezza 320 cm riducibile a 190 cm spezzando la guida in un punto ben visibile evidenziato dal cambiamento di colore da dorato a nero. Diametro del cestello da 3mm a 7mm. "

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l. offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " mancano diametri minimo e massimo..... inoltre manca la lunghezza", richiesto diametro da 3 mm a 7 mm, offerto da 3,5 mm a 5,5 mm. Inoltre non rispetta il requisito lunghezza della guida del filtro richiesta 320 cm, riducibile a 190, offerto 300 cm riducibile a 190 cm....

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 27 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI DI PROTEZIONE CEREBRALE

LOTTO N. 157: Sistema di protezione antiembolica prossimale.

Concorrono per il lotto n. 157 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
23	Aetos Medical Srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 28 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI DI CHIUSURA

LOTTO N. 158: Sistema di emostasi femorale in monofilamento.

Concorrono per il lotto n. 158 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 29 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI DI CHIUSURA

LOTTO N. 159: Sistema di emostasi femirale con disco riassorbibile.

Concorrono per il lotto n. 159 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	TERUMO ITALIA S.r.l.
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 30 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI DI CHIUSURA

LOTTO N. 160: Sistema di emostasi femorale per procedure ad elevato frenciaggio.

Concorrono per il lotto n. 160 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 31 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

VARIE

LOTTO N. 161: Ancore di fissaggio.

Concorrono per il lotto n. 161 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 32 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

VARIE

LOTTO N. 162: Sistema di recupero per corpi estranei.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 4 DEL 25/03/2025

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

Concorrono per il lotto n. 162 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
19	AB MEDICA SPA
21	CARDIO.TEK s.r.l.
23	Aetos Medical Srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 162 il capitolato tecnico richiede un "Laccio di recupero per corpi estranei in nitinolo. Diametro del laccio da 2 a 35mm. Tutti i diametri e le lunghezze del catetere."

L'operatore economico AB MEDICA SpA srl offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " manca diametro minimo" richiesto diametro minimo del laccio 2,00 mm, offerto 5,00 mm.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 33 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

VARIE

LOTTO N. 163: Ancore di fissaggio.

Concorrono per il lotto n. 163 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
17	NGC MEDICAL S.R.L.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 34 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

Alle ore 18:30 il Presidente della Commissione giudicatrice, ultimate le operazioni odierne, dichiara conclusa la seduta riservata.



Della riunione viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE dott.ssa Angela BAIANO

I COMPONENTI dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

IL SEGRETARIO sig. Pietro ROTA





REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 01 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0128

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE****Lotto 128 - ENDOPROTESI AORTICA INPTFE BIMODULARE PER COLLETTI STANDARD - CIG : B14C297EA2**

Descrizione: Endoprotesi addominale bimodulare in ePTFE, con aggancio sottorenale, completamente riposizionabile, montata su stent esterno in nitinol autospandibile, legame con stent mediante fascette in ePTFE, senza fori di sutura. Posizionamento mediante introduttori idrofili con valvola emostatica a pressione. Possibilità di cuffie aortiche ed estensioni iliache. Tutti i diametri e le lunghezze.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLIE DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE
Lotto 129 - ENDOPROTESI BIMODULARE PER COLLETTI ANGOLATI FINO A 90° - CIG : B14C2AD0CE**

Descrizione: Endoprotesi addominale biforcata bimodulare con aggancio sottorenale in ePTFE, completamente riposizionabile, montata su stent esterno in nitinol auto espandibile, legame con stent mediante fascette in ePTFE, senza fori di sutura. Presenza di meccanismo che consente il posizionamento del colletto prossimale in rapporto alla sua angolazione per il trattamento di colletti angolati fino a 90°. Posizionamento mediante introduttori idrofilici con valvola emostatica a pressione. Tutti i diametri e le lunghezze.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00


04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO	
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	70,00		1,00		70,00	


NOTE

dott.ssa Angela BAIANO



dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE



geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 03 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0131

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE****Lotto 131 -ENDOPOTESI TRIMODULARE PER COLLETTI ANGOLATI FINO A 90° - CIG : B14C2B6839**

Descrizione: Endoprotesi aortica trimodulare in nitinolo e poliestere con aggancio sottorenale, completamente riposizionabile anche dopo la completa apertura, per il trattamento di colletti aortici complessi con angolo fino a 90°. Dotata di un sistema premontato che agevoli il cannulamento del gate controlaterale in caso di anatomie particolarmente tortuose o di aneurisma di grandi dimensioni. Tutti i diametri e le lunghezze. Branche iliache disponibile in configurazione retta, svasata o conica rovesciata, utilizzabile singolarmente per trattare patologie aneurismatiche iliache isolate.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI AORTO-ILIACI
Lotto 132 -ENDOPROTESI AORTICA BRANCHED ILIACA IN DACRON - CIG : B14C2B4693**

Descrizione: Endoprotesi vascolare per il trattamento degli aneurismi iliaci con salvataggio dell'arteria ipogastrica con stent autoespandibile e protesi in Dacron sottile. Tutti i diametri e le lunghezze.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI AORTO-ILIACI
Lotto 133 -EENDOPROTESI AORTICA BRANCHED ILIACA IN PTFE - CIG : B14C2B5766**

Descrizione: Endoprotesi vascolare per il trattamento degli aneurismi iliaci con salvataggio dell'arteria ipogastrica con stent auto espandibile e protesi in PTFE. Tutti i diametri e le lunghezze.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00


04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			


07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE


dott.ssa Angela BAIANO



dott.ssa Ripalta PAGLIONE



dott. Danilo MENNA



geom. Pietro ROTA





REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 06 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0134

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI AORTO-ILIACI
Lotto 134 -ENDOPROTESI AORTICA TORACICA IN POLIESTERE - CIG : B14C2B790C**

Descrizione: Endoprotesi aortiche toraciche con stent in nitinolo e protesi in poliestere. Componenti prossimali con stent scoperto all'estremità prossimale. Meccanismo di rilascio dello stent scoperto prossimale indipendente dall'apertura della porzione coperta della protesi. Rilascio con meccanismo micrometrico a vite di precisione per possibilità di adattamento durante il posizionamento. Disponibile in configurazione retta o conica.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

02-	Parametro: Sistema di rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

04-	Parametro: Disponibilità di componente distale con free-flow		Criterio: SI/No				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA					COEFF. PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione					1,00 15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
23	Aetos Medical Srl	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			
				Soglia di sbarramento non superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
23	Aetos Medical Srl	70,00	70,00	1,00	70,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI AORTO-ILIACI
Lotto 135 - ENDOPROTESI AORTICA TORACICA IN PTFE - CIG : B14C28B4BE**

Descrizione: Endoprotesi toracica in ePTFE montata su stent esterno in nitinol autoespandibile, legame con stent mediante fascette in ePTFE, senza fori di sutura; estremità svasate per l'apposizione a parete; cuffia di sealing e bande radiopache in ePTFE ad entrambe le estremità. Sistema di rilascio a fasi intermedie con possibilità di adattare la protesi alla parete aortica. Disponibilità di configurazioni cilindriche e coniche.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

02-	Parametro: Sistema di rilascio		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00


04-	Parametro: Adattabilità della protesi a più diametri del colletto		Criterio: SI/No				punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA					COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione					1,00 20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLIE DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			


07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE


dott.ssa Angela BAIANO




dott. Danilo MENNA



dott.ssa Ripalta PAGLIONE



geom. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI AORTO-ILIACI
Lotto 136 - ENDOPROTESI AORTICA TORACICA IN POLIESTERE - CIG : B14C29F53F**

Descrizione: Protesi endovascolare indicata per il trattamento di tutta l'aorta toracica in nitinol elettrolucidato e copertura in Dacron woven di grado chirurgico, markers in platino iridio, dotata di suture in poliestere intrecciate e rivestite in PTFE. Dotata di barra di torsione per fornire forza colonnare. Disponibile in versione retta e conica. IFU per trattare tutta l'aorta toracica.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

02-	Parametro: Sistema di rilascio		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

04-	Parametro: Disponibilità con e senza stent scoperto prossimale		Criterio: SI/No				punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA					COEFF. PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione					1,00 20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI AORTO-ILIACI**

Lotto 137 - ENDOPROTESI AORTICA TORACICA PER IL TRATTAMENTO DELLE DISSEZIONI TIPO B - CIG : B14C2B89DF

Descrizione: Endoprotesi in poliestere specifica per il trattamento di patologia della dissezione aortica, costituita da una componente prossimale coperta ed una distale scoperta. Endo/Eso scheletro in acciaio. Per facilitare la visualizzazione fluoroscopica tali endoprotesi presentano marker radiopachi in oro. Diametri e lunghezze sono molteplici e differenti a seconda della configurazione. Tutti i diametri e le lunghezze.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

02-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

04-	Parametro: Disponibilità di rastrematura fino ad 8mm		Criterio: SI/No				punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA					COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione					1,00 20,00

05-	Parametro: Gamma di diametri, configurazioni e lunghezze		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata		

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI AORTO-ILIACI

Lotto 138 - ENDOPROTESI AORTICA TORACICA IN POLIESTERE IN PAZIENTI CON ACCESSI VASCOLARI OSTILI E/O DI PICCOLO CALIBRO - CIG : B14C2BAB85

Descrizione: Endoprotesi in poliestere per il trattamento di patologia dell'aorta toracica in pazienti con accessi vascolari ostili e/o di piccolo calibro. Endo/Eso scheletro in nitinolo. Disponibile in configurazione cilindrica o conica. Tutti i diametri e le lunghezze disponibili.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

03-	Parametro: Navigabilità			Criterio: QL			punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Diametro esterno massimo non superiore a 23Fr		Criterio: SI/No			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA				COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione				1,00	20,00

05-	Parametro: Gamma di diametri, configurazioni e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta					Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI AORTO-ILIACI
Lotto 139 - ENDOPROTESI AORTICA TORACICA IN POLIESTERE CUSTON MADE - CIG : B14C2A0612**

Descrizione: Endoprotesi custom made per il trattamento di patologie dell'aorta toracica discendente. Endo/Eso scheletro in acciaio/nitinolo e rivestimento in poliestere. Endoprotesi precaricata all'interno di un introduttore idrofilico armato. L'endoprotesi è progettata e fabbricata ad hoc seguendo la specifica anatomia del paziente.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL				punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: SI/No			punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA				COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione				1,00	15,00

05-	Parametro: Gamma di diametri, configurazioni e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta					Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI AORTO-ILIACI

Lotto 140 - ENDOPROTESI AORTICA TORACICA IN POLIESTERE CUSTOM MADE CON POSSIBILITA' DI FENESTRAZIONI E/O SCALLOP PROSSIMALI E DISTALI - CIG : B14C2AF274

Descrizione: Protesi endovascolare custom made, realizzata per il trattamento di pazienti che non possono essere sottoposti a correzione chirurgica o endovascolare con materiale "standard". Indicata per il trattamento di tutta l'aorta toracica con stent in Nitinol elettrolucidato e copertura in Dacron woven di grado chirurgico, markers in platino iridio. La protesi può essere realizzata con o senza stent scoperto prossimale, e distale. Possibilità di diverse configurazioni: coniche, coniche invertite, con fenestrazioni e scallop distali e prossimali, "dog bone".

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
02-	Parametro: Sistema di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
04-	Parametro: Disponibilità di diametri superiori a 46mm		Criterio: SI/No			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA					COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione					1,00	20,00
05-	Parametro: Possibilità di trattamento dell'arco aortico		Criterio: SI/No			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA					COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione					1,00	20,00
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI AORTO-ILIACI**

Lotto 141 - ENDOPROTESI AORTICA TORACICA IN PTFE FENESTRABILE IN SITU - CIG : B14C2B0347

Descrizione: Endoprotesi toracica a basso profilo in PTFE fenestrabile tramite sistema endovascolare per il trattamento dell'arco aortico. Disponibile in conformazione retta e conica, lunghezze da 40mm e 200mm e diametri compresi tra 20mm e 46mm. Il sistema si completa con un introduttore valvolato direzionabile con calibri da 5Fr a 10Fr e da un sistema di fenestrazione in situ composto da un catetere da 350 a 1000 mm, disponibile con e senza palloncino che consente la stabilità ed il posizionamento preciso dell'ago. Manipolo con cursore per la selezione della profondità della penetrazione. Ago da 20g compatibile con filo guida da .018"

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio:	QL			punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Sistema di rilascio		Criterio:	QL			punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio:	QL			punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio:	QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

05-	Parametro: Gamma di diametri, configurazioni e lunghezze		Criterio:	QT1			punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACOADDOMINALI****Lotto 142 - ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER ANEURISMI PARARENALI E TORACOADDOMINALI - CIG : B14C28E737**

Descrizione: Endoprotesi custom made con stent in nitinol, copertura in Dacron, fissaggio attivo con doppia serie di uncini posizionati sia a livello sopra che sotto-renale. Branche iliache telescopiche con sistema di aggancio attivo. Possibilità di customizzazione con fenestrature/scallop di due, tre, quattro o più fenestrature; possibilità di customizzazione del diametro prossimale, distale, della lunghezza del corpo biforcuto e monoiliaco.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio:	QL			punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio:	QL			punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio:	QL			punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Gamma di diametri, configurazioni e lunghezze		Criterio:	QL			punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

05-	Parametro: Diametro esterno massimo non superiore a 19Fr		Criterio:	SI/No			punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA					COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	Non viene specificata espressamente la qualità richiesta					1,00	20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE			
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	70,00	1,00	70,00			

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACOADDOMINALI
Lotto 143 - ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER ANEURISMI PARARENALI COMPLETAMENTE RIPOSIZIONABILE - CIG : B14C2BCD2B**

Descrizione: Endoprotesi aortica addominale fenestrata custom made trimodulare con struttura ad anelli indipendenti in nitinol e rivestita in poliestere woven per il trattamento di aneurismi aortici pararenali. La protesi deve essere totalmente riposizionabile anche dopo la completa apertura. Dotata di un meccanismo con magneti integrato per il cannulamento del gate controlaterale.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Gamma di diametri, configurazioni e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00


05-	Parametro: Possibilità di cannulamento dei vasi dall'alto prima del rilascio	Criterio: SI/No			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA			COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione			1,00	20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				


07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE			
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	70,00	1,00	70,00			

NOTE


dott.ssa Angela BAIANO




dott. Danilo MENNA



dott.ssa Ripalta PAGLIONE



geom. Pietro ROTA





PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACOADDOMINALI

Lotto 144 - ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER ANEURISMI PARARENALI E TORACOADDOMINALI - CIG : B14C2EA324

Descrizione: Endoprotesi custom made per il trattamento di patologie dell'aorta toracoaddominale. Endo/Eso scheletro in acciaio e rivestimento in poliestere. Presenza di markers radiopachi per la visualizzazione fluoroscopica dell'endoprotesi. Possibilità di diverse configurazioni con finestre e/o ramificazioni, con la possibilità di preservare fino a sei/sette vasi viscerali. L'endoprotesi essendo specificatamente progettata a misura del paziente è disponibile in differenti diametri e lunghezze. A completamento dell'intervento, seguendo sempre le necessità anatomiche, è possibile l'impiego di un endoprotesi biforcata in acciaio.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pt	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pt	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	0,80	0,60	0,60	0,67	0,67	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

05-	Parametro: Possibilità di configurazioni miste (es. finestre + ramificazioni)	Criterio: SI/No			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA			COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione			1,00	20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 17 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0145

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACOADDOMINALI

Lotto 145 - ENDOPROTESI CUSTOM-MADE IN POLIESTERE PER ANEURISMI TORACO-ADDOMINALE - CIG : B14C3037C4

Descrizione: Endoprotesi toraco-addominale custom made, con stent in Nitinol e free-flow prossimale rivestita in Dacron con tessitura Woven, configurazione degli stent peak to peak orientati di 18° l'uno rispetto all'altro. Catetere idrofilico con armatura a spirale; meccanismo separato di rilascio, mediante pulsante di sicurezza, del free-flow. Disponibilità di fenestrature o branched specifiche per ogni paziente a secondo dell'orientamento dei vasi viscerali o dei tronchi sovra aortici.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

05-	Parametro: Possibilità di configurazioni miste (es. finestre + ramificazioni)	Criterio:	SI/No			punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA				COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione				1,00	20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 18 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0146

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEI ANEURISMI PARARENALI E TORACOADDOMINALI

Lotto 146 - ENDOPROTESI OFF-THE-SHELF IN POLIESTERE PER ANEURISMI TORACO-ADDOMINALI - CIG : B14C27D92F

Descrizione: Endoprotesi "off-the-shelf" per il trattamento di aneurismi toracoaddominali. Endo/Eso scheletro in acciaio e rivestimento in poliestere, dotata di 4 side-branch in posizioni ben precise necessari per mantenere la pervietà dei vasi viscerali. A completamento dell'intervento, seguendo le necessità anatomiche, è possibile l'impiego di un endoprotesi biforcata in acciaio.

01-	Parametro: Caratteristiche dei branch		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
05-	Parametro: Disponibilità della protesi entro 48h		Criterio: SI/No			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA					COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione					1,00	20,00
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 19 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0147

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****ENDOPROTESI CUSTOM-MADE PER IL TRATTAMENTO DEFLI ANEURISMI PARARENALI E TORACOADDOMINALI****Lotto 147 - ENDOPROTESI CON INNER BRANCH PRECANNULATI PER ANEURISMI TORACO-ADDOMINALI - CIG : B14C2EB3F7**

Descrizione: Endoprotesi toraco-addominale con stent in nitinolo e rivestita in dacron con tessitura woven, configurazione degli stent peak to peak orientati di 18° l'uno rispetto all'altro. Catetere idrofilico con armatura a spirale; meccanismo separato di rilascio, mediante pulsante di sicurezza, del free-flow. Disponibilità di inner branch pre cannulati. Diametri e

01-	Parametro: Caratteristiche dei branch		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

05-	Parametro: Disponibilità della protesi entro 48h		Criterio: SI/No			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA				COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione				1,00	20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 20 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0148

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI****Lotto 148 - LIQUIDO PER GRANDI EMBOLIZZAZIONI PERIFERICHE - CIG : B14C2B141A**

Descrizione: Liquido embolizzante periferico biocompatibile formato da copolimero di alcol vinyl ethylene (EVOH), solvente DMSO (Dimetilsolfossido), polvere di tantalio micronizzata per rendere il liquido radiopaco. Trattasi di materiale coesivo e non adesivo, iniettabile tramite apposite siringhe fornite con il kit. Solidifica tramite processo di precipitazione a contatto con liquidi (sangue, acqua o liquidi corporei). Disponibile nelle concentrazioni del 6% e 8% di copolimero di alcol vinyl ethylene ed in confezioni da 1,5 ml. Consente di gestire l'iniezione in un ampio arco di tempo.

01-	Parametro: Controllo iniezione		Criterio: QL				punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,97	0,83 16,55
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	0,90	0,97		1,00 20,00

02-	Parametro: Capacità di occlusione		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	0,47	0,53	0,50	0,60	0,78	0,77 11,54
23	Aetos Medical Srl	0,67	0,67	1,00	0,78		1,00 15,00

03-	Parametro: Facilità di preparazione		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	0,40	0,47	0,40	0,42	1,00	0,42 6,35
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 15,00

04-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL				punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,50	0,60	0,57	0,93	0,61 12,14
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,90	0,90	0,93		1,00 20,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
19	AB MEDICA SPA	46,58	42,00		Soglia sbarramento superata		
23	Aetos Medical Srl	70,00			Soglia sbarramento superata		

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
19	AB MEDICA SPA	46,58	70,00	0,67	46,58
23	Aetos Medical Srl	70,00		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 21 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0149

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI****Lotto 149 - LIQUIDO PER GRANDI EMBOLIZZAZIONI PERIFERICHE - CIG : B14C2BBC58**

Descrizione: Liquido embolizzante periferico biocompatibile formato da copolimero di alcol vinyl ethylene (EVOH), solvente DMSO (Dimetilsolfossido), polvere di Tantalio micronizzata per rendere il liquido radiopaco. Trattasi di materiale coesivo e non adesivo, iniettabile tramite apposite siringhe fornite con il kit. Solidifica tramite processo di precipitazione a contatto con liquidi (sangue, acqua o liquidi corporei). Disponibile nella concentrazione del 8% di copolimero di alcol vinyl ethylene ed in confezione da 6 ml. Consente di gestire l'iniezione in un ampio arco di tempo.

01-	Parametro: Controllo iniezione		Criterio: QL			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,97	0,83 16,55
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	0,90	0,97		1,00 20,00

02-	Parametro: Capacità di occlusione		Criterio: QL			punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	0,47	0,53	0,40	0,47	1,00	0,47 7,00
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 15,00

03-	Parametro: Facilità di preparazione		Criterio: QL			punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	0,40	0,47	0,40	0,42	0,60	0,71 10,58
23	Aetos Medical Srl	0,60	0,60	0,60	0,60		1,00 15,00

04-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,50	0,60	0,57	0,93	0,61 12,14
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,90	0,90	0,93		1,00 20,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
19	AB MEDICA SPA	46,28	42,00	Soglia sbarramento superata			
23	Aetos Medical Srl	70,00		Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
19	AB MEDICA SPA	46,28	70,00	0,66	46,28
23	Aetos Medical Srl	70,00		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 22 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0150

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI****Lotto 150 - SPIRALI A RILASCIO CONTROLLATO AD ALTO RIEMPIMENTO - CIG : B14C2ED59D**

Descrizione: Spirali ad alto riempimento a distacco controllato in lega di platino con diametro primario 0.020". Dotate di sistema stretch resistant lungo tutta la lunghezza della spirale. Disponibili in diverse configurazioni e diversi gradi di morbidezza. Diametri da 2 a 40 mm, lunghezze da 1 a 60 cm. Sistema di distacco meccanico controllato immediato con manipolo di distacco. Compatibile con microcatetere da 0.025" o 0.027".

01-	Parametro: Capacità di occlusione		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Efficacia e sicurezza del sistema di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL				punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO	
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-	

04-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QL				punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
12	CROSSMED	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
19	AB MEDICA SPA	-						

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
12	CROSSMED	70,00	70,00		1,00		70,00	
19	AB MEDICA SPA	-			-		-	

NOTE

L'operatore economico **AB MEDICA SPA** offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " diametro massimo mm", richiesto 40 mm offre 24mm. La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 23 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0152

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI****Lotto 152 - SPIRALI A RIEMPIMENTO 3D - CIG : B14C26CB27**

Descrizione: Spirali con conformabilità 3D per creare un riempimento completo e rapido, realizzate in lega di platino e tungsteno, stretch resistant grazie al doppio filamento interno in polipropilene. Disponibili con fibre attive in PGLA e diametro della spirale da 0.0165 e 0.021. Sistema di distacco istantaneo mediante dispositivo lineare monopaziente. Disponibile con diametro da mm 2 a 18 e lunghezza da cm 4 a 40.

01-	Parametro: Capacità di occlusione		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Efficacia e sicurezza del sistema di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

04-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
23	Aetos Medical Srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
23	Aetos Medical Srl	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI

Lotto 153 - DISPOSITIVO DI OCCLUSIONE VASCOLARE A RILASCIO CONTROLLATO - CIG : B14C2EC4CA

Descrizione: Dispositivo di occlusione vascolare in lega di platino a distacco controllato meccanico istantaneo. Costituito da una spirale di diametro primario da 0.020", ha memoria di forma e grado di morbidezza variabile. Il dispositivo è dotato di sistema stretch resistant per prevenire lo sfilacciamaneto della spirale. Compatibile con microcatetere da 0.025" o 0.027".

01-	Parametro: Capacità di occlusione		Criterio: QL				punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Efficacia e sicurezza del sistema di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00


04-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
12	CROSSMED	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				


06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE			
12	CROSSMED	70,00	70,00	1,00	70,00			

NOTE


dott.ssa Angela BAIANO




dott. Danilo MENNA



dott.ssa Ripalta PAGLIONE



geom. Pietro ROTA





**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R.
SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI

Lotto 154 - SPIRALI PER EMBOLIZZAZIONI AD ELEVATO RIEMPIMENTO A RILASCIO CONTROLLATO - CIG : B14C2EF743

Descrizione: Spirali ad alto riempimento ad elevata morbidezza, in lega di platino con diametro primario di 0.020", con forma WAVE, a distacco controllato meccanico. Indicate per embolizzazioni dopo un backstop iniziale: non sussiste la necessità di misurare in anticipo il diametro del vaso/aneurisma target. Disponibili in configurazione 5, 15, 30, 45, o 60 cm e dotate di un alto potere di riempimento. Compatibili con microcatetere da 0.025" o 0.027".

01-	Parametro: Capacità di occlusione		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	0,93	1,00	0,98	0,98	1,00	15,00
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,60	0,60	0,60		0,61	9,22

02-	Parametro: Efficacia e sicurezza del sistema di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	0,93	1,00	0,93	0,95	0,95	1,00	15,00
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,60	0,60	0,60		0,63	9,44

03-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	0,90	0,90	1,00	0,93	0,93	1,00	20,00
19	AB MEDICA SPA	0,50	0,50	0,60	0,53		0,57	11,43

04-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QT1				punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
19	AB MEDICA SPA	0,50	0,50	0,90	0,63		0,63	12,67

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLIE DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
12	CROSSMED	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				
19	AB MEDICA SPA	42,75		Soglia sbarramento superata				

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
12	CROSSMED	70,00	70,00	1,00	70,00
19	AB MEDICA SPA	42,75		0,61	42,75

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 26 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0155

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****MATERIALE PER EMBOLIZZAZIONI****Lotto 155 - SISTEMA PER EMBOLIZZAZIONE TIPO PLUG - CIG : B14C2F18E9**

Descrizione: Plug autoespandibile e ricatturabile in Nitinol con markers radiopachi alle due estremità, provvisto di sistema per il fissaggio al filo spingitore, indicati per procedure di embolizzazione periferiche arteriose e venose. Precaricato su un catetere provvisto di manipoletto per il rilascio controllato. Compatibile con catetere guida da 5 a 8 Fr o introduttore da 4 a 6 Fr. Diametro da 2.8 a 22 mm; lunghezza da 4 a 18 mm

01-	Parametro: Capacità di occlusione		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00 15,00

02-	Parametro: Efficacia e sicurezza del sistema di rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00 15,00

03-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL				punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00 20,00

04-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QL				punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00 20,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	-	42,00	-			
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00		Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE		
26	New Medical Solutions srl	-	70,00	-	-		
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00		1,00	70,00		

NOTE

L'operatore economico **New Medical Solutions srl** offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " manca diametro minimo.....", richiesto 2,8 mm offerto 4,00 mm. La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 27 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0156

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****SISTEMI DI PROTEZIONE CEREBRALE****Lotto 156 - SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIEMBOLICA DISTALE - CIG : B14C2F3A8F**

Descrizione: Filtro di protezione contro l'embolizzazione distale. Indicato per uso periferico, coronarico e carotideo. Permette l'attraversamento della lesione con una guida da 0.014" o 0.018". Costituito da un cestello in Nitinolo eparinato, dotato di markers radiopachi alle due estremità oltre che di un anello altamente radiopaco applicato all'imboccatura del filtro per ottimizzare la visualizzazione in fluoroscopia. Il filtro ha una sua guida in acciaio di lunghezza 320 cm riducibile a 190 cm spezzando la guida in un punto ben visibile evidenziato dal cambiamento di colore da dorato a nero. Diametro del cestello da 3mm a 7mm.

01-	Parametro: Navigabilità			Criterio: QL			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

02-	Parametro: Radiovisibilità			Criterio: QL			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

03-	Parametro: Facilità di recupero del sistema			Criterio: QL			punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

04-	Parametro: Resistenza al kinking			Criterio: QL			punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLIE DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	42,00		-			
23	Aetos Medical Srl	70,00			Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	70,00		-		-	
23	Aetos Medical Srl	70,00			1,00		70,00	

NOTE

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l. offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " mancano diametri minimo e massimo..... inoltre manca la lunghezza ", richiesto diametro da 3 mm a 7 mm, offerto da 3,5 mm a 5,5 mm. Inoltre non rispetta il requisito lunghezza della guida del filtro richiesta 320 cm, riducibile a 190, offerto 300 cm riducibile a 190 cm.... La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****SISTEMI DI PROTEZIONE CEREBRALE****Lotto 157 - SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIEMBOLICA PROSSIMALE - CIG : B14C2F29BC**

Descrizione: Sistema di protezione cerebrale per stenting carotideo con blocco prossimale del flusso costituito da due palloni per occlusione di carotide comune ed esterna. Corpo 8F e 9F. Lume di lavoro ha diametro interno di 0.069"-1.76mm oppure 0.083"-2.12mm

01-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: Facilità di recupero del sistema		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Resistenza al kinking		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
23	Aetos Medical Srl	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
23	Aetos Medical Srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 29 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0158

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****SISTEMI DI CHIUSURA****Lotto 158 - SISTEMA DI EMOSTASI FEMORALE IN MONOFILAMENTO - CIG : B14C2F0816**

Descrizione: Sistema di emostasi femorale con applicazione di filo di sutura in polipropilene. Dispositivo di rilascio monorail, compatibile con guida .035", con nodo chirurgico pre confezionato al suo interno. Il sistema deve consentire la re-introduzione della guida in caso di necessità e la chiusura di accessi da 6 a 10 Fr.

01-	Parametro: Facilità e rapidità di utilizzo		Criterio: QL				punteggio:	25
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	0,40	0,40	0,40	0,40	0,96	0,42	10,42
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	0,88	1,00	0,96		1,00	25,00

02-	Parametro: Non controindicazioni ad un ri-accesso		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

03-	Parametro: Possibilità di mantenere l'accesso durante la sutura		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	30	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	30,00

04-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	55,42	42,00		Soglia sbarramento superata			
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00			Soglia sbarramento superata			

05-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	55,42	70,00	0,79	55,42
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 30 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0159

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****SISTEMI DI CHIUSURA****Lotto 159 - SISTEMA DI EMOSTASI FEMORALE CON DISCO RIASSORBIBILE - CIG : B14C2A495E****Descrizione:** Sistema di chiusura diretta dell'arteriotomia femorale completamente riassorbibile costituito da 2 dischi intra ed extra arteriosi in polimero tenuti insieme da un multifilamento.

01-	Parametro: Facilità e rapidità di utilizzo		Criterio: QL			punteggio: 35		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,70	0,80	0,70		0,70	24,50

02-	Parametro: Tempo di riassorbimento del polimero non >90 giorni		Criterio: QL			punteggio: 35		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00
26	New Medical Solutions srl	0,70	0,60	0,70	0,67		0,67	23,33

03-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
26	New Medical Solutions srl	47,83			Soglia sbarramento superata			

04-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00
26	New Medical Solutions srl	47,83		0,68	47,83

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 31 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0160

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****SISTEMI DI CHIUSURA****Lotto 160 - SISTEMA DI EMOSTASI FEMORALE PER PROCEDURE AD ELEVATO FRENCIAGGIO - CIG : B14C2F7DD8**

Descrizione: Sistema di chiusura femorale di accessi di medio e largo diametro, fino a 25F. Composto da ansa in polimero riassorbibile a patch di cellulosa di origine bovina, con ancoretta interna di acido polilattico glicolico altamente biocompatibile e biodegradabile.

01-	Parametro: Facilità e rapidità di utilizzo		Criterio: QL			punteggio: 35	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 35,00

02-	Parametro: Possibilità di emostasi in procedure con guaine di diametro superiore a 24Fr		Criterio: QL			punteggio: 35	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 35,00

03-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
21	CARDIO.TEK s.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata		

04-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
21	CARDIO.TEK s.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 32 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0161

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****VARIE****Lotto 161 - ANCORE DI FISSAGGIO - CIG : B14C275297**

Descrizione: Sistema di fissaggio endovascolare mediante spirali metalliche atte ad ottenere un miglior fissaggio e adesione tra endoprotesi aortiche e parete vasale. Dispositivo composta da introduttore orientabile di diverse lunghezze, sistema motorizzato di rilascio delle spirali metalliche con possibilità di posizionamento fino a completo rilascio e kit di spirali e accessori.

01-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL				punteggio: 25
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 25,00

02-	Parametro: Manovrabilità		Criterio: QL				punteggio: 25
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 25,00

03-	Parametro: Facilità di utilizzo		Criterio: QL				punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 20,00

04-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
23	Aetos Medical Srl	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			

05-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
23	Aetos Medical Srl	70,00		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 33 AL VERBALE N. 04 DEL 25.03.2025 - L0162

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****VARIE****Lotto 162 - SISTEMA DI RECUPERO PER CORPI ESTRANEI - CIG : B14C2F4B62****Descrizione:** Laccio di recupero per corpi estranei in nitinolo. Diametro del laccio da 2 a 35mm. Tutti i diametri e le lunghezze del catetere.

01-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	0,93	-	-
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,70	0,70	0,80	0,73		0,79	11,79
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,87	0,93	0,93		1,00	15,00
02-	Parametro: Manovrabilità		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	0,93	-	-
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,70	0,70	0,67		0,71	10,71
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,87	0,93	0,93		1,00	15,00
03-	Parametro: Gamma diametri e lunghezze del catetere		Criterio: QL				punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	GOEFF.	PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	0,93	-	-
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,60	0,60	0,57		0,61	12,14
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,87	0,93	0,93		1,00	20,00
04-	Parametro: Gamma diametri e configurazioni del laccio (singolo, a petali, etc.)		Criterio: QL				punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	0,93	-	-
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,50	0,50	0,53		0,57	11,43
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,87	0,93	0,93		1,00	20,00
05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
19	AB MEDICA SPA	-	42,00		-			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	46,07			Soglia sbarramento superata			
23	Aetos Medical Srl	70,00			Soglia sbarramento superata			
06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
19	AB MEDICA SPA	-	70,00					
21	CARDIO.TEK s.r.l.	46,07			0,66		46,07	
23	Aetos Medical Srl	70,00			1,00		70,00	

NOTE

L'operatore economico **AB MEDICA SpA srl** offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a " manca **diametro minimo**" richiesto diametro minimo del laccio 2,00 mm, offerto 5,00 mm. La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

VARIE

Lotto 163 - SISTEMA PER INIEZIONE DI CO2 - CIG : B14C2633BC

Descrizione: Sistema automatico per l'iniezione di Co2 nel distretto vascolare arterioso e venoso. Il sistema è portatile, digitale con controllo a distanza per la riduzione delle esposizioni ai raggi X. Console con monitor touch, che consente una ricarica rapida del volume impostato e protocolli predefiniti. Kit di connessione monopaziente dotati di connettore luer lock in uscita maschio con valvola antiritorno e filtra antibatterico. Confezione indivisibile da 10 pz.

01-	Parametro: Facilità di utilizzo		Criterio: QL				punteggio:	25
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
17	NGC MEDICAL S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00

02-	Parametro: Disponibilità di studi clinici in Letteratura a supporto		Criterio: QL			punteggio: 25		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
17	NGC MEDICAL S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00

03-	Parametro: Disponibilità del sistema entro 48h		Criterio: QL				punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
17	NGC MEDICAL S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

04-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLIE DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
17	NGC MEDICAL S.R.L.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

05-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
17	NGC MEDICAL S.R.L.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA