

Procedura aperta per la fornitura di un Tomografo a risonanza magnetica per il POD di Lauria

Codice Gara G00512

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti al 16/10/2025

Tranche I

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo n. 252529 del 14/10/2025		
1	<p>Con riferimento alla Procedura di Gara in oggetto e al sopralluogo effettuato dai tecnici specialisti della ns. Azienda, con la presente Vi comunichiamo che è emerso che parte degli accessori richiesti dal Vs. Capitolato Tecnico alle pagine n. 3 e n. 4, e che di seguito elenchiamo, sono relativi ai lavori per l'adeguamento dei locali.</p> <p>Ciò essenzialmente in quanto la fornitura di tali accessori e la relativa installazione riguardano la Cabina di Faraday e l'Impianto di Condizionamento, che per ragioni logistiche e funzionali vanno installati e collaudati precedentemente all'installazione e collaudo della sola apparecchiatura e relativi accessori medicali ad essa associati.</p> <p>Elenco degli accessori:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistema di comunicazione con il paziente (Gabbia di Faraday).- Sistema di allarme per il paziente (Gabbia di Faraday).- Sistema di videosorveglianza del paziente (Gabbia di Faraday).- Sistema interfonico di comunicazione dalla sala comandi e diffusione musicale tramite cuffie (Gabbia di Faraday).- Adeguati impianti/dispositivi di sicurezza ed emergenza (Gabbia di Faraday).- Visualizzazione del monitoraggio degli impianti/dispositivi di sicurezza e loro comandi di attivazione in sala consolle come da normativa vigente (Gabbia di Faraday).- Fornitura o adeguamento della segnaletica di sicurezza del sito secondo la normativa vigente (Gabbia di Faraday).- Strumentazione di sicurezza (Gabbia di Faraday).- Termoigrometro per la sala magnete, per la misura della temperatura e dell'umidità, con display dei parametri visibile dall'operatore alla consolle (Gabbia di Faraday).- Termoigrometro per il locale tecnico con display dei parametri visibile dall'operatore alla consolle (Gabbia di Faraday). <p>Alla luce di tutto quanto sopra esposto, chiediamo di voler confermare che gli accessori sopra detti siano stati richiesti per mero refuso e che pertanto non dovranno essere compresi nella fornitura di cui alla presente Procedura.</p>	<p>In riferimento al Quesito n. 1 si precisa quanto segue:</p> <p>Tutti gli accessori di seguito elencati devono essere compresi nella fornitura di cui alla presente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fornitura o adeguamento della segnaletica di sicurezza del sito secondo la normativa vigente;- Strumentazione di sicurezza;- Termoigrometro per il locale tecnico con display dei parametri visibile dall'operatore alla consolle. <p>Accessori previsti nei lavori in corso da non comprendere nella fornitura di cui alla presente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adeguati impianti/dispositivi di sicurezza ed emergenza;- Termoigrometro per la sala magnete, per la misura della temperatura e dell'umidità, con display dei parametri visibile dall'operatore alla consolle. <p>Accessori che non dovranno essere compresi nella fornitura della presente Procedura perché trattatisi di magnete permanente e no superconduttivo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistema di comunicazione con il paziente;- Sistema di videosorveglianza del paziente;- Sistema interfonico di comunicazione dalla sala comandi e diffusione musicale tramite cuffie;- Sistema di allarme per il Paziente;- Visualizzazione del monitoraggio degli impianti/dispositivi di sicurezza e loro comandi di attivazione in sala consolle come da normativa vigente.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Teresa Andriani