

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per videoendoscopia occorrenti all'ASM di Matera e all'IRCCS CROB di Rionero in Vulture

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute al 30/04/2026 ore 12:00

Protocollo n. 92042 del 27/04/2026 ore 11:12:09

n.	Quesito	Risposta
13	In relazione al Lotto 3, punto 10 Videoendoscopi, e in particolare alla voce Videocolonscopio a magnificazione ottica lungo, al fine di favorire una più ampia partecipazione e una maggiore concorrenzialità, considerando che la caratteristica è oggetto di valutazione con attribuzione di punteggio, si chiede conferma della possibilità di offrire uno strumento con profondità di campo non inferiore a 4-100mm.	Si conferma quanto richiesto dal capitolato.

Protocollo n. 95828 del 30/04/2026 ore 09:00:58

n.	Quesito	Risposta
14	1)In riferimento al Disciplinare di Gara, a pag. 25 viene indicato che tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Sul punto, limitatamente a Dichiarazioni di Conformità, Certificazioni CE e ISO, e (eventualmente) materiale illustrativo dei dispositivi oggetto di fornitura, si chiede al Vs. Spett.le Ente di confermare che sarà accettata la lingua originale, ovvero la lingua inglese.	Limitatamente alla Dichiarazioni di Conformità, Certificazioni CE e ISO, si conferma la possibilità di fornirle in lingua inglese.
15	2)In riferimento al Disciplinare di Gara, a pag. 35 viene indicato che il costo quinquennale deve corrispondere al prezzo complessivo offerto. Si chiede conferma che il costo complessivo sia su base biennale e pertanto l'indicazione di quinquennale sia un refuso.	Si conferma che il costo complessivo è su base biennale. La dicitura "quinquennale" è da intendersi quale mero refuso.

Risposte alle richieste di chiarimenti

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per videoendoscopia occorrenti all'ASM di Matera e all'IRCCS CROB di Rionero in Vulture

16	<p>3)In riferimento al LOTTO 3, si evidenzia che lo stesso riporta la dicitura n.1 SISTEMA PER VIDEOENDOSCOPIA 3D-4K PER LIRCCS CROB DI RIONERO IN VULTURE. Sul punto si chiede di confermare che la dicitura 3D sia un refuso dal momento che la visualizzazione tridimensionale non è richiesta nelle specifiche di minima del lotto 3 e tipicamente non necessaria per la strumentazione oggetto di offerta.</p>	Si conferma che trattasi di refuso.
17	<p>4)In riferimento al Capitolato Tecnico LOTTI 1 e 3: all'interno della voce 1 videoprocessore, viene richiesta la presenza di stampante medica a colori da includere nella fornitura, compresi tutti gli accessori necessari al corretto, immediato e sicuro funzionamento; alla voce 8 viene richiesta la fornitura di una stampante che consenta la stampa in formato almeno tipo A4.</p> <p>Si chiede di meglio specificare, per ciascun lotto, se la stampante richiesta alla voce 1 sia la medesima richiesta alla voce 8 (quindi totale n.1 stampante per lotto 1 e n.2 stampanti per lotto 3) o se siano due richieste differenti (quindi totale n.2 stampante per lotto 1 e n.4 stampanti per lotto 3).</p>	Con riferimento al numero di stampanti richieste si conferma: n.1 stampante per lotto 1 e n.2 stampanti per lotto 3.
18	<p>5)In riferimento al Capitolato Tecnico LOTTI 1 e 3, alla voce 8 viene richiesta la fornitura di una stampante che consenta la stampa in formato almeno tipo A4. Dal momento che tipicamente le stampe delle immagini di esami endoscopici avvengono su formato A6, si chiede di confermare la possibilità di offrire stampanti con formato A6.</p>	Con riferimento al formato si veda risposta al quesito n. 2 (chiarimento n. 1 pubblicato il 05/05/2026).
19	<p>6)In riferimento al Capitolato Tecnico LOTTO 1 e 3, viene richiesto per la voce ecoprocessore la funzione di localizzazione automatica. Sul punto si evidenzia che, per quanto noto alla scrivente, una sola ditta concorrente possiede nel proprio catalogo un ecoprocessore con tale funzione. Per tale motivo, per consentire la massima partecipazione, si chiede di rendere tale caratteristica preferenziale e non di minima pena esclusione.</p>	Con riferimento alla focalizzazione automatica si conferma quanto richiesto nel capitolato.

Risposte alle richieste di chiarimenti

20	7)In riferimento al Capitolato Tecnico LOTTO 1, viene richiesto per la voce videogastroscoPIO operativo la compatibilità con piattaforma elettronica di intelligenza artificiale. Sul punto si evidenzia che, per quanto noto alla scrivente, una sola ditta concorrente tra le leader del mercato possiede nel proprio catalogo sistemi AI dedicati a procedure di videogastroscoPIa. Per tale motivo, al fine di consentire la partecipazione delle aziende concorrenti, si chiede di rendere tale caratteristica preferenziale e non di minima pena esclusione.	Con riferimento ai videogastroscoPI, tale caratteristica è da intendersi preferenziale.
21	8)In riferimento al Capitolato Tecnico LOTTO 1, viene richiesto per la voce videoduodenoscoPIO: Profondità di campo circa 2-100 mm Angolo di visione circa 140° Diametro porzione distale circa 12,5 mm Lunghezza operativa circa 1030 mm Alla luce delle informazioni in nostro possesso, nessuna azienda dispone attualmente di videoduodenoscoPI con le caratteristiche sopra indicate. Di seguito si riportano le caratteristiche tipiche dei videoduodenoscoPI flessibili disponibili sul mercato e, con la presente, si chiede cortesemente al Vs. Spett.le Ente di valutare una modifica delle specifiche del Capitolato secondo quanto segue: Profondità di campo 4-60 mm Angolo di visione 100° Diametro porzione distale 13,1 mm Lunghezza operativa 1250 mm	Si veda risposta al quesito n. 3 (chiarimento n. 1 pubblicato il 05/05/2026).
22	9)In riferimento al Capitolato Tecnico LOTTO 3, viene richiesto per la voce modulo di intelligenza artificiale di essere compatibile con videoprocessoIO e videoendoscoPI flessibili forniti (precisare). Dal momento che tipicamente i sistemi AI per endoscoPIa digestiva sono utilizzati come supporto alla rilevazione e caratterizzazione dei polipi del colon, si chiede conferma che la compatibilità con i videoendoscoPI forniti sia richiesta come minima a pena esclusione relativamente all'utilizzo in combinazione con i soli videocolonscoPI offerti.	Si conferma che la caratteristica è richiesta solo in combinazione con i videocolonscoPI.

Protocollo n. 95991 del 30/04/2026 ore 10:07:29

n.	Quesito	Risposta
23	Si chiede gentilmente di confermare che, per i lotti 1 e 3, sia richiesto offrire nr. 1 stampante.	Si veda risposta al quesito n. 17 del presente chiarimento.

Risposte alle richieste di chiarimenti

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Santarsiero

Risposte alle richieste di chiarimenti
*Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per videoendoscopia occorrenti all'ASM di Matera e all'IRCCS
CROB di Rionero in Vulture*